

**Pécsi Tudományegyetem Kancellária**

7633 Pécs Szántó K. J. u. 1/b.

Telefon: (72) 501-500

Fax: (72) 536-435

E-mail: gondos.kitti@pte.hu

**Dr. Gondos Kitti Katalin**

részére

**Tárgy: Előzetes vitarendezési kérelem**

Tisztelt Ajánlatkérő!

A Pécsi Tudományegyetem által a „GINOP-2.3.3-15-2016-00025 jelű pályázat keretében megvalósuló laboratóriumi eszközpark kialakítása speciális sejtek funkcionális analizésére a Pécsi Tudományegyetem részére” elnevezésű, számú nyílt közbeszerzési eljárás 2. ajánlati részével kapcsolatban a Kbt. 80.§. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogosultsággal élve a Kvalitex Kft. (1136 Budapest, Pannónia u. 11.), mint gazdasági szereplő, az alábbi

**ELŐZETES VITARENDEZÉSI KÉRELME**

terjeszti elő:

Tisztelt ajánlatkérő a Pécs, 2018. április 24-én keltezett elektronikus levelükben teszik közzé fenti eljárás eredményét. Ezek szerint a 2. részajánlati körben ajánlatot benyújtó Kvalitex Kft. - a pontozás alapján - nem lett nyertes.

A Közbeszerzési Értesítő 2017. október 26-án a 2017/193. számban megjelent 15228/2017. számú ajánlati felhívás szerint a 2. részajánlati körben a következő berendezések beszerzésére kértek ajánlatot: Nukleinsav izoláló automata beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére.

A 2. részajánlati kör pontozási rendszerét és súlyszámait is megadták, az alábbiak szerint:

Sorszám	Pontozott paraméter	Maximálisan adható pontszám	Súlyszám
I.)	Nettó ajánlati ár	10	70
II.)	A nukleinsavak izolálása paramágnes gyöngyök segítségével történik	10	10
III.)	Keresztszennyeződés mentes, lineárisan mozgó alkatrészek (a mintákat a gép nem mozgatja egymás felett)	10	4
IV.)	Beépített germicid lámpa a műszer sterilizálására	10	2
V.)	A nukleinsav izoláló automatahoz illeszthető, teljes mintaelőkészítést elvégző, hűthető (fagyasztható) munkaterű (biomolekulák degradációját kerülendő), a szövetek teljesen automatizált roncsolására és homogenizálására alkalmas előkészítő állomás megléte	10	5
VI.)	Az izolált nukleinsav mennyiségi meghatározására alkalmas egység megléte 1) nem végez semmiféle mennyiségi ellenőrzést 2) végez mennyiségi ellenőrzést: a. spektrofotométerrel (össznukleinsavat mér) i. manuálisan kell elvégezni ii. a műszer automatikusan, manuális beavatkozás nélkül végzi b. fluoriméterrel (specifikus RNS-re és DNS-re) i. manuálisan kell elvégezni ii. automatikusan a műszer végzi ilyen)	10	5
VII.)	Egy mintára eső költség az alábbi munkához való kit tekintetében (költséghatékonyság): totál RNS tisztítás állati/humán sejt kultúrából vagy szövetből (nettó ár/minta, max. 96 mintához való kitet nézve)	10	4

Ezek szerint a megvásárolni kívánt készülékegyüttes 3 fő egységből kell, hogy álljon:

- 1.) Szövetek homogenizálására alkalmas egység
- 2.) Nukleinsav-izoláló egység
- 3.) Izolált nukleinsav mennyiségi meghatározására szolgáló egység.

A Kvalitex Kft. által szerzett pontok az eljárás során:

Az értékelés részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszerzámjai (adott esetben az alszerpontok súlyszerzámjai is)	Értékelési szerpontszám	Értékelési szerpontszám és súlyszerzám szerzozata
I.	70	3,04	213,10
II.	10	10	100
III.	4	10	40
IV.	2	10	20
V.	5	10	50
VI.	5	7	35
VII.	4	7,86	31,44
A súlyszerzámmal szerzozott értékelési szerpontszámok szerzozége:			489,54

**Az eljárás során egyedül a Kvalitex Kft. adott meg olyan ajánlatot, melyben mind a három, a 2. szerzozajánlati körön belül szerzozerezni kívánt egység szerepel, és így az eredeti kiírás feltételeinek kizárólag a Kvalitex Kft. pályázata tesz eleget.**

Az időközben - versenytársaink által benyújtott kérdésekre adott válaszbán (2017. november 8-i levelükben, Dr. Teszlerné dr. Csécei Henrietta) - a versenyteltételeket úgy határozta meg, hogy nem volt kötelező minden egységre ajánlatot adni a 2. szerzozajánlati körön belül. Ehhez a változtatáshoz viszont nem igazították hozzá a bírálati szerpontokat: továbbra is a megajánlott nettó eladási ár szerepel legnagyobb súlyszerzámmal a bírálati szerpontok között a szakmai szerpontok helyett.

A többi, a 2. szerzozajánlati körben ajánlatot adó gazdasági szereplő ajánlatából egy vagy több részegység hiányzott, így azok értelemszerűen jóval olesóbbak voltak.

Ezért a szerpontozás eredményeként jóval kedvezőbb helyezést értek el versenytársaink. A nálunk szereplő - az eredeti kiírásban megkövetelt - részegységek némelyike, melyek nem szerepelnek néhány versenytárs ajánlatában, jelentősen megemeli a nettó eladási árat.

Így fordulhatott elő, hogy a legteljesebb ajánlatot adó Kvalitex Kft. kapta a legkevesebb szerpontszámat a 2. szerzozajánlati körben induló versenytársak közül.

Véleményünk szerzozint, ha a fenti eljárást kiíró Pécsi Tudományegyetem ragaszkodott volna az eredeti kiírásban meghírdetett készülékegyüttes szerzozerzéséhez, akkor egyedül a Kvalitex Kft. ajánlatát fogadja el érvényesnek.

**Ezért kérjük az Ajánlatkérőt - élve a Kbt. által biztosított lehetőségekkel - az eredeti döntés visszavonására és a Kvalitex Kft. nyertesként való kihírdetésére a 2. szerzozajánlati körben.**

Tisztelettel várjuk visszajelzésüket!

Budapest, 2018. április 25.

**Kvalitex**  
Kft.  
LTD  
GmbH  
1

dr. Tétényi Pál  
ügyvezető  
Kvalitex Kft.