



Pécsi Tudományegyetem
Kancellária
Közbeszerzési Igazgatóság

7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.

Kapcsolattartó személy neve: dr. Gondos Kitti

Telefon: +36 72 501500/22372

Fax: +36 72536345

E-mail: kozbeszerzes@pte.hu

Tárgy: Előzetes vitarendezési kérelem a „GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázat keretében megvalósuló szintetikus kismolekulák előállítására, azonosítására és karakterizálására szolgáló műszeregyüttes beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyú közbeszerzési eljárás „Gázkromatográf-tömegspektrométer (GC-MS) rendszer beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” elnevezésű 2. ajánlati rész tekintetében.

Tisztelt Ajánlatkérő!

Alulírott, Vincze Lajos Zoltán mint a Simkon Külkereskedelmi és Szolgáltató Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője előzetes vitarendezést kezdeményezek a Simkon Külkereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint ajánlattevő nevében a „GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázat keretében megvalósuló szintetikus kismolekulák előállítására, azonosítására és karakterizálására szolgáló műszer együttes beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyú közbeszerzési eljárás „Gázkromatográf-tömegspektrométer (GC-MS) rendszer beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” elnevezésű 2. ajánlati rész tekintetében.

Indoklás:

A 2018. június 4-én kelt Közbenső döntésben a Bíráló Bizottság javaslata alapján a PTE Döntéshozója érvénytelennek nyilvánította az ajánlatunkat a 2. ajánlati rész tekintetében, hivatkozva a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára. A Közbenső döntés indoklásában a Döntéshozó arra hivatkozik, hogy az Ajánlattevő tartományra tett megajánlást nem pedig annak szélső, legmagasabb értékére, a Felolvasó lap „IV. Áramlási módok: állandó lineáris áramlási sebesség ami állítható 0,5-15 ml/perc között” értékelési szempont esetében. Véleményünk szerint a tartományt csak szélső értékek megadásával lehet megadni, így ajánlatunkban szerepel ugyan a legkisebb érték is, de ugyanakkor feltüntettük a legmagasabb értéket is. Mindezen felül az ajánlatunk 5. oldalán az Szakmai ajánlatban az Elvárt műszaki paraméterek között egyértelműen meghatároztuk az oszlopon megengedett legnagyobb

áramlási sebességet 15 ml/perc értékben. A tartomány szélső értékéből és az Elvárt műszaki paraméterek között megadott adatból egyértelműen megállapítható a kért paraméter szélső, legnagyobb értéke, így az értékelési szempontok alapján az értékelés elvégezhető.

Alláspontunk szerint az ajánlatunkat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján jogsértő módon nyilvánították érvénytelennek.

Javaslat:

Kérjük, hogy a fenti indokok alapján a PTE Döntéshozója nyilvánítsa érvényesnek az ajánlatunkat, és az egyértelműen megállapítható szélső, legnagyobb érték alapján értékeljék.

Kelt: Budapest, 2018. június 5.


.....
Vincze Lajos Zoltán
Simkon Kft.
ügyvezető

SIMKON KFT.
1163 Budapest, Szinjátszó u. 30.
Adószám: 10465118-2-42
Tel: +361-4034420 Fax: +361-4034430