

Pécsi Tudományegyetem  
Közbeszerzési igazgatóság

Onhausz Nikolett  
részére

Budapest, 2018.04.16.

Tárgy: Előzetes vitarendezési kérelem az Orvostechikai eszközök a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3-15-2016-0048 jelű projektje keretein belül 2. tárgyban indított közbeszerzési eljárás 5. rész tekintetében

Tisztelt Ajánlatkérő!

Alulírott *Onhausz Nikolett* mint  
Kérelmező a Kbt. 80 §-a alapján az Ajánlatkérő tárgyi eljárásában

előzetes vitarendezési kérelmet

terjeszt elő.

A közbeszerzés tárgya:

Orvostechikai eszközök a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3-15-2016-0048 jelű projektje keretein belül

Kérelem indoka:

a Kbt. 80.§ (1) bekezdés b) pontja szerint bármely érdekelt gazdasági szereplő az ajánlattételi határidő lejárta előtti tizedik napig jogosult előzetes vitarendezésre, ha egészben vagy részben jogsértő az eljárást megindító felhívás, a felhívással együtt elérhető közbeszerzési dokumentumok, vagy azok módosítása.

Ajánlatkérő 2018.03.09. napján tette közzé a tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását, a módosított ajánlattételi határidő: 2018.04.26.

Jogsértőnek tartott eljárási cselekmény:

Az ajánlati felhívás 5. részajánlati körre vonatkozó II.2.4. pontjának Ajánlatkérő általi meghatározása jogsértő, amely pont szerint Ajánlatkérő 2 darab automata endoszkóp mosó és fertőtlenítő gép beszerzésével együtt azonos részajánlati körben 1 darab különleges méretű (max. 23x140x50 cm) endoszkópos tároló szekrényt kíván beszerezni.

A megsértett jogszabályi rendelkezések:

Kbt. 2.§ (1) és (2), (4) bekezdése

Kbt. 50.§ (4) bekezdése

Kbt. 61.§ (4) bekezdése

Kbt. 58.§ (3) bekezdése

Javaslat:

A megfelelő részekre bontás biztosítása.

Ajánlatkérő az 5. rész tekintetében egy részajánlati körbe kívánja beszerezni 2 darab automata endoszkóp mosó és fertőtlenítő gépet és 1 db endoszkópos tároló szekrényt.

A tároló szekrény extrém méretei miatt erre a részajánlati körre egyedül és kizárólagosan csak egyetlen gyártó termékével a Wassenburg Dry 300 és Dry320 típusú berendezésekkel lehet érvényes ajánlatot tenni.

A Magyarországon jelenlévő automata endoszkóp mosó és fertőtlenítő berendezés forgalmazó cégek termékei között endoszkópos tároló szekrény is található azonban ilyen keskeny (max. 50 cm) csak és kizárólag a Wassenburg termékek között létezik. Ez a tény kizárja a Wassenburgon kívül bármely más gyártmánnyal való részvételt.

A Kbt.-ben előírt és kötelezően biztosítandó megfelelő és széleskörű verseny biztosítása érdekében javasoljuk, hogy az 5. rész tekintetében külön részajánlati körben tegye lehetővé 2 darab automata endoszkóp mosó és fertőtlenítő gép és egy másik, külön részajánlati körben az 1 db endoszkópos tároló szekrény beszerzését. Ellenkező esetben súlyosan sérül az esélyegyenlőség, a versenysemlegesség és fenti jogsértés okán az eljárásban való részvételtől egyébként a teljesítésre alkalmas piaci szereplők kizárásra kerülnek.

Más részről bizonyára T. Ajánlatkérő előtt ismert az a tény, hogy a higiéniaát szolgáló endoszkóp mosó-fertőtlenítő illetve tároló szekrény berendezések egy illetve kétajtós kivitelűek. A kétajtós, átadás készülékek egyidejűleg biztosítják a különböző tisztaságú terek elválasztását is. T. Ajánlatkérő a az ajánlati dokumentáció műszaki leírás fejezetében az 5. ajánlati rész meghatározásakor nem határozta meg, hogy az endoszkóp mosó fertőtlenítő berendezés illetve az endoszkóp tároló szekrény 1 vagy 2 ajtós kivitelű legyen. Az érvényes ajánlattétel ezen információ hiányában nem lehetséges.

Harmadrészt, amennyiben a helyi adottságok lehetővé teszik, úgy kérjük Ajánlatkérő változtassa meg a max. mélység 50 cm előírást, 1 ajtós készülék esetén max. 80 cm-re, 2 ajtós készülék esetén max. 85 cm-re. Ebben az esetben a magyarországi forgalmazók egyenlő eséllyel tudnak ajánlatot tenni.

Tisztelttel: