



SURGI-TRADE LTD Meredek U.21./1 1124 BUDAPEST Tel.: 309-7041 Fax : 309-7042 E-mail: info@surgi-trade.eu

Levelünk száma:61312

Jenei Zoltán

Kancellár Úr részére!

Pécsi Tudományegyetem Kancellária hivatal

Tárgy: Vitarendezés benyújtása a Pécsi Tudományegyetem által lefolytatott orvostechikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a Modern Városok Program keretein belül -2."tárgyú nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatosan 2018.március 12. keltű közbenső döntésükkel szemben.

Önök a tárgyi közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az alábbi közbenső döntést hozták:

III. Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma: Surgi-Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1124 Budapest, Meredek u. 2111, adószám: 12351509-2-43)

Az ajánlat és hiánypótlás szakmai tartalmának vizsgálatát követően Bíráló Bizottság Ajánlattevő által a 12. ajánlati rész vonatkozásában megajánlott berendezés nem felel meg Ajánlatkérő által elvárt minimális elvárásoknak:

Az ajánlat 38. oldalán benyújtott termékismertető prospektus, valamint a hiánypótlás 5. oldalán benyújtott, gyártó által aláírt termékleírás alapján a megajánlott tároló - steril doboz mérete 600x300x110 mm, amely nem felel meg Ajánlatkérő által a **minimumkövetelmények** között meghatározott „Tároló - sterilizáló doboz 31x47x9 cm, mint pl.: Omni-tarckt 3424 vagy ezzel egyenértékű" elvárásnak.

Fentiek értelmében a benyújtott ajánlat nem felel meg az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak a 12. ajánlati rész vonatkozásában.

A döntésüket vitatjuk az alábbi indoklással:

A tender kiírásban az Omnitract gyártó cég műszaki specifikációja alapján állították össze a feltárási specifikációját azzal a kitéttel, hogy más gyártó termékeit is elfogadják, ha az azzal egyenértékű megoldást kínál

Mi a Condor cég feltárási rendszerére tettünk ajánlatot. A Tároló - sterilizáló doboz kiválasztásánál elsősorban arra kellett ügyelnünk, hogy a megajánlott Condor feltárási rendszer valamennyi részegysége alkatrésze a napi sterilizálás tárolás során kényelmesen elhelyezhető legyen a tároló sterilizáló dobozban. Ezért a minimumkövetelményként meghatározott 47*31*9cm-es doboz helyett kiírttól eltérően egy valamivel hosszabbat és magasabbat ajánlottunk.

Az általunk ajánlott tároló-sterilizáló doboz egyenértékű az önök által kiírt sterilizáló dobozzal, hiszen attól nem kisebb és a megajánlott Condor feltáró rendszer abban a sterilizálás követelményeinek megfelelően elhelyezhető. A kiírás alapján feltételezzük, hogy a megajánlott feltáró rendszer sterilizálásához alkalmas tároló sterilizáló dobozt kellett megajánlani. Ajánlatunk akkor nem felelne meg a kiírásnak, ha ragaszkodtunk volna az Ajánlatkérő által megadott méretekhez és a feltáró rendszert nem lehetett volna a tároló-sterilizáló dobozban elhelyezni.

A megajánlott 600*300*110-es konténer standard méret a központi sterilizálóban használatos autoklávokba berakható. A 300mm-es szélesség ugyan 10mm -rel kisebb, mint az önök által előírt, de mivel nem határozták meg, hogy a méretek a doboz belsejére vagy külsejére vonatkozik, emiatt sem lehet ajánlatunkat érvénytelenné nyilvánítani, hiszen az ajánlott konténer külső szélessége 310mm

A fentiek alapján véleményünk szerint ajánlott sterilizáló doboz maximálisan megfelel a Tároló - sterilizáló doboz 3lx47x9 cm, mint pl.: Omni-trackt 3424 vagy ezzel egyenértékű" elvárásnak, ezért kérjük Önöket, hogy korábbi közbenső döntésüket felülvizsgálva, ajánlatunkat 12. ajánlati rész vonatkozásában érvényesnek nyilvánítani szíveskedjenek.

Budapest 2018.03.17



Kovács Sándor
cégvezető

Onhausz Nikolett

Feladó: Kovács Sándor <surgi-trade@hotmail.com>
Küldve: hétfő 2018. március 19 18:51
Címzett: Onhausz Nikolett
Tárgy: RE: Tájékoztatás közbenső döntésről - Orvostechikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a Modern Városok Program keretein belül - 2.
Mellékletek: 61312 Vitarendezés.pdf

Kedves Nikolett!
Mellékelten küldjük vitarendezési kérelmünket.

Üdvözlettel,
Kovács Sándor
cégvezető



Surgi-Trade KFT

1124 Budapest

Meredek u.21./1

E-mail: info@surgi-trade.eu

surgi-trade@t-online.hu

surgi-trade@hotmail.com



+3613097041



+3613097042

+36302400519

From: Onhausz Nikolett [mailto:onhausz.nikolett@pte.hu]

Sent: Tuesday, March 13, 2018 10:30 AM

To: info@tslabor.hu; Márton Vass; Senselektro Kft.; toth.anita@falcosopron.hu; unicam@unicam.hu; klara.enczi@merckgroup.com; Scanmedic Kft.; Közbeszerzés | Ultragel; gabriella.vamos@replant.hu; Kudor-Duka Erzsébet; biomarker@biomarker.hu; tender.office@bbraun.com; surgi-trade@hotmail.com; info@mediola.hu; bio-sci@bio-science.hu

Subject: Tájékoztatás közbenső döntésről - Orvostechikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a Modern Városok Program keretein belül – 2.

Tisztelt Ajánlattevő!

Csatoltan küldöm az „Orvostechikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a Modern Városok Program keretein belül – 2.” tárgyú közbeszerzési eljárás során Ajánlatkérő döntéshozója által meghozott közbenső döntést.

Üdvözlettel,

ONHAUSZ Nikolett

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 01030)



Pécsi Tudományegyetem
Kancellária Közbeszerzési Igazgatóság
Közbeszerzési Főosztály
H-7633 Pécs Szántó Kovács János 1/B
30 914-7518; 72/501-500/22760
www.pte.hu

Pécsi Tudományegyetem
Magyarország első egyeteme – 1367