



Tárgy: Válasz előzetes vitarendezési kérelemre

Tisztelt Ajánlattevő!

Ezúton tájékoztatom, hogy a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) által „**Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a Modern Városok Program keretein belül – 2.**” tárgyban, 2017/S 241-499788 TED azonosítószámon a Kbt. 81. § szerint indított nyílt közbeszerzési eljárásban az Ultragel Hungary 2000 Kft. (1023 Budapest, Bécsi út 4.) (a továbbiakban: Kérelmező) a Kbt. 80. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással az Ajánlatkérő által a tárgyi eljárásban 2018. február 13. napján kiküldött közbenső döntésben foglaltakkal kapcsolatosan 2018. március 14. napján előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be.

Kérelmező az előzetes vitarendezési kérelmében előadott indokok alapján - a Kbt. 80. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozva - kérte a közbenső döntés felülvizsgálatát és 13. ajánlati rész tekintetben tett ajánlatának érvényessé nyilvánítását.

Ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelemben foglaltakra tekintettel a Kbt. 80. §-a alapján az ott írt törvényes határidőn belül az alábbi

választ

adja:

Ajánlatkérő a 13. ajánlati részre vonatkozó műszaki leírásában két egymást követő sorban az alábbi minimális elvárásokat fogalmazta meg:

végtesenre korrigált, planakromát, vagy jobb minőségű objektívek az alábbi nagyításokkal: 2 vagy 2,5x, 4x, 10x, 20x és 40x száraz objektív, valamint 63x száraz vagy immerziós objektív	Igen, kérjük megadni
az immerziós objektívek numerikus apertúrája legalább 1,25 legyen	Igen, kérjük megadni

Ezen elvárását az 1. számú kiegészítő tájékoztatás során az alábbiak szerint bővítette:

végtesenre korrigált, planakromát, vagy jobb minőségű objektívek az alábbi nagyításokkal: 2 vagy 2,5x, 4x, 10x, 20x és 40x száraz objektív, valamint <u>60x vagy</u> 63x száraz vagy immerziós objektív	Igen, kérjük megadni
az immerziós objektívek numerikus apertúrája legalább 1,25 legyen	Igen, kérjük megadni

Az elvárásnak megfelelően tehát a száraz objektívek esetében legalább 2x vagy 2,5x, 4x, 10x, 20x és 40x nagyítás megajánlása volt az elvárás, míg a 60x vagy 63x nagyítás esetében száraz vagy immerziós objektív is elfogadható Ajánlatkérő számára. Ezen elvárás került kiegészítésre a specifikáció következő sorával, mely szerint, ha a megajánlott 60x vagy 63x nagyítású objektív immerziós, akkor annak numerikus apertúrája legalább 1,25 legyen.



Ajánlattevő megajánlása ezen két sor esetében az alábbi volt:

végtesenre korrigált, planakromát, vagy jobb minőségű objektívek az alábbi nagyításokkal: 2 vagy 2,5x, 4x, 10x, 20x és 40x száraz objektív, valamint 60x vagy 63x száraz vagy immerziós objektív	Igen, kérjük megadni	Igen, végtesenre korrigált, planakromát, objektívek az alábbi nagyításokkal: 2x, 4x, 10x, 20x és 40x száraz objektív, valamint 60x és 100x immerziós objektív.
az immerziós objektívek numerikus apertúrája legalább 1,25 legyen	Igen, kérjük megadni	Igen 100x immerziós objektívek numerikus apertúrája 1,25.

A megajánlás a magyar nyelvtani szabályok szerinti értelmezéssel az alábbi:

Száraz objektív: 2x, 4x, 10x, 20x és 40x nagyítással

Immerziós objektív: 60x és 100x nagyítással

A megajánlás második kiemelt sora szerint a 60x és 100 nagyítású immerziós objektívek esetében csak a 100x immerziós objektív numerikus apertúrája 1,25.

Ezen Ajánlatkérői értelmezést támasztja alá az ajánlat 48. oldalán található, gyártó által kiadott termék-leírás is, amely az 1,25 értéket csak a 100x immerziós objektív vonatkozásában tartalmazza.

Ajánlatkérő nyomatékosítani kívánja, hogy alapelvárásai között nem szerepelt 100x nagyítás, így az arra vonatkozó megajánlást többletmegajánlasként elfogadta, de az értékelés során kiemelt jelentőségű volt, hogy minimális elvárásai teljesüljenek a megajánlás során.

Ajánlattevő megajánlásával a 60x immerziós objektív esetében a numerikus apertúrára vonatkozó minimális elvárás nem teljesült, így ajánlata egyéb módon nem felelt meg az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak.

Fentiekre figyelemmel Ajánlatkérő az „Orvostechonikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a Modern Városok Program keretein belül – 2.” tárgyú közbeszerzési eljárásban az Ultragel Hungary 2000 Kft. (1023 Budapest, Bécsi út 4.) 13. ajánlati részre tett ajánlatát továbbra is érvénytelennek tekinti. Ajánlatkérő a 2018. március 12. napján kelt közbelső döntésében foglaltakat továbbra is fenntartja, az abban foglaltakon Ajánlatkérő változtatni nem kíván.

Kérjük álláspontunk tudomásul vételét.

Ezúton tájékoztatjuk vitarendezési kérelemre adott válaszukról az eljárásban részt vevő további Ajánlattevőket is.

Pécs, 2018. március 20.

Tisztelettel,



Dr. Csécsai Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjeként