



Tárgy: A Kbt. 80. § (3) bekezdés szerinti válasz előzetes vitarendezési kérelemre

Ügyintéző: dr. Gondos Kitti

Telefonszám: +36 72501500-22372

Tisztelt Ajánlattevő!

A „GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázat keretében megvalósuló szintetikus kismolekulák előállítására, azonosítására és karakterizálására szolgáló műszeregyüttes beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyú, a Kbt. 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a BioTech Hungary Kft. (továbbiakban: Kérelmező) által 2018. augusztus 27. napján kezdeményezett előzetes vitarendezési kérelemre Ajánlatkérő az alábbi választ adja.

Az előzetes vitarendezési kérelem tartalmi része a tárgyi dokumentum mellékleteként kerül megküldésre (1. sz. melléklet)

Ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelemben foglaltakat

elutasítja

az alábbi indokok alapján:

Az előzetes vitarendezési kérelem 1. illetve 2. pontjában foglaltakkal kapcsolatban Ajánlatkérő a Kbt. 80. § (4) bekezdése alapján élt azon jogával, hogy az előzetes vitarendezési kérelemmel érintett Ajánlattevőt 2018. szeptember 3.-ai határidővel felvilágosítás benyújtására hívta fel. A felvilágosítás kérésre adott ajánlattevői válasz, a készülékegyüttes használatát bemutató videó és becsatolt szakmai kézikönyv továbbra is azt támasztják alá, hogy a szóban forgó készülékegyüttes megfelel az előírt műszaki minimumkövetelményeknek, így többek között a Kérelmező által kérdésesnek tartott homogenizálás közbeni hőmérsékletkövetelményeknek.

(Lásd:

<https://www.youtube.com/watch?v=vFKjvb3v6Gk&list=PLc6uTWBPJEDkoKnWoiWjc--T-AVA7Gr4>)

https://www.omniinc.com/downloads/dl/file/id/7/product/0/omni_br_eryo_cooling_unit_manual.pdf)

Ajánlatkérő továbbá nem tartja jogosnak Kérelmező felvetését, amelyben a hűtőegység ajánlatban történő megajánlásának voltát vitatja. A műszaki minimumkövetelmények között Ajánlatkérő rögzítette a hűtőegység megajánlására vonatkozó feltételeket, egyértelműsítve, hogy a készülékkel együtt vagy külön (opcionálisan rendelhető) hűtőegységet is meg kell ajánlani a szakmai követelményeknek megfelelően. Ez a követelmény az I. sz. kiegészítő tájékoztató kérésre adott ajánlatkérői válaszban is megerősítésre került (2. sz. melléklet). Ajánlattevő szakmai ajánlatában az előírásoknak megfelelően a megajánlott termékek megnevezésénél feltűntette külön a hűtőegységet és annak típusát is (gyöngyös malom típusú homogenizáló készülék, hűtési opcióval; Omni Bead Ruptor 24 Elite gyöngyös örlő homogenizáló, és Omni Bead Ruptor 24 Cryo Cooling Unit hűtőegység).

Az előzetes vitarendezési kérelem 3. pontjában foglaltakkal kapcsolatban a szóban forgó értékelési szempontra ("IV. Homogenizálási sebesség 4500 – 10000 rpm között, max. 100 rpm lépésközzel") – ahogy az az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés 3. ajánlati részének



V.2.3. alpontjában is feltűntetésre került - a bírálókat során a Kvalitex Kft. 0 pontot kapott. Ajánlattevő ajánlata megfelelt az előírt műszaki minimumkövetelményeknek, az értékelési szempontokra tett 0 pontot érő megajánlás nem vonja maga után az ajánlat érvénytelenségét.

Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Kérelmezőt továbbá arról is, hogy a 272/2014. (XI.15.) Kormányrendeletben foglaltak szerint a közbeszerzési eljárás folyamatba épített ellenőrzését végző szerv által a Pécsi Tudományegyetem, mint Ajánlatkérő által indított, folyamatban levő illetve lezárult közbeszerzési eljárások tekintetében kiállított tanúsítványoknak megfelelően hozta meg döntését.

Ajánlatkérő álláspontja szerint az összegezés a fentiek alapján megfelel a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott követelményeknek, így azon módosítani nem kíván.

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét.

Pécs, 2018. szeptember 3.

Tisztelettel:

Dr. Csécsi Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjeként

