

AJÁNLATKÉRŐ NEVE:

AJÁNLATKÉRŐ CÍME:

AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA:

AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA:

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

7622 PÉCS, VASVÁRI P. U. 4.

+36 72501500

+36 72536345

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK



„Orvostechikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a Modern Városok Program keretein belül – 2.”

Ajánlatkérő által az eljáráshoz rendelt hivatkozási szám: PTE-152/2017

Dr. Csécsi Henrietta

Lajstromszám: 00448

Felelős akkreditált közbeszerzési

szakfelügyelő

1. ajánlati rész: Elektromos betegemelő vizsgálóasztal

Megnevezés: Elektromos betegemelő vizsgálóasztal

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika
(7632 Pécs, Akác utca 1.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

Elvárt műszaki paraméterek	Minimális elvárás	Megajánlott termék paraméterei
3 részes ágy, fej nyílással	Igen	
Stabil acélcső vázszerkezet elektrosztatikus porszórással festve	Igen	
Fekvőrész min. 2 rétegű szivaccsal ellátott, műbőrrel kárpitozott rétegelt lemez	Igen, kérjük megadni	
Magassága motorosan állítható	Igen	
Fejrésze és lábrésze fokozatmentesen gázrugó segítségével állítható	Igen	
Fejrészen papírtlepedő tartó	Igen	
Min. négy darab min. Ø80 mm-es önbeálló kerék, melyek pedál lenyomásával kiemelkednek, így az asztal könnyen mozgatható	Igen, kérjük megadni	
Fekvőrész méretei:		
Hossza: min. 1980 mm	Igen, kérjük megadni	
Szélessége: min. 600 mm	Igen, kérjük megadni	
Magassága állítható: min. 450-980 mm	Igen, kérjük megadni	
Fejrész dőlésszöge min. : -20 - +80°	Igen, kérjük megadni	
Lábrész dőlésszöge min. : -45 - +15°	Igen, kérjük megadni	

Súly max.: 100kg	Igen, kérjük megadni	
Terhelhetőség min.: 150 kg	Igen, kérjük megadni	
Felhasználói szintű oktatás	Igen	
Értékelési szempont		
Jótállás időtartama (min. 18 hónap)	Igen, kérjük megadni S=20	

2. ajánlati rész: Dermatom készülék

Megnevezés: Dermatom készülék

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika
(7632 Pécs, Akác utca 1.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

Elvárt műszaki paraméterek	Minimális elvárás	Megajánlott termék paraméterei
Dermatom		
Akkumulátoros és vezetékes üzemre is alkalmas	Igen	
A vastagság legalább 7 fokozatban állítható	Igen, kérjük megadni	
autoklávban sterilizálható	Igen	
Vágási szélesség állítható legalább 78mm-ig	Igen, kérjük megadni	
egyszerhasználatos pengével rendelhető	Igen	
Akku		
2 db akkumulátorral rendelkezzen	Igen	
minimális kapacitás 1 Ah	Igen, kérjük megadni	
tömege maximum 310 g	Igen, kérjük megadni	
legalább NiMH technológia	Igen, kérjük megadni	
sterilizálható kábel a hálózati üzemhez	Igen	
Akku töltő és tápegység		
a töltő legalább 2 akku egyidejű töltésére alkalmas	Igen, kérjük megadni	
a tápegység, melyről a készülék folyamatosan üzemeltethető lehet beépített vagy különálló is	Igen, kérjük megadni	
A töltés és a tápegység egyidőben is használható	Igen	
Túlfeszültség, túlterhelés és zárlat ellen védett	Igen	
Készüléktartó tálca szállításhoz és sterilizáláshoz		
dermatom készüléket és tartozékait stabilan tartja	Igen	
a gyártó által erre a célra tervezett kivitel	Igen	
Penge 1 cs	Igen	
Értékelési szempontok		
Jótállás időtartama (min. 18 hónap)	Igen, kérjük megadni S=10	
Készülék súlya akku nélkül (max. 1.8kg)	Igen, kérjük megadni S=10	

Minimális vágási vastagság (max 0,5 mm)	Igen, kérjük megadni S=10	
---	---------------------------------	--

3. ajánlati rész: Sebészeti füstelszívó rendszer

Megnevezés: Sebészeti füstelszívó rendszer

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika
(7632 Pécs, Akác utca 1.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

Elvárt műszaki paraméterek	Minimális elvárás	Megajánlott termék paraméterei
Változtatható sebesség (fokozatmentes)	Igen	
Legalább kettős szűrőrendszer (előszűrő és főszűrő)	Igen, kérjük megadni	
ULPA finomságú szűrő 99,999% 0,12micron	Igen	
Lámpedál	Igen	
CE engedéllyel rendelkezik	Igen	
Keréken gördíthető	Igen	
Cserélhető elszívócső	Igen	
Minden tartozékot tartalmazzon, ami az azonnali használathoz szükséges (szűrők, szívócsövek, stb.)	Igen	
Szállítandó tartozékok		
7/8"x6' szívócső (10 db) vagy ezzel egyenértékű európai méretű szívócső	Igen, kérjük megadni	
1 1/4"x6' szívócső (10db) vagy ezzel egyenértékű európai méretű szívócső	Igen, kérjük megadni	
1 mikronos maszk (50db)	Igen	
Pre filter (5db/csomag) 1 cs.	Igen	
Értékelési szempontok		
Jótállás időtartama (min.18 hónap)	Igen, kérjük megadni S=10	
Maximális zajszint (max. 55dB)	Igen, kérjük megadni S=10	

4. ajánlati rész: Oktatási célú hallgatói mikroszkóp kamerával és monitorral

Megnevezés: Mikroszkóp

Össz. darabszám: 1 db

Szállítási helyszín: I. sz. Belgyógyászati Klinika, 7624 Pécs, Ifjúság út 13.

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Elvárt műszaki paraméterek	Minimális elvárás	Megajánlott termék paraméterei
Egyenes állású mikroszkóp átmenő fényes vizsgálatokhoz	Igen	
Beépített megvilágítás, beépített fényerő szabályozás	Igen	
Megvilágítás: min 6V 30W halogén vagy ezzel egyenértékű (fény mennyiség)	Igen, kérjük megadni	
Kék szűrő	Igen	
Mín. 4 pozíciós objektívrevolver	Igen, kérjük megadni	
Mechanikus tárgyasztal, x/y irányú mozgással	Igen	
Egyszerre 2 tárgylemez fogható be	Igen, kérjük megadni	
Tárgyasztal min. 180*130 mm méretű	Igen, kérjük megadni	
Mozgástartomány Min: 70*40 mm	Igen, kérjük megadni	
Fix jobb kezes, alacsonyvezérlésű	Igen	
Beépített Abbe kondenzor N.A. min: 1.25 (okulárhoz igazodó)	Igen	
Apertúra rekesz	Igen	
Írisz rekesz	Igen	
Tárgyasztal felső ütköztető	Igen	
Mín. 10X széles látóterű okulár	Igen, kérjük megadni	
Durva és finom fókuszálás	Igen	
Trínokuláris tubus 30° döntésű	Igen	

Fix fényelosztás 50-50%	Igen	
Állítható dioptria	Igen	
Min. 50-70 mm között állítható szemtávolsággal	Igen, kérjük megadni	
4x végtelenre korrigált plan achromat objektív, WD= \sim 18,5mm	igen	
10x végtelenre korrigált plan achromat objektív, WD= \sim 10,5mm	igen	
40x végtelenre korrigált plan achromat objektív, WD= \sim 0,45mm	igen	
100x végtelenre korrigált plan achromat objektív, WD= \sim 0,13mm	igen	
Kamera csatlakozási lehetőség C menettel, 0,5x nagyítással	Igen	
HDMI WIFI kamera,	Igen	
A kamera saját operációs rendszerrel rendelkezik, a funkciókat külső számítógép nélkül is tudja	Igen	
USB porton keresztül számítógéphez köthető	Igen	
Billentyűzet és egér csatlakoztatható hozzá	Igen	
Felbontás Min: 1920*1080 min. 60 fps	Igen, kérjük megadni	
Beépített időzítő, dátum megjelenítés	Igen	
Funkciók: Min: mérés, zoom, kép összehasonlítás, AOI	Igen, kérjük megadni	
Optikai csatlakozás C-mount (c menet)	Igen	
A kamera legyen áthelyezhető a már meglévő Olympus BX mikroszkópra (további alkatrészek megvásárlása nélkül)	Igen	
HDMI kábel	Igen	
Tápegység	Igen	
Monitor: min 22" full HD	Igen, kérjük megadni	
Kép arány: 16:9	Igen, kérjük megadni	

Felbontás min: 1920*1080	Igen, kérjük megadni	
Képfressítés min: 60 Hz	Igen, kérjük megadni	
Betekintési szög min: 170 fok	Igen, kérjük megadni	
Válaszidő max: 5 ms	Igen, kérjük megadni	
Értékelési szempont		
Jótállás időtartama (min. 18 hónap)	Igen, kérjük megadni S=20	

5. ajánlati rész: Laboratóriumi eszközök, eszközrendszer

Megnevezés: Laboratóriumi eszközök, eszközrendszer

Össz. darabszám: 1 darab rendszer, melynek részei

2 db fűthető mágneses keverő

2db körkörös síkrázó

1 db blokk termosztát

2 db több csatornás pipetta

1 db pH mérő

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Immunológiai és Biotechnológiai Intézet (7624 Pécs, Szigeti út 12.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Elvárt műszaki paraméterek	Minimális elvárás	Megajánlott termék paraméterei
Fűthető mágneses keverő (2db)	Igen	
Hőmérséklet: min. 20-380C	Igen, kérjük megadni	
Fűtőkapacitás: min. 500 W	Igen, kérjük megadni	
Keverési kapacitás: 200-1500 rpm	Igen, kérjük megadni	
Fűtőlap anyaga: kerámia bevonat	Igen	
Körkörös síkrázó (2db)	Igen	
Állítható időzítés, rázási sebesség	Igen	
Digitális kijelzés	Igen	
Felület: min. 350x300 mm	Igen, kérjük megadni	
Kompatibilis legyen a következő mintatartó alkatrészekkel, melyek alkalmasak 15 és 50 ml-es csövek rázatására: Tilted Holder, for 15mL and 50mL tube racks (H1000-MR-TSR); Rack Platform, 12 x 50mL and 21 x 15mL conical tubes (H1000-MR-1550)	Igen	
Blokk termosztát (1db)	Igen	
Hőmérséklet: min. környezet +5°C - 100°C	Igen, kérjük megadni	
Digitális kijelzés	Igen	
Digitálisan állítható idő, és hőmérséklet	Igen	
Hőmérséklet stabilitás max.(0,2C)	Igen, kérjük megadni	
Időzítés funkció	Igen	
2 blokk kompatibilitás	Igen	
Több csatornás pipetta (2db)	Igen	
Méréstartomány: min. 30-300 mikroliter	Igen, kérjük megadni	
min. 8 csatornás	Igen, kérjük megadni	
Autoklávozzható, UV rezisztencia	Igen	
Kompatibilitás finntípp hegyekkel	Igen	
pH mérő (1db)		
Asztali pH/mV/°C/ionkoncentráció mérő	Igen	
pH-tartomány: -2 és 14,00 pH között	Igen, kérjük megadni	
pH-felbontás min. 0,01	Igen, kérjük megadni	

pH-pontosság max: $\pm 0,01$	Igen, kérjük megadni	
pH-kalibráció 3 pontra	Igen	
Nagy grafikus, háttérvilágítású LCD kijelzővel rendelkezik, mely folyamatosan mutatja az aktuális pH/mV és hőmérséklet értékeket	Igen	
Automata pufferfelismerés: DIN és NIST pufferek	Igen	
A készlet tartalma: pH-mérő, pH üveg elektród beépített hőmérséklet érzékelővel és 1 méter kábellel, állvány, 2 puffer, műanyag edény	Igen	
Kalibrációs adatok automatikus tárolása	Igen	
Automata / manuális hőmérséklet kompenzáció	Igen	
A rendszerre vonatkozó általános elvárások		
Felhasználói szintű oktatás	Igen	
Max. 90 napos szállítási határidő	Igen, kérjük megadni	
Értékelési szempont		
Jótállás időtartama a rendszerre (min. 18 hónap)	Igen, kérjük megadni S=20	

6. ajánlati rész: 10 x mikropipetta sorozat mikropipetta tartó állvánnyal

Megnevezés: 10 x mikropipetta sorozat mikropipetta tartó állvánnyal (egy sorozat 3db egycsatornás pipettát tartalmaz+állvány)

Össz. darabszám: 10 sorozat

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet (7624 Pécs, Szigeti út 12.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Ergonómikus kivitelű, egycsatornás mikropipetták kis mennyiségű folyadékok és oldatok pontos kimérésére

Elvárt műszaki paraméterek		Minimális elvárás	Megajánlott termék paraméterei
Mikropipetta térfogat tartomány (a térfogattartomány változtatható)	Összes darabszám (db)		
0,5-10 µl	9	Igen	
10-100 µl	9	Igen	
100-1000 µl	9	Igen	
0,2-2 µl	3	Igen	
mikropipettatartó állvány	10	Igen	
Összesen	30 db mikropipetta +10 db pipettatartó állvány		
Felhasználói szintű oktatás		Igen	

Értékelési szempontok

Elvárt műszaki paraméterek	Minimális elvárás	Megajánlott termék paraméterei
A mikropipetták minden alkatrésze teljesen autoklávozható (minőségi romlást nem eredményez az eszközben)	Igen / Nem S=2	
Mechanikus térfogattartomány változtatás	Igen / Nem S=2	

Gyári pontosságellenőrzés és tanúsítvány, kalibrálási bizonylat	Igen / Nem S=1	
Mérési pontosság 0,5-10 µl: ±3.5 to 1.0% / 3.0 to 0.8% 10-100 µl: ±3.0 to 0.8% / 1.0 to 0.2% 100-1000 µl: ±1.0 to 0.6% / 0.6 to 0.2% 0,2-2 µl: ±12.0 to 2.5% / 10.0 to 2.0%, vagy ezeknél pontosabb mikropipetták	Igen / Nem S=5	
Jótállás időtartama (min. 18 hónap)	Igen, kérjük megadni S=1	

7.ajánlati rész: Mérlegek

7/1. Megnevezés: Laboratóriumi analitikai mérleg

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
(7624 Pécs, Szigeti út 12.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Rutinszerű mérési feladatokra alkalmas analitikai mérleg, laboratóriumi és oktatási célokra

Elvárt műszaki paraméterek	Minimális elvárás	Megajánlott termék paraméterei
Applikációk: minimum tömegmérés és darabszámlálás	Igen, kérjük megadni	
Mérési tartomány: legalább 0-110 g	Igen, kérjük megadni	
Tárazási tartomány: minimum 110 g	Igen, kérjük megadni	
Rozsdamentes acél mérőtányér	Igen	
Analitikai védőbúra csúsztatható oldalfalakkal	Igen	
Integrált koncentrikus vízszintjelző	Igen	
Hálózati üzem	Igen	
Választható szűrési beállítások a környezeti zavaró tényezők kiszűrésére	Igen	
Választható mértékegységek	Igen	
LCD kijelző háttérvilágítással	Igen	
Kommunikáció: legalább 1db RS232 vagy USB típusú csatlakozó	Igen, kérjük megadni	
Munka hőmérséklet: +10°C-tól +40°C	Igen	
Egyszerű tisztíthatóság	Igen	
CE minősítéssel rendelkezzen	Igen	
GLP protokoll kompatibilitás	Igen	

Rendelkezzen gyári hitelesítéssel	Igen	
Felbontás legalább: 0,0001 g	Igen, kérjük megadni	
Automatikus belső kalibráció	Igen	
Tárazási idő: maximum 1 secundum	Igen, kérjük megadni	
Értékelési szempontok:		
Stabilizációs idő: (max. 3 secundum)	Igen, kérjük megadni S=5	
Mérőtányér átmérője (min.80 mm)	Igen, kérjük megadni S=5	
Linearitás: maximum +/- 0,0003 g	Igen, kérjük megadni S=5	
Jótállás időtartama (min. 12 hónap)	Igen, kérjük megadni S=5	

7/2. Megnevezés: Laboratóriumi tára mérleg

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
(7624 Pécs, Szigeti út 12.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Rutinszerű mérési feladatokra alkalmas táramérleg oktatási és laboratóriumi célokra, a legfontosabb méréstechnikai funkciókkal ellátva nagyméretű kijelzővel

Elvárt műszaki paraméterek	Minimális elvárás	Megajánlott termék paraméterei
Applikáció: minimum tömegmérés és darabszámlálás	Igen, kérjük megadni	
Mérési tartomány: legalább 0-2000 g	Igen, kérjük megadni	
Tárazási tartomány: minimum 2000 g	Igen, kérjük megadni	
Rozsdamentes acél mérőtányér	Igen	
Integrált koncentrikus vízszintjelző	Igen	
Hálózati üzem	Igen	
Automatikus belső kalibráció	Igen	
Választható szűrési szint a környezeti zavaró tényezők kiszűrésére	Igen	
Választható mértékegységek	Igen	
LCD kijelző háttérvilágítással	Igen	
Kommunikáció: legalább 1db RS232 vagy USB típusú csatlakozó	Igen, kérjük megadni	
CE minősítéssel rendelkezzen	Igen	
GLP protokoll kompatibilitás	Igen	
Munka hőmérséklet: +10°C-tól +40°C	Igen	
Tárazási idő: maximum 1 secundum	Igen, kérjük megadni	

Rendelkezzen gyári hitelesítéssel	Igen	
Stabilizációs idő: 3 secundum, vagy kevesebb	Igen, kérjük megadni	
Értékelési szempontok:		
Felbontás (min. 0,01 g)	Igen, kérjük megadni S=5	
Mérőtányér átmérője (min. 160 mm)	Igen, kérjük megadni S=5	
Linearitás (max. +/- 0,03 g)	Igen, kérjük megadni S=5	
Jótállás időtartama (min. 12 hónap)	Igen, kérjük megadni S=5	

8. ajánlati rész: Billegtetők, rázó gép

8/1. Megnevezés: Asztali billegtető

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
(7624 Pécs, Szigeti út 12.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Homogén keverésre lett tervezve, ideális sejttenyészetek, diagnosztikai anyagok lassú, kíméletes keverésére. A rázás és időzítés szabályozása analog vezérléssel történik.

Elvárt műszaki paraméterek	Minimális elvárás	Megajánlott termék paraméterei
Rázási mód: Kibillenős	Igen	
Sebességtartomány: minimum 2 – 50 billenés/perc	Igen, kérjük megadni	
Kibillenés szöge: minimum 10° rögzített	Igen, kérjük megadni	
Max. kapacitás (terhelhetőség):minimum 5 kg	Igen, kérjük megadni	
Asztalméret: min. 280×250 mm	Igen, kérjük megadni	
Tömeg: max. 10 kg +5%	Igen, kérjük megadni	
Minimum 1-120 perc működési idő beállíthatóság	Igen, kérjük megadni	
Inkubátor rendszer részeként is használható 65 C hőmérsékletig (inkubátorba helyezhető)	Igen	
Garancia: minimum 3 év	Igen, kérjük megadni	
Felhasználói szintű oktatás	Igen	
Értékelési szempont		
Jótállás időtartama (min. 12 hónap)	Igen, kérjük megadni	

	$S=10$	
--	--------	--

8/2. Megnevezés: Multifunkciós 3D billegtető/rázógép

Össz darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
(7624 Pécs, Szigeti út 12.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Multifunkcionális billegtető/rázógép használható immunprecipitációhoz, szövettenyészetekhez, gélfestés, a festés eltávolításához, antitestek festéséhez, mosásához, hibridizációhoz, blotoláshoz. A motor szabályozható és reprodukálható mozgást biztosít a teljes sebességtartományban.

Elvárt műszaki paraméterek	Minimális elvárás	Megajánlott termék paraméterei
Rázási mód: min. háromdimenziós körkörös, irányváltós és vibrációs	Igen, kérjük megadni	
Fordulatszám: minimum 1-100 fordulatszám/perc	Igen, kérjük megadni	
Kibillenés szöge: minimum 7° rögzített	Igen, kérjük megadni	
Max. kapacitás (terhelhetőség):minimum 1 kg	Igen, kérjük megadni	
Asztalméret: min. 235×235 mm	Igen, kérjük megadni	
Elfordulás szöge irányváltó módban: min 1 - 360	Igen, kérjük megadni	
Elfordulás szöge vibrációs módban min 1-5	Igen, kérjük megadni	
Tömeg: max. 3 kg +5%	Igen, kérjük megadni	
Minimum 1-120 perc működési idő beállíthatóság	Igen, kérjük megadni	
Inkubátor rendszer részeként vagy hideg helyiségben is használható min 4 és 40 C között (inkubátorba helyezhető)	Igen, kérjük megadni	
Ciklusok száma: min 1-125	Igen, kérjük megadni	

Időzített vagy folyamatos működés	Igen, kérjük megadni	
Felhasználói szintű oktatás	Igen	
Értékelési szempont		
Jótállás időtartama (min. 12 hónap)	Igen, kérjük megadni S=10	

9. ajánlati rész: Nagy kapacitású, hűthető asztali centrifuga

Megnevezés: Hűthető asztali centrifuga

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
(7624 Pécs, Szigeti út 12.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Nagyteljesítményű, széles rotor választékkal rendelkező általános hűthető asztali centrifuga, mely alkalmas klinikai vérminták előkészítésére, emlős és baktérium sejtek, vírus frakciók, fehérje és nukleinsav tartalmú oldatok centrifugálására, ülepitésére nagy fordulatszámom és nagy nehézségi erővel.

Elvárt műszaki paraméterek	Minimális elvárás	Megajánlott termék paraméterei
Rotorok:		
Kilendülő fejes rotor, minimum 4 db kilendülő fejes persellyel, perselyenként legalább 400ml kapacitással	Igen, kérjük megadni	
Fix dőlésszögű rotor 50ml-es kónikus csövekhez, minimum 6 férőhellyel, rögzíthető rotor tetővel	Igen, kérjük megadni	
Fix dőlésszögű rotor, 1.5ml-es csövekhez, legalább 24 férőhellyel: legalább 29.000 g (RCF) nehézségi gyorsulással, rögzíthető rotor tetővel	Igen, kérjük megadni	
Adapterek kilendülő fejes rotor perselyekhez:		
Minimum 4 db minimum 3x50ml-es (28,5x100mm) kónikus adapter, maximális kapacitás: minimum 12 db cső	Igen, kérjük megadni	
Minimum 4 db minimum 5x15ml-es (17x120mm) kónikus adapter, maximális kapacitás: minimum 20 db cső	Igen, kérjük megadni	
Minimum 4 db minimum 12x10/15ml-es (17x110mm) kerek aljú adapter, maximális kapacitás: minimum 48db cső	Igen, kérjük megadni	
Minimum 4 db minimum 16x5ml-es (13x75mm) kerek aljú adapter, maximális kapacitás: minimum 64 db cső	Igen, kérjük megadni	
Minimum 4 db minimum 25 férőhelyes (12x75mm) RIA cső adapter, maximális kapacitás: minimum 100 db cső	Igen, kérjük megadni	
Minimum 4 db kilendülő fejes persely tető	Igen, kérjük megadni	
Futási módok időtartam beállítással: folyamatos, pillanatnyi	Igen	

Gyorsítási/lassítási fokozatok: 10/10	Igen	
Hajtómotor típusa: szénkefe nélküli, indukciós	Igen	
Gyors hűtés: +4°C elérése ≤10 perc alatt	Igen	
Későbbi bővíthetőség	Igen	
Magyarországi szerviz	Igen	
A berendezés gyártási időpontja az ajánlattételtől számítva nem régebbi, mint 6 hónap	Igen, kérjük megadni	
Üzembe helyezés és betanítás legalább 2 alkalommal	Igen, kérjük megadni	
Értékelési szempont		
Maximális fordulatszám (min. 18.000 rpm)	Igen, kérjük megadni S=5	
Hűtési lehetőség, beállítható hőmérséklet tartomány legalább -20°C +40°C között	Igen / Nem S=5	
Jótállás időtartama (min. 12 hónap)	Igen, kérjük megadni S=10	
50ml-es kónikus csövek centrifugálásának nehézségi ereje (min. 10.000 g)	Igen, kérjük megadni S=10	

10. ajánlati rész: Mikrolemez olvasó

Megnevezés: Mikrolemez olvasó

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
(7624 Pécs, Szigeti út 12.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Abszorbancia mikrolemez olvasó (microplate reader), mely alkalmas küvettán és a laboratóriumokban gyakran használatos mikrolemez formátumokon (microplate-eken) való végpontos (endpoint), kinetikus és mintahely pásztázó (well scanning) mérésekre, valamint abszorbancia spektrum felvételére.

Elvárt műszaki paraméterek	Minimális elvárás	Megajánlott termék paraméterei
Applikációk: minimálisan ELISA, DNS/RNS/fehérje mérés, emlős és baktérium sejt-alapú tesztek, növekedési görbe analízis, kinetikai mérések	Igen	
UV/VIS abszorbancia spektrum mérés	Igen	
Fényforrás: nagy energiájú xenon villanólámpa	Igen	
Detektor: CCD vagy abszorbancia-UV fotodióda	Igen, kérjük megadni	
Klinikai diagnosztika és kutatómunka		
Abszorbancia mérés: minimum 230 nm-1000 nm (nanométer) között	Igen, kérjük megadni	
Teljes abszorbancia spektrum felvétele	Igen	
Szabályozható spektrális felbontás: minimum 1-10 nm (nanométer) felbontásban	Igen, kérjük megadni	
Mérhető mintalemez (microplate) formátumok: minimum 6-24-96-386 mintahelyes lemezek	Igen	
Küvettás/mikroküvettás port max. 15mm fényúttal	Igen	
Automatikus fényút korrekció	Igen	
Dinamikus lemez-tervezés (vízszintesen, függőlegesen)	Igen	
Átlag és koncentráció számítás, standard görbe rajzolása	Igen	
Standard görbe elemzési módok: legalább lineáris regresszió, point-to-point, 4 parameter fit, szegmentális regresszió, enzim kinetika	Igen, kérjük megadni	
Mérhető OD (optikai denzitás) tartomány: minimum 0 - 4.0 O.D.	Igen, kérjük megadni	
Programozható rázás: legalább lineáris és orbitális	Igen, kérjük megadni	

Mérési módok: minimum végpont (endpoint), és kinetikus	Igen	
Sejtes kísérletek		
Kis volumenű (kiseb, mint 0.1 ml) minta is mérhető legyen	Igen	
Mintalemez (microplate) rázatás állítható sebességgel és idővel	Igen	
Elvárt inkubálási tartomány: minimum RT +5°C-tól +40°C-ig	Igen, kérjük megadni	
Térbeli (2D) mintahely pásztázás mintahelyenként (well) minimum 25x25 mérőpont kijelölésével sejtes szuszpenziók és inhomogén oldatok mérésére	Igen	
Az ár tartalmazza a vezérlő és értékelő software-t	Igen	
Gyógyszeripari előírás		
CFR 21 part 11 előírásoknak megfelelő software	Igen	
Eszköz kommunikációja a számítógéppel: legalább USB 2.0	Igen, kérjük megadni	
Windows kompatibilis vezérlő és értékelő software	Igen	
Vezérlő és értékelő software licenzek száma: minimum 10db	Igen, kérjük megadni	
Későbbi változtatási és bővítési lehetőség a software-ben	Igen	
Gyártási idő az ajánlattételtől számítva maximum 6 hónap	Igen, kérjük megadni	
Üzembe helyezés és betanítás legalább 2 alkalommal	Igen, kérjük megadni	
Értékelési szempont		
Abszorbancia spektrum mérési sebessége (max.1 sec/lyuk (well))	Igen, kérjük megadni S=5	
Egy időben, egy mintahelyen (well) mérhető hullámhosszok száma (min. 2 hullámhossz/ lyuk (well))	Igen, kérjük megadni S=5	
Beállítás és mérés pontosság 2 OD-nél (max. 1%)	Igen, kérjük megadni S=5	
Jótállás (min. 12 hónap)	Igen, kérjük megadni S=5	
BMG Optima 2.10 R2 software kompatibilis adat értékelő program	Igen / Nem S=6	
Későbbi bővítési lehetőségek: utólagos gázcsatlakozó beépítési lehetőség, mely biztosítja a sejtes munkákhoz szükséges gázkeverékek bevezetését	Igen/Nem S=2	
Későbbi bővítési lehetőségek: Adapter mikroszkópos lemezek (slide) és gélek pásztázásra, valamint kis volumenű (1-5ul) minták mérésére	Igen/Nem S=2	

11. ajánlati rész: Sternum fűrész

Megnevezés: Sternum fűrész

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Sebészeti Klinika (7624 Pécs, Ifjúság útja 13.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékekkel szemben támasztott követelmények : Akkumulátoros sternum fűrész mint pl.:

Aesculap GA 674, GB436R

Elvárt műszaki paraméterek	Minimális elvárás	Megajánlott termék paraméterei
Reciprok fűrész mint pl.: Aesculap GA 674 vagy ezzel egyenértékű	Igen	
NiMH akkumulátor min: 9,6 V 1 db	Igen	
Min 1,95 Ah kapacitás	Igen	
Nem steril akkumulátor	Igen	
Az akkumulátor töltöttségét jelzi a töltő	Igen	
Titán alapanyagú kézieszköz	Igen	
Autoklávozható	Igen	
A kézi egységben helyezkedik le a kivehető akkumulátor a motor és a vezérlő elektronika.	Igen	
Rezgési frekvencia tartománya min: 0-15 000 1/perc	Igen	
Teljesítmény min: 250W	Igen	
Szövetvédő a fűrészhez mint pl.: Aesculap GB 436R vagy ezzel egyenértékű	Igen	
Akkumulátortöltő 1 db	Igen	
Értékelési szempont		
Jótállás időtartama (min. 18 hónap)	Igen, kérjük megadni S=10	

12. ajánlati rész: Hasi feltárási keret és tartozékai

Megnevezés: Hasi feltárási keret és tartozékai

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Sebészeti Klinika (7624 Pécs, Ifjúság útja 13.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények: Műtőasztalra rögzíthető kétkaros feltárási rendszer. A leírásban felsorolt alkotó elemekből.

Alkalmas a műtőasztalra rögzítetten tartani a feltárási eszközöket, mint például Integra Omni-trackt table mounted Wishbone retractor system.

A feltárási rendszer feleljen meg az alábbi követelményeknek:

A karok, rögzítő bilincsek, retraktorok anyaga legyen a sterilizálási ciklusoknak ellenálló fémből.

A rugalmas Wishbone® vagy azzal egyenértékű keret karok, legyenek egyenként cserélhető, eltávolíthatók amelyek lehetővé teszik a műtéti terület maximalizálását.

Az eszköz rendelkezzen átpattintó rögzítő megoldású, lapos rögzítő gyorsbilincsekkel.

Legyen az izoláló textílián keresztül rögzíthető az oszlop ez biztosítson erős és stabil tartást az egész rendszernek.

A rendszer tartalmazzon kiegészítő csuklós kart, ami lehetővé teszi további eszközök rögzítését.

Elvárt műszaki paraméterek	Minimális elvárás	Megajánlott termék paraméterei
Sterile postamens (Izoláló textílián keresztül az asztalra rögzíthető) rászerezelt a postamensen csúsztatható félfordítós dupla gyorsbilincs a tartókar rögzítéséhez, mint pl.: Omni-trackt 4944 vagy ezzel egyenértékű 2 db	Igen, kérjük megadni	
Keresztrudazat mint pl.: Omni-trackt 4943 vagy ezzel egyenértékű 1db	Igen, kérjük megadni	
Rápatintó rögzítő megoldású, lapos rögzítő gyorsbilincs, (félfordítós) mint pl.: Omni-trackt 4040 vagy ezzel egyenértékű 5db	Igen, kérjük megadni	
Sternum retractor 7,6x7,6 cm mint pl.: Omni-trackt 3094R vagy ezzel egyenértékű 1db	Igen, kérjük megadni	
Mayo lengő retraktor, hasfali 8,9x7 cm, mint pl.: Omni-trackt 3536 vagy ezzel egyenértékű 1 db	Igen, kérjük megadni	
9-inch, 22,86 cm retraktor tartó egység gombbal, mint pl.: Omni-trackt 3623 vagy ezzel egyenértékű 1 db	Igen, kérjük megadni	
Lengő retraktor, merevebb, szögletes véggel 5x11,4 cm, mint pl.: Omni-trackt 3888 vagy ezzel egyenértékű 1 db	Igen, kérjük megadni	
Lengő retraktor, hajlítható és réselt, lágy szövetekre 7,6x16,5cm, mint pl.: Omni-trackt 3876R vagy ezzel egyenértékű 1 db	Igen, kérjük megadni	

Tároló - sterilizáló doboz 31*47*9cm, mint pl.: Omni-trackt 3424 vagy ezzel egyenértékű 1 db	Igen, kérjük megadni	
Értékelési szempont		
Jótállás időtartama (min. 18 hónap)	Igen, kérjük megadni S=10	

13. ajánlati rész: Diagnosztikus mikroszkóp

Megnevezés: Diagnosztikus mikroszkóp

Össz. darabszám: 1 darab

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Pathológia Intézet (7624 Pécs, Szigeti u. 12.)

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Elvárt műszaki paraméterek	Minimális elvárás	Megajánlott termék paraméterei
Felső állású fénymikroszkóp az alábbi tartozékokkal:	Igen	
binocularis vagy trinocularis tubus	Igen, kérjük megadni	
szemben álló (180°) társnéző feltétellel (két fő részére), LED mutatóval	Igen	
polarizációs szűrő és analizátor	Igen	
durva és finom fókuszálásra lehetőség	Igen	
macro tárgylemez befogási lehetőség	Igen, kérjük megadni	
legalább 30W-os halogén, vagy ekvivalens LED megvilágítás	Igen, kérjük megadni	
legalább 0,9-es numerikus apertúrájú kondenzor lencse	Igen, kérjük megadni	
10x okulár lencse, legalább 20 mm-es látómezővel	Igen, kérjük megadni	
legalább öt objektívet befogadó revolver	Igen, kérjük megadni	
végtelenre korrigált, planakromát, vagy jobb minőségű objektívek az alábbi nagyításokkal: 2 vagy 2,5x, 4x, 10x, 20x és 40x száraz objektív, valamint 63x száraz vagy immerziós objektív	Igen, kérjük megadni	
az immerziós objektívek numerikus apertúrája legalább 1,25 legyen	Igen, kérjük megadni	
Értékelési szempontok:		
apokromát objektívek	Igen / Nem S=10	

digitális képrögzítés lehetősége (digitális kamera megfelelő tubussal)	Igen / Nem S=10	
--	--------------------	--

14. ajánlati rész: FULL HD arthroszkópos torony

Megnevezés: FULL HD arthroszkópos torony

Mennyiség: 1 db

Szállítási hely: Pécsi Tudományegyetem Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika (7624 Pécs, Ifjúság útja 13.)

Termék gyártója:

Megajánlott termék típusa:

Elvárt műszaki paraméterek	Minimális elvárás	Megajánlott termék paramétere
Jótállás min. 18 hónap	Igen, kérjük megadni	
Monitor:		
Medikai kivitel	Igen	
Min. 26" HD 16:9 képarányú monitor	Igen	
Felbontás: min. 1920 x 1080 pixel	Igen	
Bemenetek min. DVI, S-video, SDI	Igen	
Kimenetek: min. HD – DVI, SDI	Igen	
Arthroszkópos kamera vezérlő egység:		
Nagyfelbontású FULL HD több modulós, bővíthető kamera vezérlő egység, felbontás min. 1920 x 1080 pixel, képrögzítő rendszerrel, Hálózati üzem	Igen	
Kimenetek: min. HD – DVI-D, SDI, USB	Igen	
Tartozék: összekötő kábelek a kiírt termékek csatlakoztatásához	Igen	
Arthroszkópos kamerafej:		
3 chip-es FULL HD kamerafej, progresszív pásztázás	Igen	
Gázban, plazmában sterilizálható	Igen	
Felbontás: min. 1920 x 1080 képpont	Igen	
Zoom objektívvel fókusz távolság tartománya min. f = 15 - 30 mm	Igen	
Min. 2 db szabadon programozható gomb a kamera fejen	Igen	
Fényforrás:		

Min. 175W Xenon izzós hidegfény-forrás vagy ezzel egyenértékű megvilágítást biztosító nagyteljesítményű LED fényforrás	Igen	
Kézi fényerő szabályozás	Igen	
Színhőmérséklet: min. 5800 K - 6100 K közötti tartományban	Igen	
Izzó átlag élettartama LED esetén min. 28.000 óra, Xenon esetén 500 óra + 3 db tartalék izzó biztosítása	Igen	
2 darab fénykábel egyenes konnektorral, átmérő: max. 4,5 mm, hossz: min. 230 cm, max. 300 cm	Igen	
Értékelési szempontok		
Automatikus és kézi fényerő szabályozás	Igen/Nem S=20	
Opcionális termékek		
Optika:		
Optika 30°, átmérője 2,7 mm, hossza 160 – 200 mm közötti, autoklávozható	Igen	
Arthroszkópos shaft, standard optika csatlakozóval, átmérő: 4 mm, munkahossza 12,5 cm (+ 10%-os eltérés elfogadható), két zárócsappal, forgatható, 30° optikához	Igen	
Obturátor, féléles, arthroszkóp shafthoz	Igen	
Szívó-öblítő készülék:		
Görgős pumpa	Igen	
Biztonságos használat a szívó-öblítő cső felismerésének köszönhetően	Igen/Nem Kérjük megadni	
Opcionális szoftver további alkalmazások hozzáadásához	Igen/Nem Kérjük megadni	
Boost üzemmód az áramlás ideiglenes fokozásához	Igen/Nem Kérjük megadni	
Műszerállvány:		
Min. 2 darab rögzítő fékkel ellátott antisztatikus kerék. Főkapcsolóval, integrált elektromos elosztókkal, min. 12 konnektor, EPH kábelek és csatlakozó a tornyon min. amennyi a megajánlott berendezések számával megegyező,	Igen	

3 – 5 közötti darab polc, min. 1 db zárható fiók, min.1 db kameratartó 1 db állítható, forgatható monitortartó kar		
Vezetéknélküli shaver rendszer:		
Shaver kézigység, vezeték nélküli használatú	Igen	
4 darab kézigység	Igen	
A shaver feltétet automatikusan felismeri	Igen	
Kézidarabok fordulatszáma min. (1000-5000) / perc tartományban állítható	Igen	
Oscillációs üzemmódban fordulatszáma min. (500-2000) / perc	Igen	
Shaver kések:		
Aggresszív shaver kés, többször használatos, sterilizálható, 4,2 mm átmérő, munkahossza max. 150 mm	Igen	
Teljes sugarú resector, többször használatos, sterilizálható, átmérője 4,5 mm, munkahossza max. 150 mm	Igen	
Aggresszív shaver kés, többször használatos, sterilizálható, átmérője 4,5 mm, munkahossza max. 150 mm	Igen	
Aggresszív marófúró, sterilizálható, átmérője 6,0 mm, munkahossza max. 150 mm	Igen	
Aggresszív teljes sugarú resector, többször használatos, sterilizálható, átmérője 3,5 mm, munkahossza max. 150 mm	Igen	

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TERVEZET

(Az 1.,11.,12. és 13. ajánlati részek esetén alkalmazandó)

Amely létrejött egyrészről

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Székhely: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Adószám: 15329798-2-02

OM azonosító: FI 58544

PIR szám: 329794

Statisztikai számjel: 15329798-8542-312-02

Pénzforgalmi jelzőszám: 10024003-00282716-00000000

Képviseli: Jenei Zoltán kancellár

mint Vevő (a továbbiakban: *Vevő*)

másrészről

Székhelye:

Adószáma:

Cégjegyzékszám:

Statisztikai számjel:

Pénzforgalmi jelzőszám:

Képviseli:

mint Eladó (a továbbiakban: *Eladó*)

(a továbbiakban együttesen: *Felek*) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

- A.) Vevő „Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a Modern Városok Program keretein belül -2.” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 81. § (1) pontja alapján uniós közbeszerzési eljárást folytatott le a nyílt eljárás szabályait alkalmazva.
- B.) Felek rögzítik, hogy a Vevő többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetőségét nem biztosította.
- C.) A Vevő az ajánlattevők számára a gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását nem tette lehetővé.
- D.) A Vevő a közbeszerzési eljárás során a közbeszerzési dokumentációban meghatározott csoportosításnak megfelelő részajánlat-tételi lehetőséget biztosított.

- E.) Felek rögzítik, hogy az Eladó benyújtott ajánlatával, mint legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlattal az eljárás **** részének nyertese lett.
- F.) A Kbt. szerinti eljárás ajánlati felhívásához kapcsolódó valamennyi írásbeli dokumentáció és az Eladó nyertes ajánlata jelen szerződéssel (továbbiakban: Szerződés) együtt értelmezendő annak ellenére, hogy a dokumentumok fizikailag nem kerültek csatolásra a Szerződés törzsszövegéhez.
- G.) Szerződő Felek megállapítják, hogy jelen szerződésben szabályozzák együttműködésüket és a Felek jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, melyek a Felek Szerződéses jogviszonyára alkalmazandók. A Felek kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni.
- H.) Eladó kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. Az Eladó vállalja, hogy a másik Felet haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény merülne fel, amely jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti.
- I.) Mindkét fél kijelenti, hogy sem jóhiszeműen, sem rosszhiszeműen, sem a múltban nem hallgatott el, sem a Szerződés időtartama alatt nem fog elhallgatni semmiféle a Szerződés teljesítése tekintetében bármilyen szempontból releváns információt, ami kihatással lehet a jelen megállapodásban foglaltakra.

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

- 1.1. A Vevő részére a közbeszerzési eljárás műszaki leírásában (továbbiakban: Műszaki Leírás), a Szerződés 1. számú mellékletében, valamint az Eladó ajánlatában meghatározott feltételeknek megfelelő orvostechnikai eszköz (a továbbiakban: Eszköz) határidős adásvétele a Szerződésben meghatározott feltételek szerint, a Szerződésben meghatározott vételár ellenében.

2. TELJESÍTÉSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

- 2.1. Teljesítés helye (üzemeltetés helye):

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PTE KK Sebészeti Klinika (7624 Pécs, Ifjúság útja 13.)

13. ajánlati rész esetében:

PTE Patológiai Intézet (7624 Pécs, Szigeti u. 12.)

- 2.2. Teljesítés határideje: a Szerződés hatályba lépésétől számított 2 hónap (60 naptári nap).

- 2.3. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a szerződésszerű teljesítés körében, figyelemmel a Kbt. 8. § (2) bekezdésében foglaltakra, köteles az Eszközt a teljesítési határidőn belül a teljesítés helyére eljuttatni, beállítani és üzembe helyezni, majd az üzembe helyezett Eszközt a Vevőnek átadni.
- 2.4. Felek rögzítik, hogy az Eladó a Szerződés [REDACTED] pontjában meghatározott teljesítési határidőn belül bármikor jogosult teljesíteni, azonban a teljesítés pontos idejéről köteles a Vevő kapcsolattartóját a teljesítés időpontja előtt 3 munkanappal írásban értesíteni. Az értesítés elmaradásából eredő károkért az Eladó felelős.
- 2.5. Felek megállapodnak abban, hogy az Eszköz teljesítés helyre történő eljuttatására alkalmas fuvarozási mód választásáért, a fuvarozás során esetlegesen felmerülő késedelemért, károkért az Eladó felelős. Fuvarozó alkalmazása esetén a Vevő a fuvarozóval nem áll jogviszonyban.
- 2.6. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a fuvarozással kapcsolatos valamennyi adminisztrációs kötelezettséget teljesíti a NAV irányába, továbbá az útdíjköteles gépjárművekkel a Vevő részére végzett fuvarozással járó termékszállítási bejelentési kötelezettségeknek eleget tesz (EKÁER adminisztráció). Ebbe beleértendő az Európai Unió tagállamából való fuvarozással kapcsolatos regisztrációban Vevővel való együttműködés. Szerződő felek rögzítik, hogy Eladó adminisztrációs és tájékoztatási valamint együttműködési kötelezettségének megszegéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik és Vevőt haladéktalanul kártalanítani vagy kártérítést fizetni köteles.
- 2.7. Az Eladó az Eszközt a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban köteles a teljesítés helyére eljuttatni. A csomagoláson fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címkéket.
- 2.8. Felek megállapodnak abban, hogy az Eszköz teljesítés helyre való eljuttatását követően az Eladó elvégzi az Eszköz beállítását, valamint üzembe helyezését, szükség esetén annak testre szabását.
- 2.9. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó az Eszköz átadását a Felek kapcsolattartóinak eltérő megállapodása hiányában munkanapokon 9.00 és 16.00 óra között végezheti.
- 2.10. Az Eszköz átadás-átvétele során a Vevő próbával győződik meg arról, hogy az Eszköz a rendeltetésszerű használatra alkalmas, rendelkezik a Szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képező dokumentációban – így különösen a Műszaki Leírásban – , valamint a jogszabályokban előírt tulajdonságokkal. A Felek rögzítik, hogy „próba” alatt kipróbálást értenek, melynek során az Eladó beindítja, üzembe helyezi az Eszközt, szükség esetén lefuttat rajta egy teszttüzemet, annak vizsgálata céljából, hogy a Vevő meggyőződhessen arról, hogy az Eszköz működőképes-e, alkalmas-e annak a funkciónak az ellátására, amelyre az Eladó jelen szerződéssel kötelezettséget vállalt.
- 2.11. Az átadás-átvételtől a Felek közösen jegyzőkönyvet vesznek fel.

- 2.12. Az átadás-átvétel során az Eladó köteles az Eszköz, valamint az annak minőségét és műszaki megfelelését tanúsító magyar nyelvű okmányokat és tanúsítványokat, továbbá a működéshez, üzemeltetéshez szükséges magyar nyelvű dokumentációkat átadni.
- 2.13. Amennyiben az átadás-átvétel során a Vevő azt állapítja meg, hogy az Eszköz nem felel meg a Szerződésben foglalt feltételeknek, az Eszköz vagy annak egyes eleme(i) hibásak (a továbbiakban: hiba), a hibát, a hiba vonatkozásában érvényesíteni kívánt szavatossági igényt, valamint a szavatossági igény teljesítésének határidejét a Felek a közösen felvett jegyzőkönyvben rögzítik.
- 2.14. Amennyiben az Eladó a megjelölt szavatossági igénynek a megjelölt határidőben nem tesz eleget, a Vevő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő egyéb jogait.
- 2.15. Az Eszközzel kapcsolatos kárveszély a teljesítéssel, a teljesítés helyén száll át a Vevőre.
- 2.16. A teljesítés időpontja a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásának az időpontja.
- 2.17. Eladó vállalja, hogy a Szerződés tárgyát képező Eszköz vonatkozásában legalább 4 óra időtartamban elvégzi a Vevő által kijelölt személyek (maximum 4 fő) felhasználói szintű betanítását.
- 2.18. Az Eladó a Szerződést akkor teljesíti határidőben, ha a teljesítési határidőn belül:
- az Eszközt a Vevő részére sikeresen átadta,
 - az Eszközt üzembe helyezte,
 - a Szerződésben meghatározott oktatást elvégezte és
 - a Szerződésben meghatározott dokumentumokat a Vevőnek átadta.

3. VÉTELÁR

- 3.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Eszköz vételára¹:

	nettó vételár (HUF)	27% ÁFA (HUF)	bruttó vételár (HUF)
összeg számmal	****	****	****
összeg betűvel	****	****	****

- 3.2. Felek rögzítik, hogy a vételár garantált fix vételár, amely tartalmazza az Eladónak a Szerződés teljesítése körében elmerült valamennyi kiadását és költségét – így különösen, de nem kizárólagosan, az Eszköz teljesítésre helyre történő eljuttatásának költségét, a felhasználói szintű oktatáshoz kapcsolódó költségeket – ezért az Eladó a Vevővel szemben további díjazásra semmiféle jogcímen nem tarthat igényt.

¹ Értékelési szempont. A nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően kerül feltöltésre.

4. VÉTELÁR FIZETÉSE, SZÁMLÁZÁSA

- 4.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő a Szerződés **1.1** pontjában meghatározott vételárat a Szerződés teljesítését követően utólag, az Eladó által a Szerződés szerint kiállított számla ellenében, banki átutalással egyenlíti ki.
- 4.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a Szerződés teljesítését 15 napon belül a Vevő feljogosított képviselője teljesítésigazolást állít ki az Eladó részére.
- 4.3. A Vevő részéről teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy: ********
- 4.4. Az Eladó a teljesítésigazolás alapján, annak birtokában jogosult számlát kiállítani.
- 4.5. Felek a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján rögzítik, hogy részszámla benyújtására nincs lehetőség.
- 4.6. Az Eladó a számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. §-ában, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167. §-ának (1) és (3) bekezdésében, valamint a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014 (IV.30.) NGM rendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően köteles kiállítani. Az Eladó a számlához köteles csatolni a teljesítésigazolás egy példányát, továbbá a számlán köteles feltüntetni a Vevő által előzetesen rendelkezésére bocsátott SAP azonosítószámot, valamint a vonatkozó vámtarifaszámo(ka)t.
- 4.7. A Szerződés **1.1** pontjában meghatározott követelményeknek nem megfelelően kiállított és a Vevő részére megküldött számlát a Vevő nem fogadja be, azt kiegyenlítés nélkül visszaküldi az Eladó székhelyére. Az ebből eredő fizetési késedelemért a Vevő felelősséget nem vállal.
- 4.8. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF)
- 4.9. Számlázási cím: Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári P. u. 4.)
- 4.10. Felek megállapodnak abban, hogy a számla kiegyenlítése – figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra – 30 napon belül, banki átutalással történik. A Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzései bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéshez, valamint a kutatási-fejlesztési potenciáljának fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1035/2016. (II. 9.) Korm. határozat 4. pontja alapján a Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés ellenértékével kapcsolatosan európai uniós forrás kerül felhasználásra, abban az esetben a számla kiegyenlítésére a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (IX. 5). Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

- 4.11. Vevő rögzíti, hogy a vételár a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzései bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéshez, valamint a kutatási-fejlesztési potenciáljának fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1035/2016. (II.9.) Korm. határozatban foglaltak alapján 100,000000 %-ban a Modern Városok Programból kerül kifizetésre.
- 4.12. Felek a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján megállapodnak abban, hogy a Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
- 4.13. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vevő a számla kiegyenlítésével késedelembe esik, az Eladó a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt.

5. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

- 5.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó az Eszközre az sikeres átadástól számított ***** hónap²** teljeskörű jótállást vállal.
- 5.2. Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
- 5.3. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, amennyiben az Eladó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
- 5.4. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdje a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Arra tekintettel, hogy az Eszközt a betegellátás során használja a Vevő, az Eladó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival.
- 5.5. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja:
 - E-mail: ****
 - Fax: ****
- 5.6. Az Eladó szavatolja, hogy

² Értékelési szempont. A nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint kerül kitöltésre.

- az Eszköz új, és hacsak a Szerződés másként nem rendelkezik, tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket,
 - az Eszköz mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól,
 - az Eszköz a rendeltetésszerű használatra alkalmas,
 - az Eszköz mindenben a megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott feltételeknek, így különösen:
 - az Eszköz apokromát objektívekkel rendelkezik
 - az Eszköz digitális képrögzítésre alkalmas³
- 5.7. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet.
- 5.8. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza, vagy az Eszköz értékét csökkenti, ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti. Amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését.
- 5.9. Az Eladó vállalja, hogy a Szerződésben meghatározott feladatainak a Szerződésben meghatározott határidőkben eleget tesz.

6. ALVÁLLALKOZÓK

- 6.1. Az Eladó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az Eladó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak az alkalmassági

³ A 13. ajánlati rész vonatkozásában alkalmazandó. Értékelési szempont, a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltaktól függően képezi a Szerződés részét.

követelményeknek, amelyeknek az Eladó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

- 6.2. Az Eladó legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában köteles a Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
- 6.3. Az Eladó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Vevőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
- 6.4. Az Eladó felel az alvállalkozók teljesítéséért, szakmai, műszaki színvonalukért és pénzügyi alkalmasságukért. Az Eladó gondoskodik a különböző alvállalkozók irányításáról, utasításáról és a közöttük meglévő együttműködésről.
- 6.5. A Vevő és az alvállalkozók nincsenek jogviszonyban. Az Eladó kötelezettsége az alvállalkozók közvetlen fizetési igényeinek rendezése és a Vevő minden ilyen igénytől való mentesítése.
- 6.6. Jogszerűen igénybe vett alvállalkozó esetén az Eladó az alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el. Jogszerűtlenül igénybe vett alvállalkozó esetén az Eladó felelős minden olyan kárért, amely alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be. Az Eladó felelősségét a Vevő felé az alvállalkozók igénybevétele nem befolyásolja.

7. KÖTBÉR

Felek rögzítik, hogy az Eladó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha a Szerződést olyan okból, amelyért felelős, megszegi.

Késedelmi kötbér

- 7.1. Felek megállapodnak abban, amennyiben az Eladó a Szerződés teljesítésével olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles a Vevőnek fizetni.
- 7.2. A késedelmi kötbér alapja az Eszköz nettó vételára.
- 7.3. A késedelmi kötbér mértéke az Eszköz nettó vételárának (kötbéralap) 1%-a, de legfeljebb 20 naptári napnak megfelelő összeg.

Meghiúsulási kötbér

- 7.4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eladónak a Szerződés teljesítésével kapcsolatos késedelme meghaladja a 20 naptári napot, a Vevő jogosult a Szerződést megghiúsultnak tekinteni és elállni a Szerződéstől vagy a Szerződést felmondani.

- 7.5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés teljesítése bármely olyan okból, amelyért az Eladó felelős, meghiúsul, - beleértve az olyan 20 naptári napot meghaladó késedelem esetét, amelyért az Eladó felelős -, az Eladó meghiúsulási kötbért köteles a Vevőnek fizetni.
- 7.6. A meghiúsulási kötbér alapja az Eszköz nettó vételára, mértéke az Eszköz nettó vételárának 30%-a.

Kötbér érvényesítésével kapcsolatos további rendelkezések

- 7.7. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés keretében érvényesített kötbér összességében (késedelmi és meghiúsulási kötbér együtt) nem haladhatja meg az Eszköz nettó vételárának 30%-át.
- 7.8. Az esedékessé vált kötbér összegéről a Vevő kötbérértesítőt állít ki az Eladó felé, amelyet az Eladó annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül átutalással köteles kiegyenlíteni a kötbérértesítőn feltüntetett bankszámlára.
- 7.9. A teljesítés elmaradása esetére (meghiúsulás) kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.
- 7.10. A Vevő (jogosult) a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát.
- 7.11. A Vevő (jogosult) a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.
- 7.12. A Ptk. 6:168. § (1) bekezdése alapján az Eladó a kötbérfizetési kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha szerződésszegését kimenti.

8. SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA, MEGSZŪNÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA

- 8.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés annak mindkét Fél általi aláírásával lép hatályba azzal, hogy amennyiben a Felek a Szerződést különböző időpontban írják alá, a Szerződés a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal a kitételrel, hogy a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése alapján a Szerződés a Felek aláírása ellenére sem lép hatályba a Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott záró tanúsítvány hiányában.
- 8.2. A Szerződés megszűnik:
- Felek szerződésszerű teljesítésével,
 - elállással (amennyiben annak jogszabályban rögzített feltételei fennállnak)
 - (rendkívüli) felmondással.
- 8.3. Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik Fél, a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést a szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani.

- 8.4. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik az Eladó részéről különösen, de nem kizárólagosan, ha az Eszköz átadásával 20 naptári napot meghaladó késedelembe esik. Felek rögzítik, hogy a Vevő részéről különösen, de nem kizárólagosan súlyos szerződésszegésnek tekintik, ha a Vevő a számla kiegyenlítésével 90 napot meghaladó késedelembe esik és ebbéli kötelezettségének az Eladó írásbeli felszólítását követő 30 napon belül sem tesz eleget.
- 8.5. A Vevő a Szerződést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:
- feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - az Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
 - az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis.
- 8.6. A Vevő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 8.7. Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal – az Eladóhoz intézett egyoldalú, írásos nyilatkozatával felmondani (ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon):
- amennyiben az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
 - amennyiben az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
- 8.8. Az Eladó tudomásul veszi, hogy
- nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

- a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíteni.
- 8.9. Amennyiben az Eladó a Szerződés 8.8. pontjában foglalt valamelyik kötelezettségét megszegi, a Vevő jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
- 8.10. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vevő a Szerződésben szabályozott felmondási jogával él, az Eladó kifejezetten lemond az elmaradt haszna iránti igény érvényesítéséről a Vevővel szemben. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a Szerződés aláírásával mindennemű, a Szerződés megszűnéséből eredő igény érvényesítéséről kifejezetten lemond, amennyiben a Szerződés megszüntetése az Eladó szerződésszegő magatartásának következménye.
- 8.11. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezések maradéktalan betartása mellett módosíthatják.

9. VIS MAIOR

- 9.1. A vis maior esemény (a továbbiakban: Vis Maior Esemény) olyan, a Felek akaratától, cselekedeteitől és személyétől függetlenül bekövetkező, emberi erővel el nem hárítható, előre nem látható, külső esemény, amely egyik Félnek sem róható fel, - mint például háború, polgári felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa, sztrájk - amely számottevő módon akadályozza vagy lehetetlenné teszi a jelen Szerződés teljesítését, feltéve, hogy ezek a körülmények a jelen Szerződés aláírását követően jönnek létre, illetve a jelen Szerződés aláírását megelőzően jönnek ugyan létre, de a jelen Szerződés teljesítésére kiható következményeik az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak.
- 9.2. A Vis maior esemény mentesíti a Feleket a Szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítése alól, olyan mértékben, amennyire a Vis maior esemény az érintett Felet gátolja a szerződéses kötelezettségeinek a teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, ameddig a szóban forgó Vis maior esemény hatása fennáll.
- 9.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés – részükre fel nem róható – nem teljesítését, illetve nem megfelelő teljesítését eredményező, az érdekkörükön kívül bekövetkezett Vis maior eseményekről egymást haladéktalanul értesítik és a következmények elhárításával kapcsolatban a Ptk. megfelelő szabályai szerint, egymással ésszerűen és indokoltan együttműködve járnak el.
- 9.4. A Vis maior események által érintett Fél köteles a másik Félnek haladéktalanul megküldött tájékoztatásában megjelölni a Vis maior esemény kezdetét, jellegét és - amennyiben lehetséges -, várható végét.
- 9.5. A Vis maior esemény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a Szerződés szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a Vis maior esemény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a Vis maior esemény nem érinti.

10. TITOKTARTÁS

- 10.1. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely a másik Félre, így különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkozik (továbbiakban együtt: bizalmas információ), üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel.
- 10.2. Szerződő felek kijelentik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében személyre vonatkozó személyes adatokat, különleges adatokat üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel.
- 10.3. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizalmas információkat sem a Szerződés időbeli hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek számára hozzáférhetővé, vagy azokat egyéb, a Szerződés tárgyával össze nem függő módon nem használják fel, illetve azzal nem élnek vissza.
- 10.4. Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe azon adat, illetve információ,
- amely köztudomású;
 - amelyet nem a Szerződés megsértésével hoztak nyilvánosságra;
 - amely nyilvánosságra hozatali korlátozás nélkül a másik Fél birtokában volt már azelőtt, hogy azt a nyilvánosságra hozó Féltől megkapta volna;
 - amelyet a használó Fél olyan harmadik féltől kapott, aki jogszerűen szerezte meg vagy hozta létre azt, és akit nem köt a nyilvánosságra hozatali tilalom;
 - amelyet az egyik Fél a másik Fél bizalmas információjának felhasználása nélkül maga hozott létre; vagy
 - amelyet az adott Félnak - jogszabályban meghatározott - kötelessége átadni az illetékes hatóság számára.

Ezen kötelezettségei megszegésével okozott kárért a szerződésszegő Fél kártérítési felelősséggel tartozik.

- 10.5. A titoktartási és adatvédelmi kötelezettség a szerződő Felek alkalmazottját, tagját, megbízottját a Felekkel azonos módon terheli.

11. ELADÓ NYILATKOZATAI

- 11.1. Az Eladó kijelenti, nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
- 11.2. Az Eladó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

12. FELEK EGYÉB MEGÁLLAPODÁSAI

- 12.1. Felek megállapodnak abban, hogy a külföldi adóilletőségű Eladó köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
- 12.2. A Felek mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei szerint járnak el, a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi releváns információt késedelem nélkül egymás tudomására hoznak.
- 12.3. Felek megállapodnak abban, hogy minden, a szerződés keretében egymásnak küldött értesítésnek írott (levél, fax, e-mail) formában kell történnie. A Felek közti levelezés nyelve: magyar.
- 12.4. Felek megállapodnak abban, hogy egymáshoz intézett értesítéseit akkor tekintik megfelelően teljesítettnek, amennyiben azt a másik Félnek Szerződésben meghatározott értesítési címére írásban – tértivevénnyel vagy a kézbesítést más módon igazoló levél, telefax, e-mail útján – küldték meg.
- 12.5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tértivevényes postai küldemény „ismeretlen”, „ismeretlen helyre költözött”, „nem vette át”, „az átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, akkor már a kézbesítés megkísérlésének napján, ha pedig „nem kereste” jelzéssel, akkor a második kézbesítési kísérletet követő 5. munkanapon a küldemény kézbesítettnek minősül.
- 12.6. Felek közöttük jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket elsősorban együttműködésre feljogosított képviselőik útján, tárgyalásos úton köteles rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a Felek hatáskörtől függően kikötik a Vevő székhelye szerinti rendes bíróság kizárólagos illetékességét.
- 12.7. Felek jelen szerződéssel kapcsolatban kijelölt kapcsolattartói:

Név: *****

Telefon:

E-mail:

Cím:

Eladó részéről:

Név: *****

Telefon:

E-mail:

Cím:

- 12.8. A kapcsolattartók, illetve a teljesítési igazolásra jogosult képviselők személyében bekövetkező esetleges változásokról az érintett Fél haladéktalanul írásban köteles a másik Felet tájékoztatni. Ettől az időponttól kezdődően az kapcsolattartónak, illetve teljesítési igazolásra jogosult személynek az újonnan bejelentett személy minősül. Felek megállapodnak abban, hogy a fent megjelölt személyek megváltozására vonatkozó bejelentése és annak visszaigazolása nem minősül szerződésmódosításnak.
- 12.9. A kapcsolattartó személyek feladata a kölcsönös, naprakész kapcsolattartás, tájékoztatás.

A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek kizárólag a Szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő operatív kérdésekben jogosultak eljárni, a Szerződés módosítására, megszüntetésére, egyéb jognyilatkozat tételére nem jogosultak.

- 12.10. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdés értelmében olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek. Az Eladó kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, erre vonatkozó nyilatkozata a Szerződés [] számú mellékleteként csatolva. Az Eladó hozzájárul ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, a Vevő az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – átláthatóságával összefüggő - adatokat kezelje. Amennyiben a nyilatkozatában foglaltakban változás következik be, az Eladó haladéktalanul köteles erről a Vevőt tájékoztatni. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Vevő jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon –felmondani, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.
- 12.11. A Szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Szerződés, a Ptk. és a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei az irányadók. A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 25. §-ában foglaltakra figyelemmel a Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés értelmezése során Magyarország mindenkorai jogszabályait veszik alapul, ezzel összefüggésben Felek kikötik a magyar bíróság joghatóságát.
- 12.12. Felek rögzítik, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás dokumentumai között eltérés, ellentmondás tapasztalható, a dokumentumok közötti ellentmondás feloldására a Felek az alábbi sorrendet (dokumentum hierarchia) állítják fel:
1. Szerződés és mellékletei
 2. kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok
 3. tárgyalási jegyzőkönyv (adott esetben)
 4. ajánlattevő ajánlata.
- 12.13. Jelen szerződés hat eredetei, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből öt példány a Vevőt, egy példány az Eladót illet.

Jelen szerződést és annak mellékleteit a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Eszköz pontos meghatározása, műszaki leírás (Eladói ajánlat)
2. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
3. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról

Pécs, 2017.

Pécsi Tudományegyetem

Jenei Zoltán

kancellár

Vevő

Eladó

Ellenjegyzők a Vevő részéről:

Dr. Zámbó Balázs

osztályvezető

Pécsi Tudományegyetem

jogi ellenjegyző

Vorgrümlerné Lakos Gyöngyi

csoportvezető

Pécsi Tudományegyetem

pénzügyi ellenjegyző

projektmenedzser

Pécsi Tudományegyetem

*Adásvételi szerződés
„Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a Modern Városok Program
keretein belül -2.” tárgyban
Eljárás azonosítószáma: 152/2017.
****. ajánlati rész*

1. számú melléklet
Eszköz pontos meghatározása (Eladói ajánlat)

2. számú melléklet
Átláthatósági nyilatkozat

NYILATKOZAT

Alulírott a/partner neve/
(.....partner székhelye) képviselőjeként az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján
nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek
minősül.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatomban foglaltak változása esetén haladéktalanul
köteles vagyok a változásról a Megrendelőt/Szerződőt tájékoztatni mindaddig, amíg a
közöttünk fennálló visszterhes jogügylet alapján Megrendelőnek/Szerződőnek fizetési
kötelezettsége áll fenn a(partner neve) szemben.
Amennyiben nyilatkozatom valótlan tartalmú, a Megrendelő/Szerződő a
megrendelést/szerződést felmondja vagy – ha a teljesítésre még nem került sor - a
megrendeléstől/szerződéstől eláll. Ebben az esetben a felmondásból, elállásból eredő kár
megtérítését a(partner neve) nem követelheti.

.....
cégszerű aláírás

3. számú melléklet

**A teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról
(A SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁVAL EGYIDEJŰLEG KITÖLTENDŐ)**

AZ ALVÁLLALKOZÓK BEVONÁSÁTÓL FÜGGŐEN AZ „A” VAGY A „B” VERZIÓT KÉRJÜK KITÖLTENI
--

A Kbt. 3. § 2. pontja értelmében alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján gyakorolja,
- b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.

„A” változat⁴

Alulírott _____ (partner képviselője) a _____
(partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozatom, hogy a Szerződés teljesítéséhez **nem kívánok igénybe venni alvállalkozót.**

Keltezés helye, időpontja

cégszerű aláírás

„B” változat

Alulírott _____ (partner képviselője) a _____
(partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozatom, hogy a Szerződés teljesítéséhez **az alábbi alvállalkozókat kívánom igénybe venni:**

Alvállalkozó neve	Alvállalkozó székhelye (címe)	Alvállalkozó adószáma

Nyilatkozom, hogy a fent megjelölt alvállalkozók nem tartoznak a Kbt. 62. §-ában megjelölt kizáró okok hatálya alá.

Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében a Szerződés időtartama alatt köteles vagyok minden további – a teljesítésbe bevonni kívánt – alvállalkozót előzetesen bejelenteni a Megrendelő/Szerződő partner felé, továbbá nyilatkozni arról, hogy az igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

Építési beruházás esetén alkalmazandó:

Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összességét aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapján vállalom, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozók nem vesznek igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

Keltezés helye, időpontja

cégszerű aláírás