

Tárgy: válasz beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre 1.

Ügyintéző: Simon Dorina

Elérhetőség: +36 30 412-7947

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pécsi Tudományegyetem által „PTE/01/2018 Elektrofiziológiai fogyóanyagok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás kapcsán 2018. április 18. napjáig beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre az alábbi tájékoztatást adom:

1. kérdés (25. ajánlati rész)

Az általunk forgalmazott termék fejlettebb hőmérséklet kontrollált (túlmelegedést gátló) technikával rendelkezik, mellyel az eszköz fejének megfelelő hőmérsékletét biztosítja, és ezzel feleslegessé téve az eszköz fejének hűtését és az ahhoz szükséges irrigációs pumpaszerelelék meglétét.

T. Ajánlatkérő elfogadja-e egyenértékűnek az általunk forgalmazott fentiekben leírt technológiával rendelkező eszközt?


Válasz:

Ajánlatkérő nem fogadja el egyenértékűnek a fent említett technológiával rendelkező eszközt tekintettel arra, hogy jelen eljárás keretében Ajánlatkérő hűtött végű katétert kíván beszerezni.

A hűtött végű katéter a nem hűtött végűvel összehasonlítva rövid idő alatt transmuralis laesiót eredményez, ami alapvető ezen betegek kezeléséhez. Ily módon szignifikánsan nem növekszik a szív műtési idő.

Pécs, 2018.04.18.

Tisztelettel:


dr. Csécsői Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjeként

Biróné Dr. Czeininger Mariann
közbeszerzési főosztályvezető

