

28. rész Központi monitorrendszer 8 db monitorral (Központi monitor + Ágymelletti monitor)

Központi monitor

Mennyiség: **1 db**

Gyártó:

Származási ország:

Megajánlott termék típusa:

Hivatalos belföldi szervizpartnere:

Szállítási helyszín: **PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 7624 Pécs, Édesanyák útja 17.**

Nyertes Ajánlattevő feladata a szükséges hálózat kiépítése minden szükséges szoftveres és hardveres kiegészítővel a hálózati végpontoktól a betegágyig és a központi monitorokig.

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Elvárt műszaki paraméterek	Előírt követelmény	Megajánlott termék paraméterei
A hálózatba kötött betegőrző monitorokról paraméterek, görbék, trendek, riasztások megjelenítése	Igen	
Egyidejűleg min. 8 ágy adatainak folyamatos, automatikus gyűjtése, tárolása	Igen	
Egy képernyőn megjeleníthető monitorok száma min. 6	Igen Kérjük megadni	
Igény esetén a központi monitor tovább bővíthető	Igen	
A megajánlott monitorokkal kompatibilis	Igen	
Adatmegjelenítés grafikus és táblázatos	Igen	
Többszintű, egymástól jól elkülöníthető vizuális és akusztikus riasztás	Igen	
Riasztási szintek száma min. 3	Igen Kérjük megadni	
Riasztás hangereje állítható	Igen	
Bármely riasztási paraméter a központról is állítható	Igen	
Adattárolás		
Trend minden mért paraméterre min. 240 óra	Igen Kérjük megadni	
Teljes hullámforma tárolás min. 72 óra	Igen Kérjük megadni	
Trendfrissítés max. 1 perc	Igen Kérjük megadni	
Grafikus trend megjelenítés	Igen	
Szállítandó rendszerelemek		
Számítógép, egér, billentyűzet	Igen	
2 db min. 23" monitor	Igen Kérjük megadni	
Lézernyomtató, amely hálózatba köthető	Igen	
Szünetmentes tápegység központi monitorhoz	Igen	

Ágymelletti monitor

Mennyiség: **8 db**

Gyártó:
 Származási ország:
 Megajánlott termék típusa:

Hivatalos belföldi szervizpartnere:

Szállítási helyszín: **PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 7624 Pécs, Édesanyák útja 17.**

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Elvárt műszaki paraméterek	Előírt követelmény	Megajánlott termék paraméterei
Érintőképernyős kivitel	Igen	
Színes LCD/TFT képernyő	Igen	
Képernyőméret minimum 10"	Igen Kérjük megadni	
Magyar nyelvű kezelőfelület és menürendszer	Igen	
Egyidejűleg megjeleníthető görbék száma minimum 5	Igen Kérjük megadni	
Görbemegjelenítési sebesség minimum 6,25; 12,5; 25 és 50 mm/s	Igen Kérjük megadni	
Egyidejűleg megjeleníthető paraméterek száma minimum 10	Igen Kérjük megadni	
Beépített hálózati tápegység	Igen	
Akkumulátoros működés minimum 180 perc	Igen Kérjük megadni	
Általánosan használt fertőtlenítővel szemben ellenálló felület	Igen	
Konfigurálható képernyő	Igen	
Informatikai hálózati csatlakozó	Igen	
Központi monitorhoz kapcsolódó (a kapcsolódás kivitelezése nyertes ajánlattevő feladata)	Igen	
Mért paraméterek:		
EKG		
5 elvezetéses EKG mérés, rögzítés, elemzés	Igen	
Egyszerre látható minimum EKG görbék száma: 2 db	Igen	
Választható EKG görbék I, II, III, aVR, aVL és aVF monitoron	Igen	
Szívfrekvencia detektálása minimum 30-250 bpm	Igen Kérjük megadni	
Szívfrekvencia riasztás beállítható legyen	Igen	
Defibrillálás ellen védett	Igen	
EKG görbék elektromos zavar szűrése (állítható)	Igen	
ST analízis valamennyi EKG elvezetésen	Igen	
Arrhythmia analízis	Igen	
Pace jel felismerése és kijelzése	Igen	
Noninvazív vérnyomásmérés (NIBP)		
Beállítható automatikus mérési idő, kijelzéssel	Igen	
Mérési tartomány minimum 30-240 Hgmm	Igen Kérjük megadni	
Systoles, diastoles és középnyomás kijelzése	Igen	
Pulzoximetria (SpO2)		
Mérési tartomány minimum 30-100%	Igen Kérjük megadni	
Perifériás pulzusszám kijelzés minimum 30-250 bpm	Igen Kérjük megadni	

Szaturációs érték és pletizmográfias görbe megjelenítése	Igen	
Állítható hangerősség	Igen	
Légzés		
Mérési tartomány: minimum 5-100 légzés/perc	Igen Kérjük megadni	
Riasztás beállított határértékre	Igen	
Apnoe riasztás	Igen	
Hőmérsékletmérés		
min.1 független csatornán	Igen	
Mérési tartomány: minimum 10-45 °C Módosítás: Mérési tartomány: minimum 25-45 °C	Igen Kérjük megadni	
Riasztás mindegyik értékre	Igen	
Invazív nyomásmérés IBP		
Megjelenítése hullámformában	Igen	
Invazív csatorna címkézésének lehetősége	Igen	
Systoles dyastoles és középnyomás megjelenítése számszerűen	Igen	
Invazív nyomásmérés min. egy csatornán	Igen	
EtCO2 mérés		
EtCO2 egységgel bővíthető	Igen	
Trendképzés, adattárolás		
Táblázatos és grafikus megjelenítés	Igen	
Trend ideje minimum 24 óra	Igen Kérjük megadni	
Grafikus, táblázatos trend	Igen	
Eseménytárolás görbével	Igen	
Többszintű, egymástól jól elkülöníthető vizuális és akusztikus riasztás	Igen	
Riasztási szintek száma min 3	Igen	
Riasztás hangereje állítható	Igen	
Szállítandó tartozékok monitoronként		
Fali tartó konzol	Igen	
EKG egység/kábel (min. 5 elvezetéses) törzskábel + pácienskábel min. 1db	Igen Kérjük megadni	
SpO2 egység/összekötő kábel min. 1db	Igen	
SpO2 érzékelő többször használatos, fertőtleníthető nem masimo min. 1db	Igen	
NIBP egység, tömlővel min.1db	Igen	
NIBP mandzsetta min. 3 méretben	Igen	
Hőmérséklet egység/kábel, min. 1 felületi szenzorral	Igen	
IBP egység/kábel törzskábelrel az aktuálisan trendnyertes (B.Braun Trading Kft. által forgalmazott) Combitrans transducerekkel kompatibilis min. 1db	Igen	

Általános feltételek	
A megajánlott eszközök/termékek betanítása magyar nyelven a telepítés helyszínén, felhasználói szintű oktatás.	Igen
A megajánlott termék 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti bármely EU-n belüli nemzetirendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó érvényes CE megfelelésértékelési tanúsítvánnyal kell rendelkezzen, melyet az ajánlathoz csatolni kell	Igen

Amennyiben Ajánlatkérő a fenti dokumentumot nem csatolja, ajánlattevő ajánlata érvénytelen.	
---	--

Értékelési szempontok

Paraméter	Súlyszám	Ajánlat
Jótállási idő min. 18 hónap, max. 36 hónap	10/hónap