

Közbeszerzési Hatóság

Budapest
Riadó utca 5.
1026

Rigó Csaba Balázs

Közbeszerzési Hatóság Elnöke
részére

Tárgy:

Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárás Kbt. 103. §-a szerinti bejelentése

Tisztelt Elnök Úr!

A Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. évi törvény (továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kíván indítani „MR gépidő szolgáltatás beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyban nemzeti eljárásrend szabályai szerint, ezért a Kbt. 103. §-ában foglalt kötelezettségünknek eleget téve bejelentjük Tisztelt Elnök Úr részére az eljárást megalapozó körülményeket és a Kbt. szerinti kötelező adatokat az alábbiak szerint.

Eljárás megnevezése:	MR szolgáltatás beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére
Eljárás típusa:	Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás – nemzeti eljárásrend (Kbt. III. fejezet) szabályai szerint
Eljárást megalapozó körülmény:	A szerződés műszaki-technikai sajátosságokra tekintettel kizárólag olyan Ajánlattevővel köthető meg, mely rendelkezik Pécs, Rét utcai telephelyén 3 Teslas MR készülékkel . A vizsgálatokba a Pécsi Tudományegyetem Pécs Rét utcai „Neuro-tömbjének” (Idegsebészeti-, Neurológiai- valamint Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikák) betegek kerülnek bevonásra , akik közül egyes betegek számára a szállítás különösen megterhelő, sőt, az akár fatális kimenetelű másodlagos agyi károsodások kialakulásának veszélye miatt jellemzően csak orvosi felügyelettel lehetséges (pl. koponya traumás betegek).
Közbeszerzés tárgya	Szolgáltatás megrendelés
CPV kód:	85150000-5 - Orvosi képpalkotási szolgáltatások
Eljárás becsült értéke (nettó)	27. 500. 000 Ft
Szerződés időtartama	Szerződés kölcsönös aláírásától 28 hónap.
Ajánlattételre felkért gazdasági szereplő neve:	NEURO CT Pécsi Diagnosztikai Központ Kft.
Ajánlattételre felkért gazdasági szereplő székhelye:	7623 Pécs, Rét utca 2.
Ajánlattételre felkért gazdasági szereplő adószáma:	15329798-2-02
Közzététel elérési útvonala	ekr.gov.hu (EKR000340632018)

A közbeszerzési eljárás jogalapját tehát a Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pontjának első fordulatra, vagyis műszaki-technikai sajátosságok fennállására tekintettel választotta meg Ajánlatkérő. Ajánlatkérő pontosítja, hogy az MR gépidő szolgáltatás beszerzésére az EFOP 3.6.2-16-2017-00008. pályázat keretében kerül sor.

Ajánlatkérő számára nem létezik más reális alternatíva a beszerzési igényének kielégítésére, egyben nyilatkozunk arról, hogy a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát indokolatlanul szűkítő módon határozta meg. Ennek indokai a következők:

A vizsgálatba bevont betegek túlnyomó többsége nincs szállítható állapotban. A középsúlyos koponyasérült betegek számára a szállítás különösen megterhelő, sőt, az akár fatális kimenetelű másodlagos agyi károsodások kialakulásának veszélye miatt kizárólag csak orvosi felügyelettel lehetséges. Az ellátást biztosítani képes intézmény elhagyása a betegek számára különösen kockázatos. A Pécs, Rét utcai, a PTE KK Idegsebészeti Neurológiai valamint Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikákkal azonos telephelyű **Neuro CT. Pécsi Diagnosztikai Központ Kft. tulajdonában lévő 3 Teslas MR készülék alkalmazásával a beteg szállítása az épületen belül, gyorsan, biztonságosan megoldható.** E telephelyen kívüli MR készülék alkalmazása etikai megfontolásokból sem jöhet szóba.

Tájékoztatom Tisztelt Elnök Urat, hogy 3 Teslas térerejű MR készülék megközelítő piaci ára nettó 700 millió Forint, valamint a készülék súlya megközelítően 8 tonna, a helyigénye 30-35 nm és a kapcsolódó technológiai helység 10-15 nm, így jelenleg nem várható el reálisan, hogy további, Pécs, Rét utca 2. szám alatt telephellyel és kihelyezett MR készülékkel nem rendelkező gazdasági szereplő a közbeszerzési eljárás tervezett megindításakor az eljárásban részt vegyen.

Tájékoztatom továbbá Tisztelt Elnök Urat, hogy a kutatáshoz feltétlenül szükséges 3 Tesla térerejű MR készülék a Neuro Ct. Pécsi Diagnosztikai Központ Kft. tulajdonában álló készüléken kívül a PTE KK Idegsebészeti, Neurológiai valamint Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikákhoz legközelebb a PET Medicopus Kft. által működtetett PET Centrumban, a Kaposvári Egyetem területén a 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. szám alatt található. A PTE KK Idegsebészeti, Neurológiai valamint Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikák Pécs, Rét utca 2. szám alatt található telephelyétől 65 km távolságra.

A fentieket támasztja alá az is, hogy MR vizsgálatok során nyert adat kiértékelése érdekében helyben elérhető nagy-kapacitású adattároló és -feldolgozó munkaállomások szükségesek kutatási célra dedikált megfelelő szoftveres és személyi háttérrel (FSL, Matlab, FreeSurfer, Slicer3D, dedikált kutatási DICOM server), ezek mind rendelkezésre állnak a Pécs, Rét utcai telephelyű Neuro CT. Pécsi Diagnosztikai Központ Kft. 3 Tesla térerejű MR készülék rendszeréhez.

Referenciák:

1. Hulkower, M.B., Poliak, D.B., Rosenbaum, S.B., Zimmerman, M.E. and Lipton, M.L. (2013). A decade of DTI in traumatic brain injury: 10 years and 100 articles later. *AJNR Am J Neuroradiol* 34, 2064-2074.
2. Soher, B.J., Dale, B.M. and Merkle, E.M. (2007). A review of MR physics: 3T versus 1.5T. *Magnetic resonance imaging clinics of North America* 15, 277-290, v.
3. Nandigam, R.N., Viswanathan, A., Delgado, P., Skehan, M.E., Smith, E.E., Rosand, J., Greenberg, S.M. and Dickerson, B.C. (2009). MR imaging detection of cerebral microbleeds: effect of susceptibility-weighted imaging, section thickness, and field strength. *AJNR Am J Neuroradiol* 30, 338-343.
4. Haacke, E.M., Mittal, S., Wu, Z., Neelavalli, J. and Cheng, Y.C. (2009). Susceptibility-weighted imaging: technical aspects and clinical applications, part 1. *AJNR Am J Neuroradiol* 30, 19-30.

Nyilatkozunk továbbá, hogy Ajánlatkérő tulajdonában kizárólag a PTE KK Radiológiai Klinika Pécs, Ifjúság útja 13. szám alatti telephelyén található 1,5 Tesla térerejű MR készülék van. Ezen készülék nem felel meg a kutatás céljainak a fentiekben leírtak alapján.

Tájékoztatom, hogy Ajánlatkérő nem írt elő a Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján gazdasági, pénzügyi alkalmassági feltételt, valamint műszaki alkalmassági feltételt. Utóbbi esetében kiemelten fontos, hogy Ajánlatkérő a műszaki követelmények között minimum paraméterként rögzítette a 3 Teslas MR készülékkel való rendelkezést.

Fentiek leírtak a műszaki technikai sajátosságok alapján kérjük Tisztelt Elnök Urat, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapját szíveskedjen jogszerűnek minősíteni.

Pécs, 2018. július 05.

Tisztelettel:



Dr. Csécsesi Henrietta
Közbeszerzési Igazgató
Pécsi Tudományegyetem

P. H.