



Tárgy: Válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre
Ügyintéző: dr. Gondos Kitti
Telefonszám: 72/501-500/22372

Tisztelt Ajánlattevő!

Tájékoztatom, hogy a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) által „GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázat keretében megvalósuló szintetikus kismolekulák előállítására, azonosítására és karakterizálására szolgáló műszeregyüttes beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyban indított, a Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban írásban érkezett kiegészítő tájékoztatás keretében feltett kérdésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:


Kérdés 1./ 3. rész: homogenizátor beszerzése

A specifikációban opcióként kérnek hűtőegységet a homogenizátorhoz. Szükséges-e megajánlanunk a hűtőegységet a készülékkel együtt, vagy azt egy későbbi alkalommal szereznék be?

Válasz 1./ Ajánlatkérő a készülékhez kéri megajánlani a – Műszaki leírásban foglaltaknak megfelelő opcionálisan rendelhető/vagy a készülékhez tartozó - hűtőegységet, anélkül ugyanis a homogenizáló készülék nem használható.

Pécs, 2018. február 22.

Tisztelettel,


Dr. Csécsi Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjében



DR. SZABÓ GOTHARD MÁTÉ
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI
SZAKTANÁCSADÓ
LAJSTROMSZÁM: 00952