

Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre – 3.

Ügyintéző: Onhausz Nikolett

Telefonszám: 72/501-500/22760

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pécsi Tudományegyetem által „Eszközbeszerzés a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00021 jelű, „Chip-technológia alkalmazása humán in vitro fertilizáció eredményességének javításában” pályázata keretein belül” tárgyban, 2017/S 068-127982 TED azonosítószámon indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban a 2. számú kiegészítő tájékoztatás megküldésétől 2017. május 8. napjáig megküldött kiegészítő tájékoztatás kérésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

1. Kérdés: Az ajánlati felhívás III.1.3) M.1.) pontja szerint

„Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

M.1.) az ajánlati felhívás feladását visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik összességében legalább 2. ajánlati rész esetében nettó 23 000 000 HUF (huszonhárommillió forint) értékű vagy 8 darab (melyből legalább 2 darab minta előkészítés és tárolás tevékenységekhez szükséges eszköz), orvosi eszközök szállításából származó referenciával”

A 2. részben laboratóriumi műszerek, készülékek találhatók (hűtők, centrifugák, pipetták stb.), önök is „laboratóriumi” megnevezést használnak. A referencia tárgyában megnevezett „orvosi” eszközök valójában nem a beszerzés tárgyra, hanem a felhasználás céljára utal. Társaságunk értékesít ilyen laboratóriumi termékeket, de azt nem tudjuk, hogy ezeket pontosan milyen célra használják fel (orvosi, vagy egyéb célra). Mindezek miatt elfogadható-e, ha a referencia laboratóriumi műszerek, készülékek szállítására vonatkozik, vagy esetlegesen a megadott összértéket összességében elérő minta előkészítés és tárolás tevékenységekhez szükséges eszközökre (centrifugák, hűtők, stb.)?

1.Válasz: Ajánlattevő a 2. ajánlati rész vonatkozásában orvosi eszközök szállításából származó referencia bemutatásával igazolhatja alkalmasságát kétféleképpen: a.) orvosi eszközök szállításából származó, összességében legalább nettó 23 000 000 HUF értékű referencia VAGY b.) legalább 8 darab orvosi eszköz szállításából származó referencia oly módon, hogy a bemutatott 8 darab orvosi eszközből legalább 2 darab minta előkészítés és tárolás tevékenységhez szükséges eszköz. Laboratóriumi műszer, készülék abban az esetben fogadható el referenciaként, ha adott eszköz orvosi eszköznek minősül (ld. 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet).

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a 2017. április 24-én megküldött 1. számú kiegészítő tájékoztatásban foglaltakra.

2. Kérdés: A műszaki leírásban a 2. Rész tekintetében a kívánt garanciális időn (12 hónap) felül vállalt további jótállás időtartamánál súlysúly tekintetében S=20 van feltüntetve, amely ellentmond az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban megadott 10 értéknek. Kérjük az ellentmondás feloldását!

2. Válasz: „A 2. ajánlati részben szereplő valamennyi (11 féle, 13 db) minta előkészítés és tárolás tevékenységekhez szükséges eszközre a kívánt garanciális időn (12 hónap) felül vállalt további jótállás időtartama” értékelési szempont súlysúlya – összhangban az ajánlati felhívásban szereplő értékkel – S=10.

3. Kérdés: A műszaki leírás 2. részében található „Mintahűtő, keverő és melegítő rendszer” eszköz kapcsán kérjük szíveskedjenek megadni pontosan milyen csövekhez való cserélhető blokkokat szeretnének használni? A megadott 5 µl – 50 ml térfogati tartományt a specifikált


műszer nem fedi le, azonban 0,5-50 ml tartományban számos cserélhető blokk elérhető. Megajánlható ilyen műszer amennyiben a többi paraméternek maradéktalanul megfelel? Egyúttal kérjük pontosítani, hogy mekkora térfogatú csövekhez való blokkokra lenne szükségük.

3. Válasz: Ajánlatkérő a térfogati tartomány vonatkozásában megfogalmazott elvárásán módosítani nem kíván. A blokkok 0,5-1,5-2,0-5-15-50ml-es centrifugacsövekhez és 12 mm átmérőjű reakció csőhöz és 1,5-2ml-es fagyasztócsőhöz szükségesek.

Pécs, 2017. május 9.

Tisztelettel,




Dr. Teszlerné Dr. Csécsei Henrietta
Ajánlatkérő képviselőként

61.

Biróné Dr. Czaininger Mariann
közbeszerzési főosztályvezető