

Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre
Ügyintéző: Onhausz Nikolett
Telefonszám: 72/501-500/22760

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pécsi Tudományegyetem által „Eszközbeszerzés a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00021 jelű, „Chip-technológia alkalmazása humán in vitro fertilizáció eredményességének javításában” pályázata keretein belül” tárgyban, 2017/S 068-127982 TED azonosítószámon indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban 2017. április 19. napjáig megküldött kiegészítő tájékoztatás kérésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

1. Kérdés: Az 1. és 2. rész vonatkozásában szállítandó termékek jelentős része - bármely gyártó tekintetében - egyedi gyártású termék, amelynek gyártási ideje minimum 12-14 hét. Így e termékek esetében a meghatározott 60 napos szállítási határidő nem teljesíthető.

Kérjük t. Ajánlatkérőt, hogy a beszerzés megvalósíthatóságát is szem előtt tartva módosítsa a szállítási határidőt 100 naptári napra.

1.Válasz: Ajánlatkérő a szállítási határidőt valamennyi ajánlati rész tekintetében 100 naptári napra módosítja, melyről korrigendumot adott fel.

2. Kérdés: A szerződés tervezet 7. pontja a kötbér vonatkozásában nem rendelkezik a vevő oldaláról esetlegesen felmerülő olyan körülmény esetéről (pld. üzemeltetési feltételek hiánya), amely az üzembe helyezést és ezzel szállító teljesítését akadályozza vagy ellehetetleníti. Ebben az esetben véleményünk szerint szállító kifejezetten nem kötelezhető kötbér megfizetésére ill. erre való hivatkozással Vevő az ellenérték vagy annak bármely része megfizetését nem késleltetheti.

Kérjük t. Ajánlatkérőt egészítse ki a szerződés tervezetet a szállító ilyen irányú akadályoztatása esetén történő kötbérmentesítéssel.

2. Válasz: A szerződés tervezet 7. pontja és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:186. §-a alapján kizárólag abban az esetben keletkezik az Eladónak fizetési kötelezettsége, amennyiben a szerződés nem megfelelő teljesítése (késelem vagy meghiúsulás) olyan okból következik be, amelyért az Eladó felelős.

Pusztán a késelem vagy a meghiúsulás ténye nem alapozza meg a kötbér fizetési kötelezettséget, annak megállapításához szükséges, hogy a késelem / meghiúsulás olyan okból következzen be, amelyért az Eladó felelős.

Fentiekre tekintettel amennyiben a Vevő érdekkörében felmerülő körülmény miatt nem képes az Eladó a szerződés szerű teljesítésre, kötbérfizetési kötelezettsége sem keletkezik.

A szerződés tervezet ennek megfelelően alkalmazza a kötbér intézményét, ezért az ajánlatkérő a szerződés tervezetet nem kívánja módosítani.

3. Kérdés: Tisztelt Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) pontjában az alábbiak szerint rendelkezett az alkalmasság minimumkövetelményeiről:

„Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

M.1.) az ajánlati felhívás feladását visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik összességében legalább:

1. ajánlati rész esetében nettó 160 000 000 HUF (egyszázhatvanmillió forint) értékű vagy 20 darab

(melyből legalább 1 darab mikromanipulációs munkaállomás, 1 db programozható fagyasztógép, 1 db embriómonitorizálási rendszer), orvosi eszközök szállításából származó referenciával;

2. ajánlati rész esetében nettó 23 000 000 HUF (huszonhárommillió forint) értékű vagy 8 darab (melyből legalább 2 darab minta előkészítés és tárolás tevékenységekhez szükséges eszköz), orvosi eszközök szállításából származó referenciával;

3. ajánlati rész esetében nettó 100 000 000 HUF (egyszázmillió forint) értékű vagy a műszaki leírásban megadott műszaki paraméterekkel rendelkező, nagynyomású folyadékkromatográfiás-tömegspektrometriásrendszer szállításából származó referenciával;

4. ajánlati rész esetében nettó 22 000 000 HUF (huszonkettőmillió forint) értékű vagy a műszaki leírásban megadott műszaki paraméterekkel rendelkező, digitális PCR rendszer szállításából származó referenciával.”

Az 1-2. részekben kérjük t. Ajánlatkérőt, hogy adja meg kiegészítő tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy milyen referenciát fogad el az alkalmasság igazolásaként, ugyanis az érintett részekre vonatkozó szövegezés nem egyértelmű figyelemmel arra, hogy a 160 MFt-os és 23 MFt-os összeghez ajánlatkérő nem rendel szerződéses tárgyat.

Az 1. rész tekintetében úgy kell érteni az előírást, hogy t. Ajánlatkérő – több szerződés teljesítéséből – elfogad olyan referenciát, ahol 160 MFt értékű orvosi eszköz szállítása megtörtént és ezen kívül olyanokat is, ahol – értékhatárra tekintet nélkül – 20 darab bemutatott referenciából legalább 1 darab mikromanipulációs munkaállomás, 1 db programozható fagyasztógép, 1 db embriómonitorizálási rendszer teljesítése megtörtént?

A 2. rész tekintetében pedig úgy kell érteni az előírást, hogy t. Ajánlatkérő – több szerződés teljesítéséből – elfogad olyan referenciát, ahol 23 MFt értékű orvosi eszköz szállítása megtörtént és olyanokat is, ahol – értékhatárra tekintet nélkül – 8 darab bemutatott referenciából legalább 2 darab minta előkészítés és tárolás tevékenységekhez szükséges eszköz teljesítése megtörtént?

A 3-4. részekben szintén kérjük t. Ajánlatkérőt, hogy adja meg kiegészítő tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy milyen referenciát fogad el az alkalmasság igazolásaként, ugyanis a vagylagosságot nem tudjuk értelmezni a fenti részek tekintetében.

A 3. rész vonatkozásában úgy kell érteni az előírást, hogy 100 MFt értékű a műszaki leírásban megadott műszaki paraméterekkel rendelkező, nagynyomású folyadékkromatográfiás-tömegspektrometriás rendszer szállításából származó referenciát kell igazolni, amelyek több szerződésből is összeadódnak?

A 4. rész vonatkozásában úgy kell érteni az előírást, hogy 22 MFt értékű a műszaki leírásban megadott műszaki paraméterekkel rendelkező, digitális PCR rendszer szállításából származó referenciát kell igazolni, amelyek több szerződésből is összeadódnak?

3. Válasz: Ajánlatkérő az egyes ajánlati részek vonatkozásában a referenciák tekintetében az alábbi értelmezést adja.

Szükséges referencia 1. ajánlati rész vonatkozásában: nettó 160 000 000 HUF (egyszázhatvanmillió forint) értékű, orvosi eszköz szállításából származó referencia VAGY 20 darab (melyből legalább 1 darab mikromanipulációs munkaállomás, 1 db programozható fagyasztógép, 1 db embrió monitorizálási rendszer) orvosi eszköz szállításából származó referencia

Szükséges referencia 2. ajánlati rész vonatkozásában: nettó 23 000 000 HUF (huszonhárommillió forint) értékű, orvosi eszköz szállításából származó referencia VAGY 8 darab (melyből legalább 2 darab minta előkészítés és tárolás tevékenységekhez szükséges eszköz) orvosi eszköz szállításából származó referencia

Szükséges referencia 3. ajánlati rész vonatkozásában: nettó 100 000 000 HUF (egyszázmillió-ötszáz ezer forint) értékű, nagynyomású folyadékkromatográfiás-tömegspektrometriás rendszer szállításából származó referencia VAGY a műszaki leírásban megadott műszaki paraméterekkel rendelkező, nagynyomású folyadékkromatográfiás-tömegspektrometriás rendszer szállításából származó referencia

Szükséges referencia 4. ajánlati rész vonatkozásában: nettó 22 000 000 HUF (huszonkettőmillió forint) értékű, digitális PCR rendszer szállításából származó referencia VAGY a műszaki leírásban megadott műszaki paraméterekkel rendelkező, digitális PCR rendszer szállításából származó referencia


Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ezen megfogalmazás alapján Ajánlattevő maga dönti el, hogy tárgyi alkalmassági követelményt értékben vagy mennyiségben meghatározottan igazolja-e több szerződés teljesítéséből.

4. Kérdés: A Műszaki leírások 48 oldalán, a 3. rész: Nagynyomású folyadékkromatográfiás-tömegspektrometriás rendszer esetében kérem megerősíteni, hogy a „Módszerenként legalább 30.0000 MRM vagy SRM átmenet beállításának lehetősége” esetén a minimális elvárás értéke 30.000, a 30.0000 csupán elírás.

4. Válasz: A Műszaki leírás 48 oldalán, a 3. rész: Nagynyomású folyadékkromatográfiás-tömegspektrometriás rendszer esetében Ajánlatkérő elvárása „Módszerenként legalább 30.000 MRM vagy SRM átmenet beállításának lehetősége”.

Pécs, 2017. április 20.

Tisztelettel,


Dr. Teszlerné Dr. Csécsei Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjében