



Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre – 10.
Ügyintéző: Onhausz Nikolett
Telefonszám: 72/501-500/22760

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pécsi Tudományegyetem által „3D technológiájú eszközbeszerzés a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00022 jelű pályázata keretein belül” tárgyban, 2017/S 122-246883 TED azonosítószámon indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban a 9. számú kiegészítő tájékoztatás megküldése óta beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

1. Kérdés: 2. rész 1. tétel: Biztonsági fülke - Hivatkozva a 8. kiegészítő tájékoztatásban az 1. kérdésre adott válaszban foglaltakra, ezek szerint mindhárom csatlakozó típus megajánlandó (elektromos, gáz, vákuum) és mindegyikből min. 1-1-1 db szükséges, azaz összesen min. 3 db vagy a min. 2 db-os mennyiség csatlakozó típusonként értendő, azaz összesen 6 db-ra lenne szükség?

1. Válasz: Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a 9. számú kiegészítő tájékoztatásban foglaltakra, egyúttal egyértelműsíteni kívánja, hogy Ajánlattevő feladata mindhárom csatlakozó típus megajánlása (elektromos, gáz, vákuum), amelyek mindegyikből min. 1-1-1 db megajánlása szükséges, így az ajánlat Ajánlatkérő által korábban megfogalmazott „több” kitételnek megfelel.

2. Kérdés: A 6. kiegészítő tájékoztatás alapján a 2. ajánlati rész CO2 inkubátora esetében a polcok száma 4-8 db a behelyezhető polcok számát jelenti és nem a készülékkel együtt leszállítandó polcok számát (3. kérdésre adott válasz), de a 8. kiegészítő tájékoztatás 5. kérdésre adott válasza szerint ez a minimum leszállítandó polcok mennyiségére vonatkozik. Ez esetben melyik a helyes?

2. Válasz: Ajánlatkérő megismétli korábbi kiegészítő tájékoztatás során adott válaszát, mely szerint Ajánlatkérő a behelyezhető polcok számával kapcsolatban fogalmazta meg minimális 4-8 db-ra vonatkozó elvárását, amelynél kedvezőbb - akár a készülékkel együtt leszállítandó polcok számára is vonatkozó - megajánlást elfogad.

Pécs, 2017. augusztus 14.

Tisztelettel,

Dr. Teszlerné Dr. Csécei Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjében

BÍRÓNÉ DR. CZEININGER MARIANN
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI
SZAKTANÁCSADÓ
LAJSTROMSZÁM: 00051

Bíróné Dr. Czeininger Mariann
közbeszerzési főosztályvezető