



Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre – 2.

Ügyintéző: Onhausz Nikolett

Telefonszám: 72/501-500/22760

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pécsi Tudományegyetem által „3D technológiájú eszközbeszerzés a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00022 jelű pályázata keretein belül” tárgyban, 2017/S 122-246883 TED azonosítószámon indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban 2017. július 23. napjáig megküldött kiegészítő tájékoztatás kérésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

1. Kérdés: 2. rész 1. tétele: Biztonsági fülkére vonatkozóan:

Mindenképpen szükséges-e biztonsági üveg oldalt is, mivel véleményünk szerint szakmai-lag semmi nem indokolja. Az üveg nagyobb biztonságot nem nyújt.

1.Válasz: Tekintettel arra, hogy bioprinter lesz elhelyezve a fülkében, melynek működését a felhasználónak oldalról is látnia kell, ezért szükséges az oldalüveg.

2.Kérdés: 2. rész 1. tétele: Biztonsági fülkére vonatkozóan:

A 0,3 m/s lamináris flow elfogadható-e? Véleményünk szerint a biztonságot nem növeli a nagy légáramlás, sőt turbulenciát okozhat. A légsorompót a front grillrácsra beáramló levegő garantálja. Szakmailag indokolt-e az elfogadottnál magasabb légáramlás?

2.Válasz: A bioprinter belső elhelyezése mellett Ajánlatkérő erősebb áramlást tart szükségesnek a steril működés érdekében, így a 0,3m/s lamináris flow nem elfogadható.

3.Kérdés: 2. rész 2. tétele: CO2 inkubátorra vonatkozóan:

Elfogadható-e a minimális +5°C-os hőmérséklet? Mivel, nem tűnik reálisnak az 1°C a környezeti hőmérséklethez képest. Ismereteink szerint erre csak egy hűthető-fűthető termosztát képes.

3.Válasz: Ajánlatkérő által elfogadható a minimális +5°C-os hőmérséklet.

4.Kérdés: 2. rész 5. tétele: Ultra-alacsony hőmérsékletű (-80°C) fagyasztószekrényre vonatkozóan:

Az általunk megajánlani kívánt készülék szigetelése nem tiszta PU, hanem vegyes PU/VIP (Vakuum Isolation Panel), amely egy jobb, stabilabb szigetelést biztosít. Ezért a szigetelés hatékonysága ilyen esetben nem egyenesen arányos a PU vastagságával, azaz az általunk megajánlani kívánt készülék esetében kevesebb, mint 13 cm a szigetelés vastagsága. Elfogadja-e ajánlatkérő ezt a vegyes szigetelést?

4.Válasz: Ajánlatkérő minimális elvárásai között szerepel a „Szigetelés: min. 13cm PU” paraméter, aminek jobb megajánlást Ajánlatkérő elfogad.

Pécs, 2017. július 24.

Tisztelettel,

Dr. Teszlerné Dr. Csécsi Henrietta

Ajánlatkérő képviselőjeként

Bíró Dr. Czerninger Mariann
Közbeszerzési Főosztályvezető