



Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre – 4.

Ügyintéző: Onhausz Nikolett

Telefonszám: 72/501-500/22760

*Tisztelt Ajánlattevő!*

A Pécsi Tudományegyetem által „3D technológiájú eszközbeszerzés a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00022 jelű pályázata keretein belül” tárgyban, 2017/S 122-246883 TED azonosítószámon indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban 2017. július 26. napjáig megküldött kiegészítő tájékoztatás kérésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

**1. Kérdés:** 2. ajánlati rész: invert mikroszkóp monitorral és kamerával:  
Megfelelő olyan monitor amely 10 inch méretű?

**1.Válasz:** Ajánlatkérő megfogalmazott elvárásán módosítani nem kíván.

**2.Kérdés:** 2. ajánlati rész: ultra-alacsony hőmérsékletű (-80°C) fagyasztószekrény:


Elfogadják olyan készülék megajánlását amely 127 mm-es PU szigeteléssel rendelkezik, a belső kamra anyaga galvanizált acél (rozsdamentes acél polcokkal), fogyasztása max 12,5 kWh/nap, illetve az áramszüneti mintamelegedés (-80-ról -50°C-ra) 252 perc? CO2 backup használatával a mintamelegedés lelassítható illetve -67 °C környékén tartható áramszünet esetén is. Elfogadnak ilyen kiegészítővel rendelkező ultramélyhűtőt ami tulajdonképpen biztosítja a specifikált mintamelegedés határértéken belül tartását?

A fűtött szellőző nyílás véleményünk szerint versenykorlátozó tényező, mely túlságosan leszűkíti a specifikációnak megfelelő termékek listáját, illetve műszaki szempontból (sem a precíz hűtés, sem a minták védelme) nincs jelentősége. Kérjük ezen paraméter törlését.

**2.Válasz:** Ajánlatkérő megfogalmazott elvárásán módosítani nem kíván.

Pécs, 2017. július 27.

Tisztelettel,

  
Dr. Teszlerné Dr. Csécsesi Henrietta  
Ajánlatkérő képviselőjében

Bíróné Dr. Czelnínger Mariann  
közbeszerzési főosztályvezető

