



Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre – 5.

Ügyintéző: Onhausz Nikolett

Telefonszám: 72/501-500/22760

*Tisztelt Ajánlattevő!*

A Pécsi Tudományegyetem által „3D technológiájú eszközbeszerzés a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00022 jelű pályázata keretein belül” tárgyban, 2017/S 122-246883 TED azonosítószámon indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban 2017. július 28. napjáig megküldött kiegészítő tájékoztatás kérésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

**1. Kérdés:** 2. rész 7. tétele: Folyékony nitrogén tároló tartályra vonatkozóan:

A közbeszerzési dokumentációból, valamint a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakból nem dönthető el egyértelműen, hogy 2 db különböző méretű mintatároló tartályt szeretnének beszerezni vagy pedig 1 db mintatároló és 1 db folyékony nitrogén tároló tartályt.

Véleményünk szerint a folyékony nitrogén tároló tartály esetében irreleváns a követelményként meghatározott 20cm nyakátmérő. A csak folyékony nitrogén tárolására használt tartályok esetében a párolgási idő csökkentése és a könnyebb átfajthatóság/átölthetőség miatt ezeket a tartályokat kis nyakátmérővel gyártják.

Folyékony nitrogén tároló tartály esetén Ajánlatkérő elfogad-e minimum 64 mm nyakátmérőjű tartályt?

**1.Válasz:** 2 db külön edényről van szó: 1 db N2 tároló és 1 db mintatároló edényről. A nyakátmérőre vonatkozó elvárását Ajánlatkérő a módosított műszaki leírásban megadta.


Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá Ajánlattevőket, hogy a műszaki leírást a CO2 inkubátor vonatkozásában saját hatáskörbe módosította.

*A műszaki leírás módosulása miatt Ajánlatkérő módosítja a beadási határidőt, melyről korrigendumot adott fel, melynek megjelenéséről később tájékoztatást küld.*

**A módosított beadási határidő: 2017. augusztus 21. (hétfő) 11:00.**

Pécs, 2017. július 28.

Tisztelettel,

  
Dr. Teszlerné Dr. Csécsi Henrietta  
Ajánlatkérő képviselőjeként

Blóné Dr. Czeizinger Mariann  
közbeszerzési főosztályvezető