



Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre – 7.
Ügyintéző: Onhausz Nikolett
Telefonszám: 72/501-500/22760

Tisztelt Ajánlattevő!


A Pécsi Tudományegyetem által „3D technológiájú eszközbeszerzés a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00022 jelű pályázata keretein belül” tárgyban, 2017/S 122-246883 TED azonosítószámon indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban a 6. számú kiegészítő tájékoztatás megküldése óta beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

1. Kérdés: 2. rész Kémcsőrázó (vortex): Az elvárt műszaki paraméter: Sebességtartomány min. 500-2500 rpm
Elfogadnak-e olyan készüléket, ahol a sebességtartomány: 600 – 2 700 rpm?

1.Válasz: Ajánlatkérő elfogadja a 600-2700 rpm sebességtartományt.

Pécs, 2017. augusztus 10.

Tisztelettel,


Dr. Teszlerné Dr. Csécsi Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjeként

Bíróné Dr. Czeininger Mariann
közbeszerzési főosztályvezető



BÍRÓNÉ DR. CZEININGER MARIANN
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI
SZAKTANÁCSADÓ
LAJSTROMSZÁM: 00051