



Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre – 8.  
Ügyintéző: Onhausz Nikolett  
Telefonszám: 72/501-500/22760

*Tisztelt Ajánlattevő!*

A Pécsi Tudományegyetem által „3D technológiájú eszközbeszerzés a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00022 jelű pályázata keretein belül” tárgyban, 2017/S 122-246883 TED azonosítószámon indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban a 7. számú kiegészítő tájékoztatás megküldése óta beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

**1. Kérdés:** 2. rész 1. tétel: Biztonsági fülke - Az 1-es számú kiegészítő tájékoztatás szerint elektromos-, vákuum- és gázcsatlakozó szükséges, ez utóbbi mágnesszeleppel. Jól értjük a válaszban foglaltakat, mely szerint a több darab (tekintettel arra, hogy háromféle csatlakozót kértek) 1-1 elektromos-, vákuum- és gázcsatlakozót jelent?

**1.Válasz:** Ajánlatkérő, hivatkozva az 1. számú kiegészítő tájékoztatásban foglaltakra, elvárása, hogy Ajánlattevő mindhárom típusú csatlakozót megajánlja, azokra vonatkozó mennyiségi elvárása „több darab (azaz min. 2)”, ezért kérjük, hogy Ajánlattevő mennyiségi megajánlását a műszaki tartalomban jelenítse meg.

**2. Kérdés:** 2. rész 2. tétel: CO<sub>2</sub>-inkubátor - Jól értelmezzük a 2. sz. kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat, mely szerint a műszaki leírásban szereplő „környezeti hőmérséklettől +50 °C-ig” úgy értelmezendő, hogy környezeti hőmérséklet felett +5°C-tól +50 °C-ig?

**2. Válasz:** Ajánlatkérői értelmezés: környezeti hőmérséklet +1 - +50 °C-ig az elfogadott tartomány.

**3. Kérdés:** 2. rész 2. tétel: CO<sub>2</sub>-inkubátor - Kérjük, szíveskedjenek ellenőrizni, nem történt-e elírás, és nem a belső ajtó fűtése szükséges-e.

**3. Válasz:** Ajánlatkérő által megfogalmazott egyéb minimumkövetelményekből adódóan (pl.: autoklávózás, 37 °C fenntartása) az ajtó belső fűtése is szükséges.

**4. Kérdés:** 2. rész 2. tétel: CO<sub>2</sub>-inkubátor - Elfogadja-e Ajánlatkérő egyenértékű megoldásként, a hőmérséklettartomány alsó határa a mindenkori környezeti hőmérséklet felett legfeljebb +8°C-kal van?

**4. Válasz:** Ajánlatkérő a hőmérséklettartományra vonatkozó elvárás módosítani nem kíván.

**5. Kérdés:** 2. rész 2. tétel: CO<sub>2</sub>-inkubátor - Szükséges-e a készülékkel együtt polcokat is ajánlani? Ha igen, legalább mennyit?

**5. Válasz:** Ajánlatkérő minimumkövetelmények között megfogalmazott elvárása „Polcok száma: 4-8”.

**6. Kérdés:** 2. rész 3. tétel: Asztali hűthető centrifuga - Jól értelmezzük, hogy a műszaki követelményben szereplő min. 3200 g a kilendülőfejes rotorra vonatkozik?

**6. Válasz:** Igen, Ajánlattevői értelmezés helyes.

**7. Kérdés:** 2. rész 4. tétel: Invert mikroszkóp monitorral és kamerával - Elfogadnak halogén fényforrást LED helyett?

**7. Válasz:** Ajánlatkérő korábban megfogalmazott elvárásain módosítani nem kíván.

**8. Kérdés:** 2. rész 8. tétel: Automata pipetta - Kérjük megadni, hogy a műszaki követelményben szereplő fal-tartó, állvány esetében mindkettőt meg kell-e ajánlani, vagy csak az egyiket?

**8. Válasz:** Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő elvárása „Fali tartó, pipetta: Igen”, mindkét tétel megajánlása szükséges.

**9. Kérdés:** 2. rész 11. tétel: Kémcsőrázó (vortex) - Kérjük megadni, konkrétan hány fokos hidegszobában / inkubátorban szeretnék használni a készüléket?


**9. Válasz:** Hideg szoba: 2-8 °C, inkubátor: 37 °C.

**10. Kérdés:** 15. rész Ultrahangos tisztító: Kérjük tisztázni, hogy készülék ultrahangos frekvenciája: legalább 35kHz alatt mit értenek -  $\leq 35$  kHz vagy  $\geq 35$  kHz?

**10. Válasz:** Ajánlatkérői értelmezés minimum annyi 35 kHz, vagyis  $> 35$  kHz.

Pécs, 2017. augusztus 14.

Tisztelettel,



Dr. Teszlerné Dr. Csécssei Henrietta  
Ajánlatkérő képviselőjében

Bíróné Dr. Czeinger Mariann  
közbeszerzési főosztályvezető

**BÍRÓNÉ DR. CZEINGER MARIANN**  
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERÉSI  
SZAKTANÁCSADÓ  
LAJSTROMSZÁM: 00051