

Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre – 9.

Ügyintéző: Onhausz Nikolett

Telefonszám: 72/501-500/22760

***Tisztelt Ajánlattevő!***


A Pécsi Tudományegyetem által „3D technológiájú eszközbeszerzés a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00022 jelű pályázata keretein belül” tárgyban, 2017/S 122-246883 TED azonosítószámon indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban a 8. számú kiegészítő tájékoztatás megküldése óta beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

**1. Kérdés:** 2. rész 1. tétel: Biztonsági fülke - Jól értelmezzük-e Ajánlatkérő elvárását a 8. számú kiegészítő tájékoztatás alapján, hogy Ajánlatkérő mindhárom csatlakozóból (elektromos, vákum és gáz) minimum 2-2-2 darabot kér? Általában a legtöbb gyártónál sem a gáz, sem a vákumcsatlakozó esetében még opcióként sem elérhető egynél több darab, mivel mind a gáz, mind a vákum esetében értelmetlen több csatlakozás beépítése.

**1.Válasz:** Ajánlattevői értelmezés helytelen, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő „több” elvárása a csatlakozóaljzatokra vonatkozik. Kérjük T. Ajánlattevő, hogy szakmai ajánlatában azt jelenítse meg, hogy melyik csatlakozóaljzattól hány darab megajánlását tartalmazza az ajánlat.

Pécs, 2017. augusztus 14.

Tisztelettel,

  
Dr. Teszlerné Dr. Csécséi Henrietta

Ajánlatkérő képviselőjében

  
Bíróné Dr. Czeininger Mariann  
közbeszerzési főosztályvezető

**BÍRÓNÉ DR. CZEININGER MARIANN**  
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERÉSI  
SZAKTANÁCSADÓ  
LAJSTROMSZÁM: 00051