



Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre  
Ügyintéző: Onhausz Nikolett  
Telefonszám: 72/501-500/22760

*Tisztelt Ajánlattevő!*

A Pécsi Tudományegyetem által „3D technológiájú eszközbeszerzés a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00022 jelű pályázata keretein belül” tárgyban, 2017/S 122-246883 TED azonosítószámon indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban 2017. július 20. napjáig megküldött kiegészítő tájékoztatás kérésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

**1. Kérdés:** 2. rész CO2 inkubátor - Az elvárt műszaki paraméter: Hőmérsékleti tartomány: +1°C-50°C +/- 0.1°C

Elfogadnak-e olyan készüléket, ahol a hőmérsékleti tartomány: környezet +1°C - 50°C?

**1.Válasz:** Ajánlatkérő elvárása hőmérsékleti tartomány: környezet +1°C - 50°C, amelytől a verseny biztosítása érdekében +/-0,1°C-os eltérést enged meg.


**2.Kérdés:** 2. rész Biztonsági fülke - Az elvárt műszaki paraméter: Több beépített csatlakozóaljzat, melyek mágnesesek

Kérdésünk, hogy Ajánlatkérő mit ért mágneses csatlakozón? Kérem, hogy specifikálják, hogy elektromos, vákuum, illetve gáz csatlakozót kérnek-e, illetve hány darabot.

**2.Válasz:** Ajánlatkérői értelmezés: A hátfalon szükséges elektromos csatlakozó aljzat, vákuumcsatlakozó és gáz csatlakozó mágnesszeleppel. A mágneses csatlakozó kifejezés ez utóbbi mágnesszelepre utal. Ajánlatkérőnek nincs konkrét elvárása a mennyiséggel kapcsolatban (elvárás: több, tehát min. 2), kérjük, hogy Ajánlattevő mennyiségi megajánlását a műszaki tartalomban jelenítse meg.

Pécs, 2017. július 21.

Tisztelettel,

  
Dr. Teszlerné Dr. Csécsi Henrietta  
Ajánlatkérő képviselőjében 