



Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre  
Ügyintéző: Onhausz Nikolett  
Telefonszám: 72/501-500/22760

*Tisztelt Ajánlattevő!*

A Pécsi Tudományegyetem által „Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-0048 jelű projektje keretein belül” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban 2017. október 6. napjáig megküldött kiegészítő tájékoztatás kérésre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

**1.Kérdés:** 2. ajánlati rész: C-íves képerősítő berendezés elvárt műszaki paramétereinek között a "Legyező mozgás Min.  $\pm 20$  fok" minimum paraméter szerepel.

Kérjük vizsgálják meg, hogy ennél a paraméternél nem történt-e elírás, mert a megadott +/- 20 fok nem releváns meghatározás. Kérjük +/- 10 fokra vagy 20 fok-os tartományra módosítani szíveskedjenek!

**1.Válasz.** Ajánlatkérő megerősíti, hogy a "Legyező mozgás Min.  $\pm 20$  fok" meghatározás nem elírás. A paraméter meghatározása a berendezés jövőbeli felhasználása miatt szükséges, tekintettel arra, hogy a beszerezni kívánt berendezést Ajánlatkérő olyan vizsgálatokhoz kívánja használni, melynél a C-ív legyező mozgástartománya a lehető legnagyobb mértékben kell, hogy változtatható legyen.

Pécs, 2017. október 9.

Tisztelettel,

Dr. Teszlerné Dr. Csécssei Henrietta  
Ajánlatkérő képviselőjében

Bíróné Dr. Czelnínger Mafánna  
közbeszerzési főosztályvezető

ZER/2017