



Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre 2.
Ügyintéző: Onhausz Nikolett
Telefonszám: 72/501-500/22760

Tisztelt Ajánlattevő!


A Pécsi Tudományegyetem által „**Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-0048 jelű projektje keretein belül 2.**” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban érkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre Ajánlatkérő az alábbi választ adja:

1.Kérdés: 3. rész - Az altatógép monitoránál minimum feltétel: Gurulóállvány, minden kerék fékezhető.
Kérdés: Jól értelmezzük, hogy az altatógép mellett előírt monitorhoz szükséges külön a fentiekben leírt tulajdonságokkal rendelkező gurulóállvány megajánlása, avagy Ajánlatkérő elfogadja az altatógépet, mint „gurulóállványt” és megfelelő a monitor altatógépen történő rögzítése?”

1.Válasz: Tekintettel arra, hogy a beszerzendő gépet endoszkópos munkahelyen fogják használni az altatások száma várhatóan sokkal alacsonyabb lesz, mint a vizsgálatoké, de a beteg monitorozása az altatás nélküli vizsgálatoknál is szükséges, ezért elvárás a gurulóállvány fékezhető kerekekkel, azaz Ajánlatkérő az altatógépet, mint gurulóállványt nem fogadja el.

Pécs, 2018. április 18.

Tisztelettel,


Dr. Csécsői Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjeként

Bíróné Dr. Czéjinger Mariann
közbeszerzési fősztályvezető

