



Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre 3.  
Ügyintéző: Onhausz Nikolett  
Telefonszám: 72/501-500/22760

*Tisztelt Ajánlattevő!*

A Pécsi Tudományegyetem által „**Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-0048 jelű projektje keretein belül 2.**” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban érkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre Ajánlatkérő az alábbi választ adja:

**1.Kérdés:** 2. rész - „Konkurens modalitás license beszerzése az intézetben üzemelő Aspyra tip. PACS rendszerhez min 1 db”

Kérdésünk a tisztelt Ajánlatkérő felé, hogy az Ajánlattevő nincs birtokában azoknak az információknak, amivel a PACS rendszer illesztési/licenc díjakkal számolni tudna.

Kérjük a tisztelt Ajánlatkérőt, hogy tájékoztasson minket a várható költségekről.

**1.Válasz:** Ajánlatkérőnél üzemelő PACS rendszer típusa: Aspyra, melynek magyarországi forgalmazója: Medipixel Kft. 1038 Budapest, Tündérliget u. 12/G, közvetlen kontakt: Dr. Hódosi György képviselő Tel: +36-30-294-9499 mail: [gyorgy.hodosi@medipixel.eu](mailto:gyorgy.hodosi@medipixel.eu)

**2.Kérdés:** 2. rész - „Monitorok fényereje Min. 450 cd/m2”

Kérjük a tisztelt Ajánlatkérőt a megjelenítő monitor háttérvilágításnak elvárt mértéknél fogadja el a nagyfényerejű orvostechnikai minősítésű laptopmonitoroknál szokványos 400 cd/m2 fényűrűsége.

**2.Válasz:** Ajánlatkérő korábban megfogalmazott elvárásán módosítani nem kíván.

Pécs, 2018. április 24.

Tisztelettel,



Dr. Csécsi Henrietta  
Ajánlatkérő képviselőként

**BIRÓNÉ DR. CZEININGER MARIANN**  
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI  
SZAKTANÁCSADÓ  
LAJSTROMSZÁM: 00051