



Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre – 3.
Ügyintéző: Onhausz Nikolett
Telefonszám: 72/501-500/22760

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pécsi Tudományegyetem által „Orvostechikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-0048 jelű projektje keretein belül” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban 2017. október 23. napjáig megküldött kiegészítő tájékoztatás kérésre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

1.Kérdés: 3. ajánlati rész - Elvárás: Készülék kocsiba rejtett, kihúzható munkafelület

Ajánlatkérő elvárásai között nem szerepel fix munkafelület, csak a nevezett elvárásban szereplő készülék kocsiba rejtett, kihúzható munkafelület. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a kihúzható munkafelülettel egyenértékűként elfogadni szíveskedjen olyan altatógép megajánlását, amely kialakításánál fogva rendelkezik fix munkafelülettel, azaz azt nem kell ki-be húzgálni, folyamatosan elérhető, mozgatható során nem lehet letörni, így ergonómiai és felhasználói szempontból is előnyösebb megajánlás az előírtnál?

1.Válasz. Ajánlatkérő a fix munkafelületet egyenértékűnek tekinti a kocsiba rejtett, kihúzható munkafelülettel.

2.Kérdés: 3. ajánlati rész – Altatógép monitorral, fali monitorokkal: A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Elektronikus vezérlésű és pneumatikus meghajtású
--

Igen

Kérjük Ajánlatkérő állásfoglalását azzal kapcsolatban, hogy az elektronikus vezérlésű és elektronikus meghajtású (turbínás) anesztézia munkaállomás teljesíti-e a minimum műszaki előírást: „Elektronikus vezérlésű és pneumatikus meghajtású”?

Az elektronikus meghajtás (Next Generation Ventilation Technology – NGVT) egy fejlettebb műszaki technológia, a korábbi pneumatikus meghajtású technológiához képest.

2.Válasz: Ajánlatkérő a műszaki leírásban olyan paramétereket fogalmazott meg, amely minimális elvárásait mutatja be, melynél kedvezőbb megajánlásokat az ismertetett értékelési szempontok mellett elfogad. Tekintettel arra, hogy a elektronikus meghajtás kedvezőbb megajánlásnak minősül a pneumatikus meghajtásnál, a megajánlás teljesíti a minimum műszaki előírást.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a 3. számú kiegészítő tájékoztatás alapján Ajánlatkérő módosítja az ajánlattételi határidőt.

A módosított ajánlattételi határidő: 2017. november 16. (csütörtök) 13:00.

Pécs, 2017. október 24.

Tisztelettel,

Dr. Teszlerné Dr. Csécsai Henrietta
Ajánlatkérő képviselője
BIRÓ DR. ZENK MARIANN
KÖZBESZERZÉSI
SZAKTANÁCSADÓ
LAJSTORSZÁM: 00051