



Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre – 4.

Ügyintéző: Onhausz Nikolett

Telefonszám: 72/501-500/22760

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pécsi Tudományegyetem által „Orvostechikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-0048 jelű projektje keretein belül” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban 2017. október 26. napjáig megküldött kiegészítő tájékoztatás kérésre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

1. Kérdés: Ajánlatkérő a 3. ajánlati rész: Altatógép monitorral, fali monitorokkal esetében a következőt írta elő minimális elvárásként:

Altatógép 1db			
Akkumulátoros üzemmód, üzemideje Min. 90 perc	Igen, kérjük megadni		

valamint

Monitor 1db		
Készülékbe integrált akkumulátor üzem időtartama (újratöltés és csere nélkül) min. 120 perc	Igen, kérjük megadni	

Mindezekkel együttvéve ugyanakkor értékelési szempontként határozta meg a következőt:

Részszerpont	Súlyszám
3.2 Altatógép - Akkumulátoros üzemidő az altatógép és monitor együttesére (min. 20 perc)	5

Jelen műszaki tartalom esetében kiolvasható, hogy az altatógép és a műtői monitor esetében is minimum elvárásként szerepel az akkumulátoros üzem idejének minimuma, mely az ajánlati dokumentációban értékelési szempontként is megjelenik. Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy megajánlott altatógép, valamint monitor akkumulátoros üzemideje meghaladja a 20 percet (pl. 30 perc), elviekben megfelelő paraméterekkel rendelkezne érvényes ajánlat benyújtásához, ugyanakkor mégsem teljesítené a műszaki leírásban foglalt fentebb olvasható minimum paramétereket, ezáltal nem tehetne érvényes ajánlatot. Véleményünk szerint jelen joggyakorlat ellentmond a közbeszerzési törvényben foglaltaknak, hiszen minimumkövetelményként megfogalmazott paramétereket nem lehetséges értékelési szempontként figyelembe venni.

Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt jelen ellentmondás feloldására a minimumkövetelmény megváltoztatásával, az altatógép és a monitor esetében a min. 20 perc akkumulátoros üzem egyenértékűként való elfogadására.

1.Válasz: Ajánlatkérő az ellentmondást az értékelési szempont törlésével oldotta fel.

2. Kérdés: Ajánlatkérő a 3. ajánlati rész: Altatógép monitorral, fali monitorokkal esetében a következőt írta elő értékelési szempontként:

Részszerpont	Súlyszám
3.3 Altatógép - Áramlási trigger tartomány a minimum 1-10 l/percen túlmenően alacsonyabb küszöbvel is állítható: 0,1-10 l/perc tartományban (max.1 l/perc)	5

Jelen értékelési szempont meghatározása esetében Ajánlatkérő 0,1 l/perc értékben határozta meg az áramlási trigger beállítási tartományának alsó paraméterét. Ez az érték gyártói dokumentumból származó adatnak tekinthető, és klinikai relevanciája nem értékelhető annak kirívóan alacsony mennyiségéből adódóan.

Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy jelen értékelési szempont esetében tekintse egyenértékűnek a 0,3 l/perc minimum értéket az áramlás trigger beállítási tartományának alsó paramétereként.

2.Válasz: Ajánlatkérő a 3.3 értékelési szempont kapcsán a közbeszerzési dokumentáció 13. pontjában a következőt adta meg: „az áramlási trigger tartomány alsó értékének legkedvezőtlenebb szintjét 1 liter/percben, míg a legkedvezőbb szintjét, amelyre, illetve amelynél kedvezőbb megajánlásokra maximális pontot ad, 0,1 liter/percben határozta meg. Ajánlatkérő az áramlási trigger tartomány alsó értéke kapcsán az 1 liter/perc értéket meghaladó vállalatot tartalmazó ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja”. Ennek megfelelően a 0,3 l/perc alsó értékű megajánlás elfogadható, így Ajánlatkérő az értékelési szempont megfogalmazásának pontosításán túl az értékelési módszertanon módosítani nem kíván.

3. Kérdés: Ajánlatkérő a 3. ajánlati rész: Altatógép monitorral, fali monitorokkal esetében a következőt írta elő minimális elvárásként:

Maximális belégzési áramlás min 110 l/perc	Igen, kérjük megadni	
--	----------------------	--

Emellett ugyanakkor értékelési szempontként határozta meg a következőt:

Részszerpont	Súlyszám
3.4 Altatógép - Maximális belégzési áramlás (min. 80 l/perc)	5

Jelen műszaki tartalom esetében kiolvasható, hogy az altatógép esetében minimum elvárásként szerepel a maximális belégzési áramlás, mely az ajánlati dokumentációban értékelési szempontként is megjelenik. Véleményünk szerint jelen joggyakorlat ellentmond a közbeszerzési törvényben foglaltaknak, hiszen minimumkövetelményként megfogalmazott paramétereket nem lehetséges értékelési szempontként figyelembe venni.

Kérnénk Tisztelt Ajánlatkérőt a minimumkövetelmény megváltoztatására, a min. 80 l/perc maximális belégzési áramlás egyenértékűnek való elfogadására a fenti ellentmondás megszüntetése céljából.

3. Válasz: Ajánlatkérő az ellentmondást a maximális belégzési áramlásra vonatkozó minimumkövetelmény törlésével oldja fel.

4. Kérdés: Ajánlatkérő a 3. ajánlati rész: Altatógép monitorral, fali monitorokkal esetében a következőt írta elő minimális elvárásként:

Választható elvezetés a mérés forrásául	Igen	
---	------	--

Műtői környezetben alapvetően elterjedt gyakorlat az EKG kábelek elvezetései számának minimalizálása, ennek megfelelően a legtöbb esetben 3 elvezetéses kábelek alkalmazása, így biztosítva elegendő helyet az operatóri személyzet számára a műtési területen feladatuk zavartalan ellátásához. Ezt figyelembe véve ugyanakkor a 3 elvezetéses EKG kábelek esetén nem állnak rendelkezésre a különböző források kiválasztásához szükséges feltételek.

Ennek tekintetében kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt egyenértékűnek tekinteni azt a megoldást, ahol előre meghatározott elvezetés szolgál az impedancia mérés alapjául.

4. Válasz: Tekintettel arra, hogy az EKG kábelek a légzésszám monitorozására is alkalmasak. így már 3 elvezetéses EKG kábelek esetén is választható, hogy a melyik standard elvezetés alapján kívánjuk a légzést monitorozni – Ajánlatkérő ezen elvárását fogalmazta meg a fenti meghatározás során, amely elvárásán módosítani ne kíván.

5. Kérdés: Ajánlatkérő a 3. ajánlati rész: Altatógép monitorral, fali monitorokkal esetében a következőt írta elő minimális elvárásként:

Hőmérsékletmérési tartomány 1-től 45 C-ig	Igen, kérjük megadni	
---	----------------------	--

Az 1-től 45 C-ig megadott hőmérsékletmérési adat gyártói paraméter, melynek nincs klinikai relevanciája és versenyszűkítő hatással bír. Az extracorporalis keringés (ECC) alkalmazása alatt a páciens testhőmérsékletének csökkentésével érik el a szervezet O₂ igényének csökkenését, ugyanakkor még e szélsőséges eljárás esetében sem hűtik a testet 10°C alá.

Mindezeket figyelembe véve kérem Tisztelt Ajánlatkérőt tekintse egyenértékűnek a 10-45°C hőmérsékletmérési tartományt a műszaki leírásban szereplő paraméterrel.

5.Válasz: Ajánlatkérő választát a módosított műszaki leírásban adta meg.

6. Kérdés: Ajánlatkérő a 3. ajánlati rész: Altatógép monitorral, fali monitorokkal esetében a következőt írta elő minimális elvárásként:

Trend minden mért paraméterre Min. 120 óra	Igen, kérjük megadni	
---	----------------------	--

Az altatógépekkel együtt alkalmazott páciens monitorok célja a páciens haemodinamikai, valamint egyéb vitális paramétereinek ellenőrzése a műtési beavatkozás közben A páciens pre-, valamint postoperatív megfigyelése, monitorozása nem a műtési monitorral történik, hiszen ez esetekben több napos, akár hetekben mérhető megfigyelési tevékenységről beszélünk, melyek teljesen más típusú monitorozási paramétereket követelnek meg. A műtési eljárások esetében a beavatkozás ideje a ritkább esetekben sem haladja meg az 5 napot, mely érték így nem tekinthető relevánsnak felhasználói szempontból, valamint versenykorlátozó hatással bír, ennek fényében kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt a trend idő minimumának csökkentésére és a min. 72 óra paraméter egyenértékűként való elfogadására.

6. Válasz: A minimum 120 óra trend minden mért paraméterre jól használható érték. Ez nem azt jelenti, hogy egy adott beteget több napig altatnak, hanem azt, hogy az adott időn belül altatott összes beteg paramétereit képes 120 óra hosszát tárolni a rendszer. Kutatási célú projektekre tekintettel fontos szempont, hogy egy esetleges pénteki értékeléskor a 120 óra esetén még a hétfői betegek adatai is könnyen elérhetőek. Ezen indokok alapján Ajánlatkérő elvárásán módosítani nem kíván.

7. Kérdés: Ajánlatkérő a 3. ajánlati rész: Altatógép monitorral, fali monitorokkal esetében a következőt írta elő minimális elvárásként:

Gurulóállvány, minden kerék fékeezhető	Igen	Igen
--	------	------

Az esetek túlnyomó részében a műtői terület kialakításának köszönhetően a műtői monitor az altatógépen helyezkedik el, mely szerkezet teljesíti a minimumkövetelményként fent meghatározott paramétert. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérő felvilágosítását azzal kapcsolatban, hogy a műtői monitorhoz plusz gurulóállvány biztosítása elvárt, vagy az megoldható a monitor altatógépre történő, oldható illesztésével?

7. Válasz: Tekintettel arra, hogy a beszerzendő gépet endoszkópos munkahelyen fogják használni az altatások száma várhatóan sokkal alacsonyabb lesz, mint a vizsgálatoké, de a beteg monitorozása az altatás nélküli vizsgálatoknál is szükséges, ezért elvárás a gurulóállvány fékeezhető kerekekkel.

8. Kérdés: Ajánlatkérő a 3. ajánlati rész: Altatógép monitorral, fali monitorokkal esetében a következőt írta elő minimális elvárásként:

Az altató munkaállomások esetében napjainkban alapvető elvárás a teljes értékű, a páciens be-ki lélegzésekor minden mért gázra (O₂, N₂O, CO₂), valamint anesztetikumra elvégzett gázmonitorozás. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérő felvilágosítását arra vonatkozólag, hogy jelen altató munkaállomás tekintetében fennál mindezen paraméterek szükségessége, vagy ajánlattevő eltekinthet e tudás biztosításától?

8. Válasz: Ajánlatkérő véleménye szerint a kérdés hiányos, de a felvetéssel kapcsolatban a következő kiegészítő tájékoztatást adja: Az O₂, CO₂ monitorozás a Szakmai Kollégium által megszabott minimumfeltétel. A megfelelő munkához a gyakorlatban elengedhetetlen még a N₂O és a párolgó anesztetikumok monitorozása, ezek általánosan elfogadott mérhető paraméterek egy altatógépen.

9. Kérdés: 2. ajánlati rész - Kérjük megerősítésüket, hogy a „Teljeskörű DICOM 3.0 kompatibilitás” műszaki elvárás alatt a DICOM képkiadás és munkalista/MPPS funkciók meglétét értik.

9. Válasz: A teljeskörű DICOM 3.0 kompatibilitás alatt Ajánlatkérő DICOM Send, DICOM Query / Retrieve, DICOM Worklist és DICOM Storage Commitment (SC) a funkciókat ért.

10. Kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy 2. ajánlati részre vonatkozó szerződéstervezet 4.4. pontja szerinti kötelezettség, hogy a hiba bejelentésétől számított 24 órán belül a hibajavítást meg kell kezdeni, kizárólag munkanapokra (hétfőtől-péntekig értendő) vonatkozik.

10. Válasz: Igen, a megfogalmazás értelmezése helyes.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a 4. számú kiegészítő tájékoztatás, illetve a mai napon korábban megküldött vitarendezési kérelemre adott válasz alapján Ajánlatkérő korrigendumot adott fel, melyben módosítja az ajánlattételi határidőt.

A módosított ajánlattételi határidő: 2017. november 23. (csütörtök) 11:00.

Pécs, 2017. október 27.

Tisztelettel,

Dr. Teszlerné Dr. Csécsi Henrietta

Ajánlatkérő nevében

DIKÓRÓR ZSÉNNER MARIANN
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERÉSI
SZAKTANÁCSADÓ
LAJSTROMSZÁM: 00051