



Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre – 6.  
Ügyintéző: Onhausz Nikolett  
Telefonszám: 72/501-500/22760

*Tisztelt Ajánlattevő!*

A Pécsi Tudományegyetem által „**ECRIN eszközbeszerzés a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.3-15-2016-00012 jelű pályázata keretein belül**” tárgyban, 2017/S 076-146828 TED azonosítószámon indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban az 5. számú kiegészítő tájékoztatás megküldését követően 2017. május 30. napjáig megküldött kiegészítő tájékoztatás kérésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

**1.Kérdés:** 7. rész asztali centrifuga kapcsán

1) A kiírás szerint legfeljebb 35 cm magas lehet a készülék, ugyanakkor 16 db 50 ml-es Falcon-csővet szeretnének centrifugálni adott gyorsulással, kilendülőfejes rotorral. Ez a feladat, tekintve a Falcon-cső kb. 12 cm-es magasságát ilyen kis helyen (szükséges még a motor és egyéb szerkezeti elemek helyigényét is ideszámítani) nem oldható meg. Kérjük szíves visszajelzésüket, hogy a fentiek figyelembe vételével elfogadható lenne-e a legfeljebb 50 cm-es magasság.

2) Elfogadható-e egyenértékű megoldásként, ha a Short spin gomb helyett a Start gomb 3-5 mp-es nyomva tartása kapcsolja be a gyors pörgetés funkciót?

3) Elfogadja-e Ajánlatkérő egyenértékű megoldásként, ha a gyorshűtés funkció a menüből érhető el?

4) Tekintettel arra, hogy a megajánlani kívánt centrifuga kondenzvíz-termelése elhanyagolható, illetve arra, hogy a rotortérbe került esetleges kondenzvíz-mennyiség a heti rutin tisztítási és kenési műveletek elvégzésekor egyszerűen eltávolítható, el tud-e tekinteni Ajánlatkérő a kondenzvíz-elvezető csatornától.

**1.Válasz:** 7. rész asztali centrifuga kapcsán

1) Ajánlatkérő elvárása: legfeljebb 35 cm magas készülék.

2) Ajánlatkérő a Start gomb 3-5 perces nyomvatartásával történő bekapcsolást a short spon gombbal egyenértékű megoldásként fogadja el.

3) Ajánlatkérő a gyorshűtés funkció menüből történő elérhetőségét egyenértékű megajánlásként elfogadja.

4) Ajánlatkérő a kondenzvíz-elvezető csatorna meglététől nem kíván eltekinteni.

**2. Kérdés:** 2. rész – Mérlegek: Jól értelmezzük, hogy valamennyi tételnél a megadott „Terhelhetőség: max. ...g” azt jelenti, hogy a mérleg maximális terhelhetőségének legalább a megadott tömegértéket el kell érnie?

**2.Válasz:** Igen, kérdező értelmezése helyes.

**3.Kérdés:** 2. rész – Mérlegek: Kérjük, szíveskedjenek megadni, hogy külső vagy belső kalibrációval kéri a mérlegeket?

**3.Válasz:** Ajánlatkérőnek a kalibrációra vonatkozóan nincs konkrét elvárása.

**4.Kérdés:** 2. rész – Mérlegek: A Precíziós mérleg (4200 g) esetében szögletes, a kért min. 120 mm átmérőjű kört lefedő területű mérlegtányér elfogadható lenne-e?

**4.Válasz:** Igen, a kért min. 120 mm átmérőjű kört lefedő területű mérlegtányér elfogadható.

Pécs, 2017. május 31.

Tisztelettel,



Dr. Teszlerné Dr. Csécsi Henrietta  
Ajánlatkérő képviselőjében

4.

Biróné Dr. Czeininger Mariann  
közbeszerzési főosztályvezető