

Ez a hirdetés a TED weboldalon: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183842-2017:TEXT:HU:HTML>

**Magyarország-Pécs: Orvosi felszerelések
2017/S 094-183842**

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetés

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 076-146828)

I. szakasz: Ajánlatkérő

- I.1) **Név és címek**
Pécsi Tudományegyetem
AK16341
Vasvári Pál utca 4.
Pécs
7622
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Onhausz Nikolett
Telefon: +36 72501500
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 72536345
NUTS-kód: HU231
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.pte.hu>
A felhasználói oldal címe: <http://www.pte.hu>

II. szakasz: Tárgy

- II.1) **A beszerzés mennyisége**
- II.1.1) **Elnevezés:**
ECRIN eszközbeszerzés a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.3-15-2016-00012 jelű pályázata keretein belül.
Hivatkozási szám: 135/2016
- II.1.2) **Fő CPV-kód**
33100000
- II.1.3) **A szerződés típusa**
Árubeszerzés
- II.1.4) **Rövid meghatározás:**
ECRIN eszközbeszerzés a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.3-15-2016-00012 jelű pályázata keretein belül a közbeszerzési dokumentációban meghatározott paraméterekkel, az alábbiak szerint:
1. ajánlati rész: HPLC-MS rendszer.
2. ajánlati rész: Mérlegek.
3. ajánlati rész: Gyógyszertechnológiai eszközök 1.

4. ajánlati rész: Gyógyszertechnológiai eszközök 2.
5. ajánlati rész: Számítógép konfiguráció.
6. ajánlati rész: Széndioxid inkubátor.
7. ajánlati rész: Asztali centrifuga.
8. ajánlati rész: Informatikai eszközrendszer.
9. ajánlati rész: Fehérje és nukleinsav biomarker analizáló készülék.
10. ajánlati rész: Nagyteljesítményű, rugalmas, multiplex real-time PCR rendszer.
11. ajánlati rész: Atomabszorpciós spektrofotométer.
12. ajánlati rész: Hematológiai automata rendszer.
13. ajánlati rész: Sztereo-Mikroszkóp.
14. ajánlati rész: Fluoreszcencia alapú sejt-szorter.
15. ajánlati rész: Ultrahang rendszer.
16. ajánlati rész: Konfokális inverz mikroszkóp.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5) **E hirdetmény feladásának dátuma:**
12/05/2017

VI.6) **Az eredeti hirdetmény hivatkozásai**
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [2017/S 076-146828](#)

VII. szakasz: Változások

VII.1) **A módosítandó vagy megadandó információ**

VII.1.2) **Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész**

Szakasz száma: II.2.5

Rész száma: 2

A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok:

A következő helyett:

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium – Név: Analitikai mérleg – Jótállás időtartama (min. 12 hónap) / Súlyszám: 10

Minőségi kritérium – Név: Precíziós mérleg (3000g) – Jótállás időtartama (min. 12 hónap) / Súlyszám: 10

Minőségi kritérium – Név: Precíziós mérleg (10 000g) – Jótállás időtartama (min. 12 hónap) / Súlyszám: 10

Ár – Súlyszám: 70

Helyesen:

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium – Név: Analitikai mérleg – Jótállás időtartama (min. 12 hónap) / Súlyszám: 10

Minőségi kritérium – Név: Precíziós mérleg (4200g) – Jótállás időtartama (min. 12 hónap) / Súlyszám: 10

Minőségi kritérium – Név: Precíziós mérleg (10 000g) – Jótállás időtartama (min. 12 hónap) / Súlyszám: 10

Ár – Súlyszám: 70

Szakasz száma: II.2.5

Rész száma: 14

A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok:

A következő helyett:

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium – Név: Detekció Minimum felbontás (Scatter) (μm) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium – Név: Hőmérséklet tartomány: 4C°-tól kezdődő hőmérsékleti skála tartományának terjedelme (hűtés Peltier rendszerrel történjen) (max. 16C)) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium – Név: A működés közben lehetőség legyen a folyadék cserére és utántöltésre: teljes

üzemelés mellett VAGY a nyomás megszüntetésével VAGY a készülék leállításával / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium – Név: A „sheath fluid” össztömege (max. 24 liter) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium – Név: Szortolási esemény száma / mp (min. 5 000 esemény/mp) / Súlyszám: 5

Ár – Súlyszám: 75

Helyesen:

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium – Név: Detekció Minimum felbontás (Scatter) (μm) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium – Név: 4C°-tól kezdődő hőmérsékleti skála tartományának terjedelme (hűtés Peltier rendszerrel történjen) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium – Név: A működés közben lehetőség legyen a folyadék cserére és utántöltésre:

teljes üzemelés mellett VAGY a nyomás megszüntetésével VAGY a készülék leállításával / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium – Név: Szortolási technika: jet in air vagy küvettás / Súlyszám: 10

Minőségi kritérium – Név: Szortolási esemény száma /mp (min. 5 000 esemény/mp)/ Súlyszám: 5

Minőségi kritérium – Név: Érzékenység (max. 180 MESF for FITC and PE) / Súlyszám: 5

Ár – Súlyszám: 65

Szakasz száma: IV.2.2

A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:

A következő helyett:

Dátum: 29/05/2017

Helyi idő: 11:00

Helyesen:

Dátum: 02/06/2017

Helyi idő: 11:00

Szakasz száma: IV.2.7

A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:

A következő helyett:

Dátum: 29/05/2017

Helyi idő: 11:00

Helyesen:

Dátum: 02/06/2017

Helyi idő: 11:00

VII.2) **További információk:**