



Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre – 3.  
Ügyintéző: Onhausz Nikolett  
Telefonszám: 72/501-500/22760

*Tisztelt Ajánlattevő!*

A Pécsi Tudományegyetem által „ECRIN eszközbeszerzés a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.3-15-2016-00012 jelű pályázata keretein belül” tárgyban, 2017/S 076-146828 TED azonosítószámon indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban a 2. számú kiegészítő tájékoztatás megküldését követően 2017. május 10. napjáig megküldött kiegészítő tájékoztatás kérésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

**1.Kérdés:** Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.2. alkalmassági feltétel igazolása körében a következőket tartalmazza:

„Ajánlattevőnek be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.”

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.3. M.1. alkalmassági feltétel igazolása körében a következőket tartalmazza:

„Ajánlattevőnek be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: Alfa), azaz az alkalmassági követelményekre vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni.”

Az ajánlati dokumentációban rendelkezésre bocsátott ESPD a IV. részben tartalmazza a pénzügyi-gazdasági alkalmasság körében a nettó árbevételre vonatkozó nyilatkozatot továbbá a referencia bemutatásra vonatkozó „fejezetet” is.

Jól értelmezzük-e, hogy mind a pénzügyi-gazdasági, mind a műszaki-szakmai alkalmasság körében elegendő az ESPD IV. fejezet Alfa pontjának megjelölése, és a dokumentációban áthúzás nélkül jelölt releváns alkalmassági feltételek (IV. rész B és IV. rész C fejezetek) adatokkal történő kitöltése nem szükséges, az adatok megadása a Kbt. 69 § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtásának alkalmával válik esedékessé.

**1.Válasz:** Igen, gazdasági szereplő jól értelmezi, az ajánlatban benyújtott ESPD esetében elegendő a IV. alfa pontjának kitöltése, az igazolási módoknál megadott további igazolások benyújtására a Kbt 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására vonatkozó felkérés megküldését követően kerül majd sor.

**2. Kérdés:** Ajánlatkérő által megadott paraméterek kimondottan egy adott típusnak felelnek meg, amely tintasugaras nyomtató, Kiemelve LCD kijelző: Színes Érintőképernyő, Átlós: 12,7 cm paramétert. Ajánlatkérő továbbra is lézer technológiájú nyomtatót szeretne vásárolni attól függetlenül, hogy a megadott paraméterek tintasugaras nyomtatónak felelnek meg?

**2.Válasz:** Ajánlatkérő kéri érdeklődő gazdaság szereplőket, hogy az 1. számú kiegészítő tájékoztatáskérésben közölt információt a 8. ajánlati rész vonatkozásában hagyják figyelmen kívül. Ajánlatkérő rögzíti, hogy ezen ajánlati részben tintasugaras nyomtató megajánlását kéri.

**3.Kérdés:** 2. ajánlati rész: mérlegek - A max 3000 g-os precíziós mérleg esetében elfogadnak-e legalább 4200 g-os precíziós mérleget?

**3.Válasz:** Ajánlatkérő módosított elvárása max 4200 g-os méréshatárral rendelkező precíziós mérleg.

**4.Kérdés:** 3. ajánlati rész: Gyógyszertechnológiai eszközök 1.: Ultrahangos fürdő és kosár - Térfogat: 1.9 literes ultrahangos fürdő és kosár. Elfogadnának-e 1,75 L-es ultrahangos fürdőt, melynek belső mérete a következő: 151 x 137 x 100 mm, merítőkosár mérete: 198 x 106 x 50 mm vagy a 2,75 L-es 240 x 137 x 100 mm-es belső méretű, 198 x 106 x 50 mm-es merítőkosárral rendelkező fürdő lenne az alkalmasabb.

**4.Válasz:** Ajánlatkérő elvárása: ultrahangos fürdő és kosár térfogata: 1.9 liter.

**5.Kérdés:** 3. ajánlati rész: Gyógyszertechnológiai eszközök 1.: 10 literes gömb aljú lombik - Milyen csiszolatú nyakra gondoltak? Elfogadják-e a 279 mm széles, 400 mm magas gömblombikot?

**5.Válasz:** Ajánlatkérő normál csiszolatú nyak megajánlását kéri. A kérdésfeltevésben megajánlott paraméterű gömblombik megfelelő.

**6.Kérdés:** 3. ajánlati rész: Gyógyszertechnológiai eszközök 1.: Kombinált pH üvegelektrod BA17 - „LCD kijelző háttér megvilágítással”: Kérem pontosítsák a leírást, LCD kijelzője csak a mérőműszernek lehet. A megadott specifikáció eleje vonatkozhat csak az elektródára. Ez esetben egy BA17 típusú pH üvegelektrodára + egy ezzel kompatibilis mérőműszerre lenne szükség?


**6.Válasz:** Ajánlatkérő a szintén ezen ajánlati részben szereplő asztali pH mérővel kompatibilis kombinált pH üvegelektrod megajánlását kéri.

**7.Kérdés:** 5. ajánlati rész: Széndioxid inkubátor - Térfogat: minimum 160 liter. Elfogadnak-e jelen esetben 156 L-es CO2 inkubátort?

**7.Válasz:** Ajánlatkérő széndioxid inkubátor térfogatra vonatkozó elvárása: minimum 160 liter.

Pécs, 2017. május 11.

Tisztelettel,

  
Dr. Teszlerne Dr. Csécsei Henrietta  
Ajánlatkérő képviselőként

