

Pécsi Tudományegyetem Közbesz. Igazgatóság

Szántó K.J. u. 1/b 317-es iroda

7633 Pécs

E-mail: onhausz.nikolett@pte.hu

Fax: +36 72 536 345

Ügyintéző:

Dátum: 2017.09.05.

Tárgy: 2. sz. Előzetes vitarendezési kérelem a Pécsi Tudományegyetem által indított „Neuronavigációs rendszer beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.3-15-2016-00013 jelű projektje keretében.” Hivatkozási szám: 43/2017 tárgyú eljárásban

Tisztelt Ajánlatkérő!

Alulírott gazdasági szereplő a Pécsi Tudományegyetem által indított „Neuronavigációs rendszer beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.3-15-2016-00013 jelű projektje keretében.” tárgyban indított közbeszerzési eljárással kapcsolatban előzetes vitarendezési kérelmet terjeszt elő.

A feltételezett jogsértés: a 2015. évi CXLI. Kbt. 2. §. (1)-(4) alpontja.

2. § (1) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig tiszteltetben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát.

(2) Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági szereplők számára.

(3) Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. A joggal való visszaélés tilos.

(4) Az ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárnia.

A kifogásolt elem:

Módosított műszaki leírás:

Elvart műszaki paraméterek	Minimális elvárás	Megajánlott termék paraméterei
Intraoperatív képalkotás		
Min. 30x30 cm méretű flat panel detektor	igen, kérjük megadni	

A gazdasági szereplő álláspontja:

Álláspontunk szerint az Ajánlatkérő által kiadott fenti módosítás nem változtatott azon a tényen, hogy a fenti műszaki elvárás jogsértő, súlyosan versenykorlátozó, mivel a piacon lévő ilyen típusú CT berendezések közül csak egy cég által forgalmazott O Arm és O arm2 típusú készülékek rendelkeznek **flat paneles detektorral**, ezzel kizárva a piac többi szereplőjét és akadályozva a szabad versenyt.

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a tisztességes verseny biztosítása érdekében szíveskedjen módosítani az elvart műszaki paramétereket az alábbiak szerint, ezzel biztosítva a szabad

versenyt:

Elvárt műszaki paraméterek	Minimális elvárás	Megajánlott termék paraméterei
Intraoperatív képalkotás		
Min. 30x30 cm méretű flat panel detektor Vagy min. 25 soros solid state detektor	igen, kérjük megadni	

Szeretnénk elkerülni, hogy Közbeszerzési Döntőbizottsághoz kelljen fordulnunk, ezért kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a fentiek értelmében vizsgálja felül ezen műszaki elvárását és a tisztességes verseny biztosítása érdekében módosítsa a közbeszerzési dokumentumokat.

Kelt: Budapest, 2017. szeptember 5.

.....
közbeszerzési referens