



Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre – 4.

Ügyintéző: Onhausz Nikolett

Telefonszám: 72/501-500/22760

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pécsi Tudományegyetem által „**Neuronavigációs rendszer beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.3-15-00013 jelű projektje keretében**” tárgyban, 2017/S 138-282705 TED azonosítószámon indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban 2017. augusztus 28. napjáig megküldött kiegészítő tájékoztatás kérésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

1. Kérdés: Műszaki leírás:

Értékelési szempont	
Intraoperatív képkalkotás - Oldalról történő (Laterális) beteghozzáférés lehetősége, az egyszerűbb műtői pozicionáláshoz, mozgathoz	igen / nem S=5

Kérjük, Ajánlatkérő erősítse meg, hogy fenti elvárás teljesíthető úgy, hogy a képkalkotó berendezés oldalirányú elmozgatásával (gombnyomással vezérelve) a beteghez oldal irányból hozzáférhet a műtő személyzete, majd a pozíció visszaállítható, amennyiben ez szükséges.

1.Válasz: Fenti értékelési szempont esetében Ajánlatkérő arra szeretne választ kapni, hogy a képkalkotó berendezés lehetőséget biztosít-e a beteghez történő oldalirányú hozzáférésre.

A fenti elvárás teljesül, amennyiben a képkalkotó berendezés a vizsgálathoz oldalirányból a műtőasztalra merőlegesen pozicionálható, nem csak az asztal két vége felől.

Pécs, 2017. augusztus 29.

Tisztelettel,

Dr. Teszlerné Dr. Csécsesi Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjében

Bíróné Dr. Czeininger Mariann
közbeszerzési főosztályvezető

BÍRÓNÉ DR. CZEININGER MARIANN
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERÉSI
SZAKTANÁCSADÓ
LAJSTROMSZÁM: 00051