



Tárgy: Válasz előzetes vitarendezési kérelemre

Tisztelt Ajánlattevő!

Ezúton tájékoztatom, hogy a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) által „**Neuronavigációs rendszer beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.3-15-2016-00013 jelű projektje keretében**” tárgyban, 2017/S 138-282705 TED azonosítószámon a Kbt. 81. § szerint indított nyílt közbeszerzési eljárásban 2017. augusztus 24. napján az eljárásban érdekelt egyik gazdasági szereplő (továbbiakban: Kérelmező) előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, melyet valamennyi érintett gazdasági szereplő részére jelen válasz mellékleteként megküldünk.

Ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelemben foglaltakra az alábbi választ adja:

Ajánlatkérő a beszerezni kívánt eszköz műszaki paramétereit a gép használatával kapcsolatos szakmai elvárásai mentén alakította ki. Tekintettel arra, hogy a flat panel detektor mérete befolyásolja az egy menetben vizsgálható területet, Ajánlatkérő min. 30 x 40 cm méretet határozott meg.

Ajánlatkérő szakmai elvárásai mellett kiemelten fontosnak tartja a törvényességet, illetve a versenykorlátozó magatartás elkerülését, ezért Ajánlatkérő a vitarendezési kérelemben foglaltaknak helyt ad és a Kérelmező által kifogásolt paramétert módosítja a vitarendezési válasz mellékleteként megküldött műszaki leírásban szereplők szerint.

A Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontjával összhangban Ajánlatkérő a vitarendezési válasszal egyidőben korrigendumot adott fel, melyben módosította az ajánlattételi határidőt.

A módosított ajánlattételi határidő: 2017. szeptember 11. (hétfő) 11:00.

Pécs, 2017. augusztus 29.

Tisztelettel,

.....
Dr. Teszlerné dr. Csécsei Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjeként

Blérné Dr. Czeizinger Mariann
közbeszerzési főosztályvezető