

Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre – 2.

Ügyintéző: Onhausz Nikolett

Telefonszám: 72/501-500/22760

*Tisztelt Ajánlattevő!*

A Pécsi Tudományegyetem által „Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.3.-15-2016-00031 jelű projektje keretein belül megvalósított orvostechnikai eszközbeszerzés” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban 2017. október 2. napjáig megküldött kiegészítő tájékoztatás kérésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

**1.Kérdés:** Egy gombnyomásos képtimalizáló rendszer, mely állítja a 2D gain, dinamika tartományt, TGC-t, doppler erősítést, alapvonalat, és a skálát.

Kérjük Ajánlatkérő egyértelműsítse, hogy az előírt állításokat mely ultrahangos üzemmódokban kéri?

**1.Válasz:** Az előírt állításokat Ajánlatkérő B-módban, PW-Doppler módban és Color Doppler módban kéri.

**2. Kérdés:** Nyers adatkezelés. (utólag, freezelt képen legalább állítható a 2D,color gain, dinamika tartomány, doppler skála és az alapvonal)

Kérjük Ajánlatkérő egyértelműsítse, hogy az előírt állításokat mely ultrahangos üzemmódokban kéri?

**2.Válasz:** Az előírt állításokat Ajánlatkérő B-módú freezelt képen, Color Doppler módú freezelt képen és PW-Doppler módú freezelt képen kéri.

**3. Kérdés:** Monitor (készülékbe integrált), képátló mérete min. 19”(col).

Jól értelmezzük, hogy a készülékbe integrált előírás alatt elfogadható a készülékre integrált saját monitor, mert a kiírás egyértelműen nem egy kompakt (laptop méretű) ultrahangot határoz meg, ahol értelmezni lehetne a készülékben integrált előírást?

**3.Válasz:** Ajánlatkérő megerősíti, hogy a készülékre integrált min. 19"méretű monitor meglétét kéri, az elvárás nem egy ún. laptop kivitelű berendezés beszerzésére irányul.

**4. Kérdés:** A monitortól és konzoltól függetlenül elforgatható Kezelőpult ami alá csúsztható teljes karakterkészletű billentyűzet. Az elvárás kapcsán véleményünk szerint két előírás egy sorba került, kérjük egyértelműsíteni!

**4. Válasz:** Pontosított Ajánlatkérői elvárások: „A monitortól és a konzoltól függetlenül elforgatható kezelőfelület.” és „A kezelőpult alá csúsztható teljes karakterkészletű vezérlőfelület”.

**5. Kérdés:** Hasi konvex vizsgálófej min 1.3-6.0 MHz frekvenciatartománnyal. Kristályok száma min. 128 db. Az előírt frekvenciatartomány véleményünk szerint indokolatlanul szűkíti a versenyt, kérjük elfogadni min. 1,5 – 5,5 MHz közötti frekvenciatartománnyal rendelkező vizsgálófej megajánlását!

**5. Válasz:** Ajánlatkérő a választ a módosított műszaki leírásban adja meg.

**6. Kérdés:** Lineáris vizsgálófej min 3.0-13.0 MHz frekvenciatartománnyal maximum 38 mm felfekvési felülettel. Az előírt frekvenciatartomány véleményünk szerint indokolatlanul szűkíti a versenyt, kérjük elfogadni min. 4,5 – 13,0 MHz közötti frekvenciatartománnyal rendelkező vizsgálófej megajánlását, amely maximum 38 mm látótérrel rendelkezik!

6. **Válasz:** Ajánlatkérő a választ a módosított műszaki leírásban adja meg.

7. **Kérdés:** Képző arányok állíthatók a B- és Doppler-kép között, minimum 5 féle osztásban. Ez az elvárás versenykorlátozó, javasolt minimum 4-re visszavenni!

7. **Válasz:** Ajánlatkérő a választ a módosított műszaki leírásban adja meg.

8. **Kérdés:** PRF tartomány min. 0,7-24 kHz között. Ez az elvárás versenykorlátozó, javasolt minimum 1 – 20 kHz-re visszavenni!

8. **Válasz:** Ajánlatkérő a választ a módosított műszaki leírásban adja meg.

9. **Kérdés:** Automatikus doppler spektrum mérések, min 6paraméterrel, real time. Az elvárás erősen versenykorlátozó, kérjük az elvárást minimum 5 paraméterre csökkenteni!

9. **Válasz:** Ajánlatkérő a választ a módosított műszaki leírásban adja meg.

10. **Kérdés:** Vizsgált paciensek könyvtára, visszakeresési lehetőség min. 8 féle kritérium alapján. Az elvárás erősen versenykorlátozó, kérjük az elvárást minimum 4 féle kritériumra csökkenteni!

10. **Válasz:** Ajánlatkérő a választ a módosított műszaki leírásban adja meg.

11. **Kérdés:** Ideiglenes ID (páciens azonosító) generálása. Az elvárás erősen versenykorlátozó, kérjük törölni!

11. **Válasz:** Ajánlatkérő a választ a módosított műszaki leírásban adja meg.

**Az 1. és 2. számú kiegészítő tájékoztatásban adott válaszok alapján Ajánlatkérő korrigendumot adott fel, melyben módosította az ajánlattételi határidőt.**



Eredeti ajánlattételi határidő: 2017. október 16. 11:00

1.számú kiegészítő tájékoztatás alapján módosított ajánlattételi határidő: 2017. október 24. 11:00

**A 2. számú kiegészítő tájékoztatás alapján módosított ajánlattételi határidő:  
2017. október 26. (csütörtök) 11:00.**

Pécs, 2017. október 3.

Tisztelettel,

  
Dr. Teszlerne Dr. Csécsi Henrietta  
Ajánlatkérő képviselője  
  
**BIRÓ ÉVA SZÉKININGER MARIANN**  
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERÉSI  
SZAKTANÁCSADÓ  
LAJSTROMSZÁM: 00051