



Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre – 3.

Ügyintéző: Onhausz Nikolett

Telefonszám: 72/501-500/22760

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pécsi Tudományegyetem által „Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.3.-15-2016-00031 jelű projektje keretein belül megvalósított orvostechnikai eszközbeszerzés” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban 2017. október 4. napjáig megküldött kiegészítő tájékoztatás kérésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

1.Kérdés: 7. ajánlati rész - Csontsebészeti kismotor: Csak Kirschner dróttűző és szagittális fűrészfeltét kell ajánlani a motorral, vagy kérnek Jacobs tokmányos fűrő feltétet, Ao fűrőfeltétet nagynyomatékú velőürszegező feltétet is?


1.Válasz: Ajánlatkérő minimális elvárása a Kirschner dróttűző és szagittális fűrészfeltét megajánlása, amelynél kedvezőbb megajánlásokat az ismertetett értékelési szempontok figyelembe vétele mellett elfogad.

2. Kérdés: 7. ajánlati rész - Csontsebészeti nagymotor: A befogógégségek alatt a megmunkáló feltéteket értik? Ha igen milyen megmunkáló feltétet kérnek a motorhoz az alábbiak közül: Jacobs tokmányos feltét, szagittális fűrészfeltét, Ao fűrőfeltét, nagynyomatékú vágaparáró feltét AO vagy Hudson/Zimmer kimenettel, drót vagy szegtűző feltét?

2.Válasz: Ajánlatkérő minimális elvárás a Jacobs tokmányos feltét, szagittális fűrészfeltét, Ao fűrőfeltét, nagynyomatékú vágaparáró feltét AO vagy Hudson/Zimmer kimenettel, amelynél kedvezőbb megajánlásokat az ismertetett értékelési szempontok figyelembe vétele mellett elfogad.

Pécs, 2017. október 5.

Tisztelettel,


Dr. Teszlerne Dr. Csécssei Henrietta

Ajánlatkérő képviselőjében

BÍRÓNÉ DR. CZEININGER MARIANN
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI
SZAKTANÁCSADÓ
LAJSTROMSZÁM: 00051