



Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre – 4.  
Ügyintéző: Onhausz Nikolett  
Telefonszám: 72/501-500/22760

*Tisztelt Ajánlattevő!*

A Pécsi Tudományegyetem által „Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.3.-15-2016-00031 jelű projektje keretein belül megvalósított orvostechnikai eszközbeszerzés” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban 2017. október 12. napjáig megküldött kiegészítő tájékoztatás kérésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

**1.Kérdés:** A műszaki leírásban szereplő paraméter:

Elvárt műszaki paraméterek	Minimális elvárás
<b>NO inhalációs rendszer</b>	
A Flow-sensor gyárilag tiszta egyszerűhasználatos, elektromos alkatrészmentes, ami lehetővé teszi az NO folyamatos adagolását még abban az esetben is, ha a rendszer automatikus intelligens adagoló rendszere meghibásodik.	Igen

Ajánlatkérő nem adta meg, hogy milyen gyártmányú és típusú lélegeztető gépekkel kívánják használni az NO inhalációs rendszert.

Kérjük a műszaki paraméterekkel kapcsolatos előírások módosítását oly módon, hogy az tartalmazza azon lélegeztető gépek gyártmányát és típusát, mellyel használni kívánják a megadott műszaki paraméterekkel rendelkező NO inhalációs rendszert.

A lélegeztető gépek gyártmányának és típusának ismeretében tudják ajánlattevők megadni, hogy az általuk forgalmazott NO inhalációs rendszer a közbeszerzési eljárásban megajánlható-e, így az Ajánlatkérői válasz a közbeszerzési dokumentum jelentős módosításának számít.

**1.Válasz:** Ajánlatkérő alapvető elvárása olyan NO inhalációs rendszer megajánlása, amely önállóan, azaz lélegeztető géphez történő csatlakoztatás nélkül is alkalmas legyen az NO inhalációra.

A megajánlott berendezésnek Ajánlatkérő által jelenleg használt Dräger Evita 2 dura, Evita XL, Savina 300, Primus valamint GE Avance CS2, lélegeztetőgépekkel kell kompatibilisnek lennie.

**2.Kérdés:** Ajánlatkérő elfogad-e olyan, flow-sensor nélkül működő, de kommunikációs kábelt használó NO inhalációs rendszert, mely az NO inhalációs rendszer és adott típusú lélegeztetőgép áramlását (flow-t) hangolja össze, tekintettel a költséghatékonyabb működtetésre?

**2.Válasz:** Ajánlatkérő eredetileg megfogalmazott elvárásán módosítani nem kíván, hiszen az önálló flow-sensor alapkövetelmény teljesülése nélkül az eszköz önálló működtetés nem kivitelezhető.

**3.Kérdés:** Ajánlatkérő elfogadja-e az olyan NO inhalációs rendszert, mely többször használatos flow-sensorral működik, tekintettel a költséghatékonyabb működtetésre?

**3.Válasz:** Ajánlatkérő számára a többször használatos flow-sensor megajánlása elfogadható.

**4.Kérdés:** A műszaki leírásban szereplő paraméter:

Egyéb követelmények	
A különböző méretű légzőkörökhöz a különböző méretű egyszerűhasználatos alkatrészek(adapterek) álljanak rendelkezésre 100 db NoxBoxiKit/	Igen

A fenti paraméter meghatározásban a „NoxBoxi” kifejezést kizárólag egy gyártó használja, így a megajánlható termékek is csak az adott gyártó termékére korlátozódnak, ezzel indokolatlanul akadályozva a verseny biztosítását.

Ajánlattevők megajánlhatnak-e a „NoxBoxiKit” helyett más, különböző méretű légző körökhöz különböző méretű egyszerű használatos alkatrészeket (adaptereket).

**4.Válasz:** Ajánlatkérő válaszát a módosított műszaki leírásban adja meg.

**A fenti kiegészítő tájékoztatásban adott válaszok alapján Ajánlatkérő korrigendumot adott fel, melyben módosította az ajánlattételi határidőt.**

Eredeti ajánlattételi határidő: 2017. október 16. 11:00


1.számú kiegészítő tájékoztatás alapján módosított ajánlattételi határidő: 2017. október 24. 11:00

2.számú kiegészítő tájékoztatás alapján módosított ajánlattételi határidő: 2017. október 26. 11:00


***A 4. számú kiegészítő tájékoztatás alapján módosított ajánlattételi határidő:  
2017. október 30. (hétfő) 11:00.***

Pécs, 2017. október 13.

Tisztelettel,

  
Dr. Teszlerne Dr. Csécsei Henrietta  
Ajánlatkérő képviselőjeként

Bíróné Dr. Czeinger Mariann  
közbeszerzési főosztályvezető

  
**BÍRÓNÉ DR. CZEINGER MARIANN**  
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERÉSI  
SZAKTANÁCSADÓ  
LAJSTROMSZÁM: 00051