

Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre – 5.
Ügyintéző: Onhausz Nikolett
Telefonszám: 72/501-500/22760

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pécsi Tudományegyetem által „Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.3.-15-2016-00031 jelű projektje keretein belül megvalósított orvostechikai eszközbeszerzés” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban 2017. október 23. napjáig megküldött kiegészítő tájékoztatás kérésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

1.Kérdés: Ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1.) pontjában részletezett referencia követelmény, és az alkalmasság minimumkövetelmény M.1.) pontjában felsorolt referencia követelményben ellentmondás van. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy az ellentmondást szíveskedjék feloldani.

III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmasságban

M.1.) „a szállítás tárgyát, rövid leírását (amelynek alapján az alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítható), az 1., 3., 5., 7., 8., 9, 11. és 12 ajánlati részek esetében az ellenszolgáltatás összegét, a 2., 4., 6 és 10. ajánlati részek esetében a szállítás mennyiségét.”

Alkalmasság minimumkövetelménye

- M.1.) 1. ajánlati rész esetében legalább 1 darab ultrahang és/vagy C-íves sebészeti képerősítő szállításból származó referenciával
2. ajánlati rész esetében legalább 3 darab sport rehabilitációs eszköz szállításából származó referenciával
3. ajánlati rész esetében legalább 1 darab teljesítmény sporthoz alkalmazott rehabilitációs és teljesítményfejlesztő eszközök szállításból származó referenciával
4. ajánlati rész esetében legalább 3 darab ízületi passzív mozgató eszközök szállításából származó referenciával
5. ajánlati rész esetében legalább 1 darab endoszkópos rendszerek és kiegészítőik szállításából származó referenciával
6. ajánlati rész esetében legalább 8 darab fizioterápiás eszköz szállításából származó referenciával
7. ajánlati rész esetében legalább 1 darab műtői körülmények között használható lágy és kemény szövetek darabolására szolgáló eszközök szállításból származó referenciával
8. ajánlati rész esetében legalább 1 darab műtétekhez kapcsolódó berendezések eszközei szállításból származó referenciával
9. ajánlati rész esetében nettó 7 000 000 HUF (hétmillió forint) értékű sportolás közben folyamatos telemetrikus adatszolgáltatás eszközei szállításból származó referenciával
10. ajánlati rész esetében legalább 36 darab gyógytorna eszköz szállításból származó referenciával
11. ajánlati rész esetében legalább 1 darab laboratóriumi és kórházi körülmények fagyasztótechnikai eszközei szállításból származó referenciával
12. ajánlati rész esetében nettó 12 000 000 HUF (tizenkettőmillió forint) értékű inhalációs NO rendszerszállításból származó referenciával.

1.Válasz: Ajánlattevőnek az elvárt minimumkövetelményt értelemszerűen az elvárásnak megfelelően kell igazolnia, azaz a 9. és 12. ajánlati részek esetében az ellenszolgáltatás összegével, míg az 1.-8. és 10.-11. ajánlati részek esetében a szállítás mennyiségével.

2.Kérdés: 11. ajánlati rész – ultra mélyfagyasztó CO2 vészhűtéssel: Megajánlható-e nagyobb belső térfogatú hűtő is, mint az előírt 40 liter +/-10%? Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy módosítsa a műszaki leírást javaslatunk szerint 460 liter +/-20%-ra. Ezzel a paraméterrel az értékelési szempontnak számító külön légterek és tároló rekeszek száma nem sérül.

2.Válasz: Ajánlatkérő felhívja Gazdasági Szereplő figyelmét az 1. számú kiegészítő tájékoztatás 11. számú kérdés-válaszában foglaltakra, melyet most megismétel: Ajánlatkérő a belső térfogat meghatározásakor figyelembe vette, hogy a készülék elhelyezésére mekkora tér áll rendelkezésére. Tekintettel arra, hogy a mélyfagyasztó berendezés belső térfogata hatással van a készülék méretére is, Ajánlatkérő a megadott elváráson módosítani nem kíván.

3.Kérdés: 11. ajánlati rész – ultra mélyfagyasztó CO2 vészhűtéssel és ultra mélyfagyasztó: Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy indokolja meg a külső üzemi hőmérséklet maximalizálását. Kérjük szíveskedjen megindokolni, hogy például egy olyan berendezés, amelynél ezen paraméter 30 celsius fok, mennyiben korlátozza a működését, hiszen amely hűtő 30 celsius fokban is megbízhatóan üzemel, úgy természetesen 25 celsius fokban is. Ezt figyelembe véve nem tartjuk indokoltnak, hogy T. Ajánlatkérő maximalizálja ezen paramétert.

3.Válasz: Ajánlatkérő a külső üzemi hőmérséklet alsó határát maximalizálta, tekintettel arra, hogy a terület, ahol a fagyasztók el lesznek helyezve, nem kevesebb, mint 22 celsius fok, így azon készülékek nem jöhetnek szóba, melyek ennél hidegebb körülményt igényelnek, mint maximális külső hőmérséklet, tehát, az a készülék, amely 30 celsius fokon megbízhatóan működik, megfelelő megajánlás.

A fenti kiegészítő tájékoztatásban adott válaszok alapján Ajánlatkérő korrigendumot adott fel, melyben módosította az ajánlattételi határidőt.

Eredeti ajánlattételi határidő: 2017. október 16. 11:00

1.számú kiegészítő tájékoztatás alapján módosított ajánlattételi határidő: 2017. október 24. 11:00


2.számú kiegészítő tájékoztatás alapján módosított ajánlattételi határidő: 2017. október 26. 11:00


4.számú kiegészítő tájékoztatás alapján módosított ajánlattételi határidő: 2017. október 30. 11:00

**Az 5. számú kiegészítő tájékoztatás alapján módosított ajánlattételi határidő:
2017. október 30. (hétfő) 13:00.**

Pécs, 2017. október 24.

Tisztelettel,


Dr. Teszlerne Dr. Csécsi Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjeként


BÍRÓNÉ DR. CZEININGER MARIANN
ELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERÉSI
SZAKTANÁCSADÓ
LAJSTROMSZÁM: 00051
Bíróné Dr. Czeininger Mariann
közbeszerzési főosztályvezető