



Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre
Ügyintéző: Onhausz Nikolett
Telefonszám: 72/501-500/22760

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pécsi Tudományegyetem által „*Eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére a Modern Városok Program keretein belül 1.*” tárgyban, 2017/S 246-514091 TED azonosítószámon indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban 2018. január 7. napjáig megküldött kiegészítő tájékoztatás kérésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

1.Kérdés - 1. Ajánlati rész: Rotációs mikrotómok

Kérjük Ajánlatkérő szíves tájékoztatását, hogy pontosan mit ért az elvárt műszaki paraméterek tekintetében „Minimális trimmelés fokozatai maximum 10 mikron” megfogalmazás alatt.

1.Válasz: A behelyezett minta kívánt felületének kialakítása (trimmelés) során a beállítható legkisebb lépés 10 mikron, vagy kevesebb legyen.

Pécs, 2018. január 8.

Tisztelettel,

Dr. Csécei Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjében

BÍRÓNÉ DR. CZEININGER MARIANN
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERÉSI
SZAKTANÁCSADÓ
LAJSTROMSZÁM: 00051

