



Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre – 2.
Ügyintéző: Onhausz Nikolett
Telefonszám: 72/501-500/22760

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pécsi Tudományegyetem által „*Eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére a Modern Városok Program keretein belül 1.*” tárgyban, 2017/S 246-514091 TED azonosítószámon indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban 2018. január 11. napjáig megküldött kiegészítő tájékoztatás kérésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

1.Kérdés: Kiadott dokumentáció – a 04_PTE_MVP_AOK_eszkobesz_1_muszaki_leiras_20171213 - 12. ajánlati rész: Lamináris és UV boks

HEPA Filter vastagsága legalább 290 mm	Igen, kérjük megadni
--	----------------------


Ajánlattevő a műszaki követelmények során már pontosan meghatározta milyen előírásoknak kell megfeleljen a fülke - Legyen „Class II” osztályba sorolású A2 (70% visszakeringetés / 30% kifűjás) típusú mikrobiológiai biztonsági fülke, illetve A fülke feleljen meg az EN 12469 szabvány előírásainak – és meghatározta azt is, hogy A munkatér feletti (fő) HEPA filter hatékonysága legyen legalább 99,995% hatékonyságú az MPPS-re nézve (most penetration particle size) a munkatér teljes szélességében, így szakmailag nem indokolt a HEPA Filter vastagságának külön követelményként való elvárására (minimális vastagság előírására), mivel vékonyabb HEPA Filterrel is teljesíthetőek Ajánlatkérő által kiírt (szakmailag indokolt) minimumkövetelmények.

Így kérjük tisztelt Ajánlatkérőt a fent említett „HEPA Filter vastagsága legalább 290 mm” minimumkövetelmény dokumentációból való törlésére, megnyitva ezzel a versenyt!

1.Válasz: Ajánlatkérő a HEPA filter vastagságára vonatkozó elvárásán módosítani nem kíván.

Pécs, 2018. január 11.

Tisztelettel,


Dr. Csécsesi Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjében

BÍRÓNÉ DR. CZEININGER MARIANN
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERÉSI
SZAKTANÁCSADÓ
LAJSTRÓMSZÁM: 00051