



Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre – 4.  
Ügyintéző: Onhausz Nikolett  
Telefonszám: 72/501-500/22760

***Tisztelt Ajánlattevő!***

A Pécsi Tudományegyetem által „*Eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére a Modern Városok Program keretein belül 1.*” tárgyban, 2017/S 246-514091 TED azonosítószámon indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban 2018. február 2. napjáig megküldött kiegészítő tájékoztatás kérésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

**1.Kérdés:** Az ajánlati felhívás VI.3) további információk pontja szerint:

Az ajánlathoz csatolni kell: 1. a megajánlott termék paramétereit bemutató műszaki leírást; 2. a részletes költségvetést; 3. a megajánlott termékekre vonatkozó, gyártó által kiadott és aláírt termékleírást. Amennyiben Ajánlattevő nyilatkozata, illetve a gyártó által aláírt termékleírás között ellentmondás merül fel, Ajánlatkérő a gyártói termékleírást tekinti irányadónak; 4. a termékprospektust; 5. a megajánlott termékekre vonatkozó bármely Európai Unión belüli nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfeleléség értékelési tanúsítványát.

Az 1., 3. és 4. pontokban kért dokumentumok lényegében ugyan azokat az adatokat tartalmazzák, ráadásul a gyártó által kiadott leírás, illetve a termékprospektus nem is biztosan tartalmaz minden, a műszaki leírásban szereplő adatot. A gyártók számára nem is szokványos a laboratóriumi piacon, hogy ilyen típusú dokumentumot aláírva kiadjanak. A prospektusok igen hosszúak lehetnek, ráadásul vannak olyanok is, amelyben több hasonló termékkel összevonva szerepelnek benne a beszerzendő termékek. A gyártói termékleírások és a nagy terjedelmű prospektusok ráadásul általában csak idegen nyelven állnak rendelkezésre, így a lefordításuk aránytalanul nagy terhet ró ajánlattevőkre, még ha nem is hiteles fordítás szükséges.

Mіндеzekre való tekintettel kérnénk a 2. és 4. pontok törlését, mert álláspontunk szerint az 1. pontban előírt dokumentummal Ajánlatkérő minden kétséget kizáróan meggyőződhet a termék megfeleléségéről, úgy gondoljuk, hogy a többi dokumentumra ehhez nincsen szükség.

Amennyiben nem kívánják törölni, kérnénk annak átgondolását, hogy 2. és 4. pontban szereplő dokumentumokat elfogadják idegen nyelven!

**1.Válasz:** Ajánlatkérő az ajánlathoz csatolandó dokumentumok körén módosítani nem kíván.

**2.Kérdés:** 4. rész - A hűthető asztali centrifuga tekerőgombos vagy érintőgombos kivitelű legyen?

**2.Válasz:** Ajánlatkérő a termékekre vonatkozó minimális elvárásait, paramétereit a műszaki leírásban megfogalmazta, amely alapján tekerő- és érintőgombos kivitel egyaránt megfelel.

**3.Kérdés:** 5. rész – 2. tétel: 2 db 100 MHz kétcsatornás analóg oszcilloszkóp:

Referenciatermékként a RIGOL 1054Z típus került feltüntetésre, ami nyilvánvalóan elírás lehet, hiszen ez a modell az 1. tételsoron szereplő 50 MHz-es 4 csatornás kivitel.

Elfogadható-e a RIGOL gyártmányon belül egy olyan másik modell megajánlása, ami 100 Mhz-es, 4 csatornás, digitális kivitel és minden paraméterében eleget tesz a kiírás elvárt minimális műszaki feltételeinek?

**3.Válasz:** Ajánlattevő feladat olyan termék megajánlása, amely az Ajánlatkérő által megfogalmazott minimális elvárásoknak mindenben megfelel, Ajánlatkérő az általános leírásban példálózó jelleggel adott meg terméket, amely nem elvárt megajánlásként, hanem támpontként értelmezendő.

Pécs, 2018. február 2.

Tisztelettel,

  
Dr. Csécsei Henrietta  
Ajánlatkérő képviselőjében

**BÍRÓNÉ DR. CZEININGER MARIANN**  
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERÉSI  
SZAKTANÁCSADÓ  
LAJSTROMSZÁM: 00051