



Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre  
Ügyintéző: Onhausz Nikolett  
Telefonszám: 72/501-500/22760

**Tisztelt Ajánlattevő!**

A Pécsi Tudományegyetem által „*Eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére a Modern Városok Program keretein belül 2.*” tárgyban, 2017/S 245-511591 TED azonosítószámon indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban 2018. január 25. napjáig megküldött kiegészítő tájékoztatás kérésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

**1.Kérdés:** 1. ajánlati rész - Szövet beágyazó rendszer

Kérjük Ajánlatkérő szíves tájékoztatását, hogy az elvárt hőmérsékleti tartomány esetében a hűtőpont hőmérsékletének +15 °C-nak kell lennie?

**1.Válasz:** Ajánlatkérő által a minimális elvárások között megfogalmazott elvárása „Hűtőpont 15 °C-ra beállítható”, azaz igen, a hűtőpont hőmérsékletének +15 °C-nak kell lennie.

**2.Kérdés:** 6. Ajánlati rész - Inkubátor

Kérjük Ajánlatkérő szíves tájékoztatását, hogy elfogadja-e olyan inkubátor megajánlását melynek hőmérsékleti tartománya +20°C- +70°C-ig terjed, tekintettel arra, hogy tapasztalataink alapján a szövettani beágyazáshoz a +5°C-os hőmérséklet nem indokolt?

**2.Válasz:** Ajánlatkérő által megfogalmazott minimális elvárás „Hőmérsékleti tartomány min.: +5°C - +80°C tartományban beállítható max.: 1 fokos lépésben”, azaz a +20°C- +70°C-ig terjedő hőmérsékleti tartomány nem elfogadható.

**3.Kérdés:** 2. ajánlati rész – Mikroszkóp

„Tárgyasztal mérete, X-Y min: 150 X 150 mm” – Elfogadnak hasonló méretű X-Y 140 x 135 mm tárgyasztalt? (szövettani vizsgálatok során a 140x135 mm-es tárgyasztalon is elférnek a minták.

**3.Válasz:** Ajánlatkérő korábban megfogalmazott minimális elvárásán módosítani nem kíván.

**4.Kérdés:** 2. ajánlati rész – Mikroszkóp

„Tárgyasztal mozgás tartománya X-Y min.: 80 X 30 mm” – Elfogadják a 75 x 30 mm-es mozgási tartománnyal rendelkező tárgyasztalt?

**4.Válasz:** Ajánlatkérő korábban megfogalmazott minimális elvárásán módosítani nem kíván.

**5.Kérdés:** 2. ajánlati rész – Mikroszkóp

„Megvilágítás LED megvilágítás min.: 3W 6000K, fényerő szabályozással” – Elfogadják a ZEISS 3000K LED-es megvilágítását, melyhez kék, zöld és sárga színszűrőt adunk a megfelelő színhőmérséklet eléréséhez?

**5.Válasz:** Ajánlatkérő korábban megfogalmazott minimális elvárásán módosítani nem kíván.

Pécs, 2018. január 26.

Tisztelettel,

  
Dr. Csécsi Henrietta  
Ajánlatkérő képviselőjeként  
**BIRÓNE DR. CZEININGER MARIANN**  
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERÉSI  
SZAKTANÁCSADÓ  
LAJSTROMSZÁM: 00051