

Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre – 3.  
Ügyintéző: Onhausz Nikolett  
Telefonszám: 72/501-500/22760

*Tisztelt Ajánlattevő!*

A Pécsi Tudományegyetem által „*Eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére a Modern Városok Program keretein belül 2.*” tárgyban, 2017/S 245-511591 TED azonosítószámom indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban 2018. február 13. napjáig megküldött kiegészítő tájékoztatás kérésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

**1.Kérdés:** Az 5. részben a precíziós asztali vízfürdő esetén a hőmérséklet tartomány a specifikációban min. 5°C-99°C.

A vízfürdők esetén az általános hőmérsékelt tartomány szobahőmérséklet+5°C-tól indul. Kérdésem lenne, hogy elfogadnak-e olyan vízfürdőt, aminek a hőmérsékelt tartománya szobahőmérséklet+5-95°C?

**1.Válasz:** Ajánlatkérő korábban megfogalmazott minimális elvárásán módosítani nem kíván.

**2.Kérdés:** A 13. részben a szárítószekrény esetén elfogadnak-e olyan szárítószekrényt melyben maximálisan 9 db polc helyezhető el és a hőmérsékelt fluktuációja  $\pm 0,8$  °C?


**2.Válasz:** Ajánlatkérő korábban megfogalmazott minimális elvárásán módosítani nem kíván.

**3.Kérdés:** A 2. részben a mikroszkóp esetén lehetséges-e a szállítási határidőt 100 napra módosítani? Ugyanis a paramétereknek megfelelő mikroszkóp gyártója tájékoztatott, hogy a kért 60 napos szállítási határidőt nem tudják tartani.

**3.Válasz:** Tekintettel arra, hogy a kiírás véglegesítését megelőzően Ajánlatkérő előzetes piackutatást végzett, korábban megfogalmazott elvárásán módosítani nem kíván.

Pécs, 2018. február 14.

Tisztelettel,

  
Dr. Csécsi Henrietta  
Ajánlatkérő képviselőként

**BIRÓNÉ DR. CZEININGER MARIANN**  
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERÉSI  
SZAKTANÁCSADÓ  
LAJSTROMSZÁM: 00051