



Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre  
Ügyintéző: Onhausz Nikolett  
Telefonszám: 72/501-500/22760

*Tisztelt Ajánlattevő!*

A Pécsi Tudományegyetem által „*Eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére a Modern Városok Program keretein belül 3.*” tárgyban, 2017/S 245-511587 TED azonosítószámon indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban 2018. január 11. napjáig megküldött kiegészítő tájékoztatás kérésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

**1.Kérdés** - 9. rész vertikális autokláv: Megajánlható-e olyan készülék, amely 3 fázisú elektromos csatlakozást használ (400V / 50Hz)?

**1.Válasz:** Ajánlatkérő a műszaki leírásban megfogalmazott elvárásán módosítani nem kíván, tehát elvárása továbbra is „Egyfázisú elektromos csatlakozás legyen: 230V/50Hz”.

**2.Kérdés** - 9. rész vertikális autokláv: Megajánlható-e olyan készülék, ahol a nyomás beállítása manométer helyett az LCD kijelzőn történik?

**2.Válasz:** Ajánlatkérő a kérdést a műszaki leírás alapján nem tudja értelmezni, tekintettel a következő minimális elvárásaira: „Mikroprocesszoros kontroll és LCD kijelző legyen”, illetve „Nyomásmérő – manométerrel rendelkezzen”.

Ajánlatkérő manométeren történő beállítást nem kér, az csak a nyomást jelzi vissza mindentől függetlenül.

**3.Kérdés** - 6. ajánlati rész: Citocentrifuga elvárt műszaki paramétereinél az alábbi szerepel: „min. 12 db tölcser, 6 mm átmérőjű sejtlerakódási területtel és 0.5-1 ml minta térfogattal, min. 50 db 2 lyukas szűrőpapírral”.


Elfogadható-e olyan citocentrifuga, amelynek tartozéka az alábbiaknak felel meg:

„min. 12 db tölcser, 6 mm átmérőjű sejtlerakódási területtel és 0.5-1 ml minta térfogattal, min. 50 db 1 lyukas szűrőpapírral”.

**3.Válasz:** Ajánlatkérő a műszaki leírásban megfogalmazott elvárásán módosítani nem kíván, tehát elvárása továbbra is „min. 12 db tölcser, 6 mm átmérőjű sejtlerakódási területtel és 0.5-1 ml minta térfogattal, min. 50 db 2 lyukas szűrőpapírral”.

Pécs, 2018. január 11.

Tisztelettel,

  
Dr. Csécsi Henrietta  
Ajánlatkérő képviselőjeként

**BÍRÓNÉ DR. CZEININGER MARIANN**  
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERÉSI  
SZAKTANÁCSADÓ  
LAJSTROMSZÁM: 00051