



Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre – 2.  
Ügyintéző: Onhausz Nikolett  
Telefonszám: 72/501-500/22760

*Tisztelt Ajánlattevő!*

A Pécsi Tudományegyetem által „*Eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére a Modern Városok Program keretein belül 3.*” tárgyban, 2017/S 245-511587 TED azonosítószámon indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban 2018. január 25. napjáig megküldött kiegészítő tájékoztatás kérésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

**1.Kérdés** – 6. ajánlati rész: Citocentrifuga

Kérjük Ajánlatkérő szíves tájékoztatását, hogy elfogadja-e olyan cytocentrifuga megajánlását, melynek súlya 15 kg-nál több?

**1.Válasz:** Ajánlatkérő a minimális paraméterek között megfogalmazott „nem nehezebb 15 kg-nál” elvárásán módosítani nem kíván.

**2.Kérdés** - 3. rész: géldokumentációs rendszer

Elfogadnak-e nettó 5 millió forint értékben DNS/RNS/fehérje vizsgáló spektrofotométerről, illetve real-time PCR készülékről szóló referenciát is?

**2.Válasz:** Ajánlatkérő a referenciakövetelményein módosítani nem kíván.

**3.Kérdés** - 16. rész: ultrahangos sejtfeltáró készülék

Elfogadnak-e 3,8 mm átmérőjű fejet?

Elfogadják-e, ha a 2-40 ml-es mintamennyiséget két különböző fejjel tudják kezelni? (1: 350 µL-10mL, 3,8 mm átmérő; 2: 10 mL-250 mL, 9,5 mm átmérő)

**3.Válasz:** Ajánlatkérő korábban megfogalmazott minimális elvárásain módosítani nem kíván.

**4.Kérdés:** 5. ajánlati rész: Ajánlatkérő tulajdonában lévő ELISA reader (BMG Labtech) kiegészítése fluoriméterrel" tétellel kapcsolatban szeretném, ha nem kellene prospektust (tartalmi követelmények 19.) csatolnom az ajánlathoz, hanem elegendőnek fogadnák el a forgalmazói és gyártói párhuzamos és megegyező ismertetőt.

Indoklás: a meglévő készülék optikai elemekkel való kiegészítésével összefüggésben nem történik ez alkalommal műszervásztás, ez évekkel ezelőtt történt meg.

**4.Válasz:** Ajánlatkérő korábban megfogalmazott elvárásain módosítani nem kíván, ugyanakkor jelzi, hogy az elvárt prospektussal kapcsolatban konkrét formai elvárásai nincsenek.

Pécs, 2018. január 31.

Tisztelettel,

  
Dr. Csécsei Henrietta  
Ajánlatkérő képviselőjeként

