



Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre – 4.  
Ügyintéző: Onhausz Nikolett  
Telefonszám: 72/501-500/22760

**Tisztelt Ajánlattevő!**

A Pécsi Tudományegyetem által „*Eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére a Modern Városok Program keretein belül 3.*” tárgyban, 2017/S 245-511587 TED azonosítószámon indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban 2018. február 18. napjáig megküldött kiegészítő tájékoztatás kérésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

**1.Kérdés:** A 7. ajánlati részben a spektrofotométer esetén elfogadnak-e olyan spektrofotométert melynek hullámhossz pontossága  $\pm 1,0$  nm, az abszorbancia tartománya 0,5 – 3,5 A sáv szélessége 1,8 nm, fotometrikus pontossága  $\pm 0.005$  A 1.0 A esetén és a kalibrációs görbék felvétele max. 15 standarddal lehetséges?

**1.Válasz:** Ajánlatkérő korábban megfogalmazott minimális elvárásai módosítani nem kíván.

**2.Kérdés:** A 8. ajánlati részben a folyékony nitrogén tartály esetén a specifikáció többi részének megfelelő termék nyakának belső átmérője 21,5 cm, ez a termék elfogadható? A specifikáció egyik eleme a következő:

„folyékony nitrogén kapacitása minimum 120 liter legyen”.

Később azonban ez a követelmény szerepel: „az edény minimum 12 liter folyékony nitrogén szállítására és tárolására legyen alkalmas”

Érdeklődni szeretnék, hogy nem történt elírás a második esetében? 12 liter helyett nem 120 literre gondoltak?

**2.Válasz:**

a.) Ajánlatkérő a nyak átmérőjére vonatkozó, korábban megfogalmazott minimális elvárásán módosítani nem kíván.

b.) A kapacitás vonatkozásában sem elírás, sem ellentmondás nincs a műszaki leírásban tekintettel arra, hogy a 120 liter a folyékony nitrogén mintatároló tartályra, míg a 12 liter a folyékony nitrogén szállítására és tárolására alkalmas Dewar edényre vonatkozó Ajánlatkérői elvárás.

**3.Kérdés:** Az ajánlati felhívás VI.3) további információk pontja szerint:

Az ajánlathoz csatolni kell: 1. a megajánlott termék paramétereit bemutató műszaki leírást; 2. a részletes költségvetést; 3. a megajánlott termékekre vonatkozó, gyártó által kiadott és aláírt termék-leírást. Amennyiben Ajánlattevő nyilatkozata, illetve a gyártó által aláírt termék-leírás között ellentmondás merül fel, Ajánlatkérő a gyártói termék-leírást tekinti irányadónak; 4. a termékprospektust;

A 2018. február 15. napján kelt 3. számú kiegészítő tájékoztatásuk szerint tekintettel arra, hogy a termékprospektus nem más, mint termék-leírás, elfogadják a magyar nyelvű termék-leírás becsatolását termékprospektus helyett.

Álláspontunk szerint ugyan ezen logika mentén a megajánlott termékekre vonatkozó, gyártó által kiadott és aláírt termék-leírás nem más, mint a megajánlott termék paramétereit bemutató műszaki leírás, így kérnénk, hogy a 3. pontban szereplő dokumentum benyújtásától is tekintsenek el. A gyártók számára nem is szokványos a laboratóriumi piacon, hogy ilyen típusú dokumentumot aláírva kiadjanak.

**3.Válasz:** Ajánlatkérő az ajánlathoz csatolandó dokumentumok körén módosítani nem kíván.

Pécs, 2018. február 19.

Tisztelettel,

Dr. Csécsi Henrietta  
Ajánlatkérő képviselőjében

**BIRÓNÉ DR. CZEININGER MARIANN**  
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERÉSI  
SZAKTANÁCSADÓ  
LAJSTROMSZÁM: 00051