



Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre
Ügyintéző: Onhausz Nikolett
Telefonszám: 72/501-500/22760

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pécsi Tudományegyetem által „*Orvostechikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a Modern Városok Program keretein belül – 2.*” tárgyban, 2017/S 241-499788 TED azonosítószámon indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban 2018. január 7. napjáig megküldött kiegészítő tájékoztatás kérésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

1.Kérdés - 14. ajánlati rész: FULL HD arthroszkópos torony
Opcionális termékek - Optika: Obturátor, féléles, arthroszkóp shafthoz
Elfogadható-e tompa obturátor opcionális termékként?

1.Válasz: Ajánlatkérő az orburátor esetében a félélés elvárás mellett vagylagosan a tompa orburátor megajánlását is elfogadja.

2.Kérdés: A 13. ajánlati rész „Diagnosztikus mikroszkóp” Műszaki követelménye a következőt tartalmazza: „2 vagy 2,5x, 4x, 10x, 20x és 40x száraz objektív, valamint 63x száraz vagy immerziós objektív”
Ajánlatkérő elfogad-e a 63x nagyítású száraz vagy immerziós objektív helyett 60x nagyítású száraz vagy immerziós objektívet?

2. Válasz: Ajánlatkérő a száraz vagy immerziós objektív esetében a 63” nagyítás mellett vagylagosan 60x nagyítást is elfogad.

Pécs, 2018. január 8.

Tisztelettel,


Dr. Csécei Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjében

BÍRÓNÉ DR. CZEININGER MARIANN
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERÉSI
SZAKTANÁCSADÓ
LAJSTROMSZÁM: 00051