



Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre-3.
Ügyintéző: Onhausz Nikolett
Telefonszám: 72/501-500/22760

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pécsi Tudományegyetem által „*Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a Modern Városok Program keretein belül – 2.*” tárgyban, 2017/S 241-499788 TED azonosítószámon indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban 2018. január 17. napjáig megküldött kiegészítő tájékoztatás kérésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

1.Kérdés: Az ajánlatkérő a 7. rész első részében (Laboratóriumi analitikai mérleg) esetében az elvárt „Munka hőmérséklet: +10°C-tól +40°C”, a kérdésünk az, hogy elfogadható-e a következő: „Munka hőmérséklet: +15°C-tól +35°C”?

1.Válasz: Ajánlatkérő korábban megfogalmazott elvárásain módosítani nem kíván.

2.Kérdés: Az ajánlatkérő a 7. rész második részében (Laboratóriumi táramérleg) esetében az elvárt „Munka hőmérséklet: +10°C-tól +40°C”, a kérdésünk az, hogy elfogadható-e a következő: „Munka hőmérséklet: +15°C-tól +35°C”?

2. Válasz: Ajánlatkérő korábban megfogalmazott elvárásain módosítani nem kíván.

Pécs, 2018. január 18.

Tisztelettel,


Dr. Csécssei Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjeként
BIRÓNÉ DR. CZEINGER MARIANN
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERÉSI
SZAKTANÁCSADÓ
LAJSTROMSZÁM: 00051