



Tárgy: Válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre
Ügyintéző: dr. Veszprémi Brigitta
Telefonszám: 72/501-500/22372

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Ezúton tájékoztatom, hogy a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) a „GINOP-2.3.2-15-2016-00036 jelű pályázat keretében megvalósuló Multimodális optikai nanoszkópiai módszerek fejlesztése és alkalmazása az élet és anyagtudományi kutatásokban” tárgyban indított közbeszerzési eljárásával kapcsolatban az Ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatáskérés érkezett, melyre Ajánlatkérő az alábbiakban megküldi a válaszait:

1. Kérdés: A Szakmai nyilatkozat 2. ajánlati rész tekintetében az 561 nm/100 mW dioda lézer kimeneti teljesítménye kétféle képpen került feltüntetésre.

Kimeneti teljesítmény: 100mW
Kimeneti teljesítmény: 100mW
Kimeneti teljesítmény : 50mW
Kimeneti teljesítmény : 50mW

Az 50 mW teljesítményhez korrekció rész is tartozik, feltehetőleg ezt a sort ki akarták törölni, de nem történt meg.

Kérdésünk arra vonatkozik, hogy melyik adat helyes? A 100 mW teljesítmény maradjon és az 50 mW teljesítmény törlésre kerül?


Válasz: Az Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy adminisztrációs okokból maradt a műszaki paraméterek között az 561 nm/100 mW dioda lézer tekintetében az 50mW-os előírás.

Kérem, hogy a felhívásban szereplő kimeneti teljesítmény: 100mW-os előírást vegye figyelembe.

Ajánlatkérő ennek megfelelően módosítja a közbeszerzési dokumentumot.

Pécs, 2018. 01. 23.

Tisztelettel,


Dr. Csécsi Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjeként

