



Tárgy: Válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre 10.
Ügyintéző: dr. Gondos Kitti
Telefonszám: 72/501-500/22372

Tisztelt Ajánlattevő!

Tájékoztatom, hogy a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) által „GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázat keretében megvalósuló szintetikus kismolekulák előállítására, azonosítására és karakterizálására szolgáló műszeregyüttes beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyban indított, a Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban írásban érkezett kiegészítő tájékoztatás keretében feltett kérdésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

Kérdés 1./ A 2018. március 13-ai 4. számú kiegészítő tájékoztatásban megjelentek szerint ajánlatkérő jelezte, hogy habár az eredeti műszaki specifikációban nem kérte, a megajánlandó berendezésnek tartalmaznia kell a vezérlő számítógépet és a kiértékelő szoftvert. 2018. március 29-én a 2018/S 062-137279 hirdetményszámú korrigendumban módosultak az elvárt műszaki specifikációk, de a vezérlő számítógép és a kiértékelő szoftver nem került be a műszaki követelmények közé. Ajánlattevő mit tartson irányadónak az ajánlatában, a kérdésekre adott válaszokat vagy a korrigendum szerinti elvárt készülék műszaki leírását?

Válasz 1./ Ajánlatkérő ahogyan azt a korábbi kérdésfeltevésre válaszként megküldte (*Válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre 4.*), a vezérlő számítógép és a kiértékelő szoftver értelemszerűen a rendszer részét képezi, a kiírásban szereplő feltételek továbbra is irányadóak. (Ennek az oka, hogy nehezen képzelhető el, hogy a rendszer 4 csatornán vezérlő számítógép és kiértékelő szoftver nélkül képes a kívánt asszociációs és disszociációs konstansokat meghatározni).

Kérdés 2./ A 2018. március 13-ai 4. számú kiegészítő tájékoztatásban megjelentek szerint ajánlatkérő jelezte, hogy habár az ajánlatkiírásakor a műszaki paraméterek között nem szerepelt, a megajánlandó berendezéssel kéri leszállítani az immobilizációs módszereket biztosító szenzorokat. 2018. március 29-én a 2018/S 062-137279 hirdetményszámú korrigendumban módosultak az elvárt műszaki specifikációk, de az immobilizációs módszereket biztosító szenzorok nem kerültek be a műszaki követelmények közé. Ezek a szenzorok a kérdésre adott válaszban jelzett mennyiségben a megajánlandó készülék árát jelentős mértékben befolyásolják. Ajánlattevő mit tartson irányadónak az ajánlatában, a kérdésekre adott válaszokat vagy a korrigendum szerinti elvárt készülék műszaki leírását?

Válasz 2./ Ajánlatkérő a korábbi kiegészítő tájékoztatás kérésre adott válaszában foglaltakat továbbra is fenntartja (*Válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre 4.*).

Kérdés 3./ 2018. március 29-én a 2018/S 062-137279 hirdetményszámú korrigendumban módosultak az elvárt műszaki paraméterek, miszerint az elvárt műszaki paraméterek között szerepel a „surface plasmon resonance” technika megnevezés és az „Alapzaj: \square 3,5 pm RMS”. Ajánlatkérő a 2018. március 13-ai 4. számú kiegészítő tájékoztatásban jelezte, hogy SPR készülékek esetében az alapzaj legyen kisebb, mint 0,25 mikro RIU vagy RU. Ajánlattevő kéri az



ajánlatkérőt, hogy erősítse meg, hogy elvárásainak megfelel SPR készülékek esetén, ha az alapzaj kisebb mint 0,25 mikro RIU.

Válasz 3./ Az alapzaj kérdésében Ajánlatkérő elfogadja a gyártók által használt különböző mértékegységeket (legyen az RIU, RU vagy pm RMS) tekintettel a korábbi kérdésfeltevésre adott ajánlatkérői válaszlevél tartalmára, tehát más módszerek esetében – BLI, SCORE, RIDE stb. – más mértékegységben is megadható az alapzaj. Ajánlatkérő megerősíti, hogy SPR technológiát alkalmazó készülék esetében a 0,25 mikro RIU-nál kisebb alapzaj elfogadható. *(Válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre 4.).*

Pécs, 2018. április 4.

Tisztelettel,


Dr. Csécsi Henrietta
Ajánlatkérő-képviselőként



DR. SZABÓ GÖTHARD MÁTÉ
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI
SZAKTANÁCSADÓ
LAJSTROMSZÁM: 00952

