



Tárgy: Válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre 10.  
Ügyintéző: dr. Gondos Kitti  
Telefonszám: 72/501-500/22372

### Tisztelt Ajánlattevő!

Tájékoztatom, hogy a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) által „GINOP-2.3.3-15-2016-00025 jelű pályázat keretében megvalósuló laboratóriumi eszközpark kialakítása speciális sejtek funkcionális analízisére a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyban indított, a Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban írásban érkezett kiegészítő tájékoztatás keretében feltett kérdésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

**Kérdés 1./** A tárgybeli eljáráshoz kapcsolódóan, a 8. részajánlati kör tekintetében a következő tisztázó kérdésünk merült fel:

Az értékelési szempontok alábbi részéhez:


„Egyszerre mérhető minták száma”

Kérdés: Ajánlatkérő ez alatt az áteresztőképességet érti-e, azaz a készülékbe betölthető minták számát?

**Válasz 1./** Igen, a készülékbe tölthető minták számát értjük alatta.

Pécs, 2017. november 21.

Tisztelettel,

  
Dr. Csécsi Henrietta  
Ajánlatkérő képviseletében