



Tárgy: Válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre 5.
Ügyintéző: dr. Gondos Kitti
Telefonszám: 72/501-500/22372

Tisztelt Ajánlattevő!


Tájékoztatom, hogy a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) által „GINOP-2.3.3-15-2016-00025 jelű pályázat keretében megvalósuló laboratóriumi eszközpark kialakítása speciális sejtek funkcionális analízisére a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyban indított, a Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban írásban érkezett kiegészítő tájékoztatás keretében feltett kérdésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

Kérdés 1./ Műszaki leírás 11. ajánlati rész „-80 fokos mélyfagyasztó beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” vonatkozásában az alábbi műszaki elvárás szerepel: A készülékhez kerüljön megajánlásra olyan fiókos rendszerű mintatároló, dobozokkal és osztókkal, amely képes befogadni legalább 10000 darab mintegy 50 mm magas és mintegy 12 mm átmérőjű csövet. Kérdésünk, hogy a „fiókos rendszerű mintatároló” rendszer helyett elfogadható-e rozsdamentes acélból készült kihúzható tároló rekesz műanyag dobozokkal, mely képes legalább 10000 db, 50 mm magas és 12 mm átmérőjű cső tárolására?

Válasz 1./ Igen, elfogadható. A fiókos és a rekeszes megoldás között funkcionális szempontból nincs különbség, mindkét megoldás teljesen megfelelő.

Pécs, 2017. november 15.

Tisztelettel,


Dr. Csécsi Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjeként

